



وحدة مناظير الجهاز الهضمي

الشروط والضوابط اللازمة لممارسة نشاط وحدة مناظير الجهاز الهضمي

- الكوادر الطبية والفنية
- الحالات التي يمكن عملها
- الجانب الانشائي للمبنى ومرافق الوحدة
- التجهيزات الطبية المطلوبة
- المتطلبات للحصول على ترخيص تشغيل وحدة مناظير جهاز هضمي

الكوادر الطبية والفنية:

- استشاري جهاز هضمي متفرغ تفرغ كامل.
- كادر فني مساعد ذو خبرة لا تقل عن ٣-٥ سنوات في مجال عمل وحدة مناظير الجهاز الهضمي.
- حصول الطبيب والكادر التمريضي المساعد والخاص بالمناظير على دورات الإنعاش القلبي والانعاش القلبي المتقدم.

الحالات التي يمكن عملها:

- الحالات التي كانت نتائج تقييمها الطبي (١-٢) حسب تصنيف أطباء التخدير للمرضى؛ ويستبعد أي حالة كان تقييمها الطبي أكثر من ٢.



وحدة مناظير الجهاز الهضمي

N	Name of Procedure	اسم التدخل الطبي	م
1	Diagnostic endoscopy of the stomach (Gastrosocopy) with Biopsy taking if indicated	منظار تشخيصي للمعدة مع أخذ عينات لو استدعى الأمر.	1
2	Colonoscopy with Biopsy taking and polypectomy of less than 2cm in size	منظار للقولون مع أخذ عينات وإزالة أي لحميات أقل من 2 سم.	2
3	Diagnostic Recto-Proctoscopy	كشف على المستقيم بالمنظار.	3
4			4

الجانب الانشائي للمبنى ومرافق الوحدة:

- يراعى في تصميم وحدة مناظير الجهاز الهضمي توفر سهولة حركة المرضى.
- وجود علامات ارشادية على جميع المداخل توضح المناطق التي يمنع الدخول اليها.
- يجب أن تتوفر غرفة على الأقل لفحص المرضى.
- يجب أن يوفر التصميم الخصوصية السمعية والبصرية اللازمة للمريض خلال منطقة التسجيل والكشف واعداد وتحضير المريض ومكان افاقته.
- يجب أن تكون الأرضيات سهلة التنظيف ولا تتأثر بمواد التنظيف المضادة للبكتيريا والجراثيم.
- تصميم وحدة مناظير الجهاز الهضمي:
تنقسم المكونات الرئيسية بوحدة المناظير الى المناطق التالية:



وحدة مناظير الجهاز الهضمي

- صالة الدخول والانتظار.
- منطقة التشخيص والعلاج.
- منطقة التحضير والافاقاة.
- منطقة الخدمات المساندة المختلفة.

المتطلبات التصميمية للمكونات الرئيسية:

صالة الدخول والانتظار:

يجب أن تكون قريبة من غرفة الفحص ومناطق الاستقبال والمعاملات الإدارية وتشمل:

- منطقة لاستقبال المرضى، وسكرتارية، ومكان لحفظ ملفات المرضى.
- مكان لانتظار المرضى على كراسي.
- عرض أي ممر لا يجب أن يقل عن ١,٥ م.
- يجب أن لا يقل عرض الأبواب عن ١,٢ م. وباب غرفة المنظار عن ١,٥ م.

منطقة التشخيص والعلاج:

- غرفة المنظار:
- يجب أن لا تقل مساحة غرفة المنظار عن ١٦ متر مربع.
- بالإضافة الى توفر مكان للأثاث المطلوب.
- يجب أن يتوفر حوض لغسيل اليدين.
- أرضيات غرفة المناظير يجب أن تكون مماثلة لأرضيات غرف العمليات.



وحدة مناظير الجهاز الهضمي

منطقة التحضير والافاقاة:

- مكان للتمريض يحتوي على مخزن للمستلزمات. وحوض لغسل اليدين.
- منطقة لتغيير الملابس وتحضير المريض. وأخرى لتغيير ملابس الأطباء والتمريض.
- منطقة للملاحظة تحتوي على ٢ أسرة للرجال و ٢ للنساء ويراعى الفصل بينها بستائر عازلة لمراعاة الخصوصية.
- منطقة للملاحظة على علاقة مباشرة بمنطقة التمريض وغرفة الفحص.
- دورات مياه للرجال والنساء يسهل استخدامها من قبل المرضى أثناء التحضير.

منطقة الخدمات المساندة المختلفة:

- منطقة غسيل وتعقيم المناظير:
- يجب أن تسمح مساحتها بحركة الأجهزة من المنطقة غير النظيفة للغسيل الى المنطقة النظيفة للتعقيم ومنها الى المنطقة المعقمة للتخزين.
- منطقة التطهير وإزالة التلوث وتشمل على: أحواض غسيل، مغسل لليدين، مكان يخصص للغسيل والشطف يليها مكان لجهاز التعقيم الخاص.
- يجب توفير مكان مخصص لتخزين المناظير بعد التعقيم.
- يجب توفير منطقة مناسبة قريبة من غرفة المناظير للتخلص من المخلفات السائلة. ومكان مخصص لأدوات ومواد التنظيف.

ويجب مراعاة ما يلي:

- يجب عند استلام المناظير المستعملة غسلها جيدا.



وحدة مناظير الجهاز الهضمي

- يجب أن تتم عملية الغسل والتعقيم للمناظير باستخدام الأدوات والمطهرات اللازمة للتعقيم.
- يجب أن يتم تخزين المناظير في مكان منفصل تماما عن مكان الغسيل الملوث، وتخزن به المناظير وهي معلقة بجوار تخزين باقي المعدات المعقمة.

التجهيزات الطبية المطلوبة:

وهي كما يلي:

No.	Medical Furniture & Equipments	العدد	الأثاث والتجهيزات	م
1	Mono & Bi-polar Electrical Unit		جهاز كي اليكتروني	1
2	Injectors, Argon gas, Endoscopic clips		أدوات إيقاف أي نزيف بسيط	2
3	ECG Machine		جهاز تخطيط القلب	3
4	DC Shock		جهاز إعادة ضربات القلب	4
5	Crash Cart		عربة أدوية للإسعاف القلبي والرئوي	5
6	IV Fluids		محاليل وريدية	6
7	Monitor		جهاز مراقبة القلب	7
8	Pulse Oximeter		جها قياس الأكسجين بالدم	8
9	Manual/Automatic BP measurement Machine		جهاز قياس الضغط اوتوماتيكيا أو يدويا	9
10	Suction Machine		جهاز شفط السوائل	10
11	Laryngoscope & Endotracheal tube (all sizes)		أجهزة مناسبة لكل الأعمار وأحجام المرضى لإدخال أنبوبة في القصبة الهوائية (منظار الحنجرة وأنايب القصبة الهوائية .. الخ).	11



وحدة مناظير الجهاز الهضمي

المتطلبات للحصول على ترخيص تشغيل وحدة مناظير جهاز هضمي:

- اتفاقية سارية المفعول مع احدى المستشفيات بقبول الحالات الطارئة والتي يستلزم نقلها الى المستشفيات في أي وقت.
- إقرار من المشرف على المركز والطبيب المطلوب الترخيص له بتحمل كامل المسؤولية عن أي اهمال يحدث للمريض.
- آلية سريعة للحصول على الدم ومشتقاته عند اللزوم.

والله الموفق،،

صادر من ديوان عام وزارة الصحة العامة والسكان - صنعاء

١٤٤٥ هجرية ٢٠٢٤ م

وعلى الجهات المعنية العمل بموجبه والتنفيذ كلا فيما يخصه

وزير الصحة العامة والسكان

أ.د/ طه أحمد المتوكل