



أداة تقييم المستشفيات الخاصة فئة:

مستشفى تخصصي

الإصدار: الرابع

العام: 2024م

بيانات عامة للمنشأة

اسم المنشأة:
تخصصات المنشأة:
رقم الترخيص:
جهة الإصدار:
تاريخ التجديد:
المحافظة:
اسم مالك المنشأة:
اسم المشرف الفني:
التخصص:
السعة السريرية: عدد أسرة الرقود () - عدد أسرة العناية المركزة () - عدد الحضانات ()	
عدد الطوابق () طابق عدد أسرة الطوارئ ()	
عدد الغرف في كل طابق () غرفة	
عدد الكادر العامل في المنشأة:	
أخصائيين () أطباء العموم () تمريض () قابلات () فنيين () تنفسية ()	
مختبرات () فنيين أشعة () صيادلة () إداريين ()	



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: المستشفى التخصصي ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

م	رمز المعيار	نص المعيار	درجة التقييم				ملاحظات
			مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود	
		الترخيص والإشراف الفني					
		الترخيص					
1	V	هل يوجد ترخيص للمنشأة				يتم ارفاق صورة	
2	V	الترخيص ساري المفعول				الكلي: ساري المفعول. جزئي: التجديد قيد المعاملة. غير موجود: منتهي.	
3	V	الترخيص معلق في مكان بارز				الكلي: مكان بارز في الاستقبال. غير مطابق: غير بارز او في غير الاستقبال.	
4	V	لوحة المنشأة تطابق التخصصات فيها مع الترخيص					
		المشرف الفني					
1	V	يوجد مشرف فني لإدارة المنشأة					
2	V	المشرف الفني يتطابق مع من تم تعيينه في الترخيص				في حال عدم وجود الترخيص يتم الاجابة بغير موجود.	
3	V	تخصص المشرف الفني يتطابق مع احد التخصصات الطبية الرئيسية التي تقدمها المنشأة					
4	V	ملف المشرف الفني يحتوي الوثائق والمؤهلات المناسبة					
5	V	لدى المشرف الفني ترخيص مزاولة مهنة صادر من المجلس الطبي (يتم ارفاق صورة)					
6	V	يتواجد المشرف الفني بصورة دائمة داخل المنشأة				الكلي: (١) كشوفات الحضور والغياب تدل على التزامه بالادام. (٢) المعاملات الادارية اليومية المتعلقة به تثبت تواجده بشكل يومي. (٣) سؤال العاملين بالمستشفى يفيد ذلك.	
		القيادة والإدارة					
		الهيكل تنظيمي للمستشفى والوصف الوظيفي للعاملين فيه					
1	V	يوجد هيكل تنظيمي يحدد المسميات الوظيفية في المستشفى.				كلي: يوجد هيكل تنظيمي للمستشفى يوضح المسميات الوظيفية، وروساء الأقسام والوحدات بالمستشفى. الجزئي: عدم اكتماله. الغير مطبق: موجود لكن غير معمم او غير صادر بتكاليف وقرارات رسمية.	
2	E	الوصف الوظيفي يوضح الصلاحيات والمسؤوليات لإدارة المستشفى (الجانب الفني والاداري والمالي).				كلي: وصف وظيفي لجميع الموظفين يوضح مهام وصلاحيات جميع العاملين والمستويات الإدارية. الجزئي: عدم اكتماله. الغير مطبق: موجود لكن غير مفعّل او معمم به.	
3	E	يدار كل قسم سريري بواسطة شخص معين ومؤهل.				كلي: جميع الأقسام والوحدات (المؤهل: اخصائي ذو خبرة ٣ سنوات على الأقل للأقسام الطبية، الفني: بكالوريوس/دبلوم عالي والاداري: بكالوريوس/دبلوم في مجال عمله وخبرة لا تقل ٣ سنوات). جزئي: بعض الوحدات أو شخص يفتقر لسنوات الخبرة. غير مطبق: أكثر الوحدات أو تعيين من لا يملك المؤهل العلمي).	
		إدارة المستشفى					
1	E	يوجد مدير معين للمستشفى أو مجلس ادارة المستشفى محدد ومعروف.				كلي: مدير معين او مجلس مكتمل ويوجد قرار تعيين لتسمية جميع أعضائه (المسئول المالي والمسئول الاداري - الموارد البشرية- والفني - او كبير الاطباء-). الجزئي: غير مكتمل او غير مسمى أعضائه. غير المطبق: لا يوجد قرار. غير موجود: لا يوجد مدير او مجلس ادارة.	



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: المستشفى التخصصي ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

م	رمز المعيار	نص المعيار	درجة التقييم				ملاحظات
			مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود	
2	E	يتم عقد اجتماعات إدارية منتظمة وموثقة لإدارة المستشفى بشكل رسمي ودوري لمناقشة جوانب الرعاية الصحية وتقارير الإنجاز والخدمات المقدمة.					كلي: يتم عقد اجتماعات إدارية منتظمة وموثقة (أسبوعية، شهرية، دورية)؛ محضر اخر اجتماع متوفر. جزئي: غير منتظمة، المحاضر متوفرة ولكن ليس لجميع الاجتماعات. غير المطبق: غير منتظمة ولا توجد أي محاضر. غير موجود: لا تعقد أي اجتماعات.
		المرفق الصحي في اطار النظام الصحي والخدمات					
1	V	يقدم المستشفى الخدمات الصحية وفق المستوى المحدد بحسب الترخيص الممنوح له من قبل وزارة الصحة العامة والسكان.					كلي: يقدم جميع الخدمات المشمولة بالترخيص + قائمة الخدمات التي يقدمها. جزئي: ينقصه تخصص او أكثر من التخصصات غير الأساسية التي شملها الترخيص غير موجود: ينقصه قسم رئيسي. من احد التخصصات الأساسية الخمسة
2	V	يقدم المستشفى خدمات لا تزيد عن عدد التخصصات المرخص بها					تكتب هنا التخصصات الزائدة عما في الترخيص.
		خطة إستراتيجية وخطة عمل سنوية					
1	E	لدى المستشفى خطة استراتيجية من ٣ - ٥ سنوات ويتم تحديثها سنويا					كلي: توجد الإستراتيجية وتحديث سنويا. جزئي: توجد لكنها لا تحدد سنويا.
2	E	خطة لإدارة الطوارئ/الكوارث لحالات الطوارئ الداخلية والخارجية التي تشمل الأهداف والنطاق والمنهجية وطرق التقييم					كلي: توجد خطة طوارئ تشمل جميع العناصر. الجزئي: غير مكتملة.
		الجودة					
1	V	يوجد بالمستشفى وحدة/قسم/إدارة للجودة تحتوي على التجهيزات اللازمة لتنفيذ أنشطة الجودة.					كلي: يوجد مكتب خاص بإدارة الجودة بمساحة كافية ومجهزة للقيام بالأنشطة اليومية وعقد الاجتماعات (كمبيوتر، طابعة، دواليب كراسي، مكاتب الخ). جزئي: مكان غير مكتمل التجهيز يصعب معه القيام بالمهام الإدارية. غير المطبق: مكان غير موجود. غير موجود: لا وجود للوحدة/القسم/الإدارة أصلاً.
2	V	يوجد في المرفق الصحي منسق للجودة تم تكليفه وتحديد مسؤولياته لضمان وتحسين جودة الرعاية وسلامة المرضى وشارك الموظف في الاجتماعات الدورية ذات العلاقة بالجودة					كلي: موجود ولديه قرار تكليف ومهام ووصف وظيفي ويحضر الاجتماعات ذات العلاقة. الجزئي: موجود لكن بدون قرار او مهام.
3	V	يوجد لدى إدارة الجودة خطة سنوية لتحسين وتطوير جودة الخدمات المقدمة بالمستشفى					الكلي: توجد خطة تحسين الجودة تغطي جميع جوانب الأداء وتتكون من: (١) الأهداف العامة والخاصة. (٢) ادوار ومسؤوليات العاملين على كافة المستويات. (٣) الأنشطة والبرامج المتعلقة بإدارة الجودة والتحسين المستمر وسلامة المرضى وإدارة المخاطر. (٤) الأنشطة التعليمية والتوعوية والبرامج التدريبية عن جودة الرعاية الصحية. (٥) آلية اختيار المعايير والمؤشرات وطرق القياس وتحليل البيانات. الجزئي: توجد خطة لا تغطي جميع الجوانب.



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: المستشفى التخصصي ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

م	رمز المعيار	نص المعيار	درجة التقييم				ملاحظات
			مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود	
4	E	يعقد فريق ادارة المرفق الصحي اجتماعات دورية لمناقشة جودة الخدمات الصحية المقدمة والفجوات والحلول.					كلى: آلية الاجتماعات ومناقشة تقارير الاداء واضحة. والمحاضر والمخرجات متوفرة. الجزئي: آليات غير واضحة أو اجتماعات غير موثقة. غير المطبق: لا تعقد اجتماعات لمناقشة جودة الخدمات الصحية أو اجتماعات لا ينتج عنها قرارات تتعلق بالحلول وتجاوز الفجوات. غير موجود: لا تعقد اجتماعات.
5	E	تشارك ادارة المستشفى في أنشطة ومشاريع تحسين الجودة.					كلى: تقوم الادارة بتنفيذ جميع الانشطة الادارية الخاصة بالجودة كاعداد السياسات واللوائح والانخراط في أنشطة تحسين العمل الاداري بناء على توصيات او خطة عمل الجودة. الجزئي: بعض الانشطة.
6	E	يحفز قادة المستشفى الموظفين بالمشاركة في أنشطة ومشاريع تحسين الجودة.					كلى: او لا: تدعو جميع الموظفين للتجاوب والعمل مع فرق الجودة ووفق توصياتهم ثم تقدم الدعم والتسهيل والتحفيز المادي - المعنوي. الجزئي: تدعو ولكن لا تحفز. غير موجود: لا تدعو او تحفز.
7	E	تقوم ادارة المستشفى بتشكيل لجان وفرق الجودة بما يتناسب مع نطاق الخدمة وخطة الجودة.					كلى: اعضاء فريق لجان الجودة محدون. وكذا المهام والمسؤوليات لكل لجان الجودة. الجزئي: فريق او لجان بغير مهام واضحة.
8	N	يوجد لدى المرفق آلية واضحة للتواصل بين الموظفين والادارة ويعرف الموظفون كيفية ابلاغ الادارة اذا كانت هناك مشكلة خطيرة تتعلق بجودة الرعاية وسلامة المرضى.					كلى: البية واضحة ومعروفة وقائمة بالمشاكل الخطيرة التي بحاجة للإبلاغ الفوري. الجزئي: البية واضحة لكن غير معروفة او لا توجد قائمة بالمشاكل اللازم ابلاغها.
3		البنية التحتية					
1	V	تم تصميم وانشاء مباني المستشفى حسب المعايير المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة والسكان					الكلى: مبنى المستشفى صمم وفقاً لمعايير بناء المستشفيات.
2	V	السعة السريرية في المنشأة تتطابق مع عدد التخصصات وبحسب الدليل الوطني.					الكلى: بمعدل ١٠ اسرة رقود لكل تخصص و٢ اثنين اسرة عناية لكل ١٠ اسرة رقود و ٢ حاضنات لكل عشرة اسرة رقود. الجزئي: من ٦-٩ اسرة لكل تخصص. غير مطبق: ٤-٥ اسرة لكل تخصص. غير موجود: اقل من ٤ اسرة.
3	E	مبنى المنشأة مستقل عن أي مبنى آخر.					
4	E	موقع المنشأة ملائم لتقديم الخدمات الصحية					ليس بجانبه أي مسبب للإزعاج والتلوث.
5	E	المنشأة في مكان يسهل الوصول إليه					الطريق اليه سالكة ويقع في منطقة تجمع سكاني.
6	V	المبنى الحالي للمنشأة بحالة جيدة.					الكلى: بناء مسلح حديث بني منذ ٣٠ سنة او اقل لا يعاني من أي تشققات او اشكاليات تهدد استقراره. الجزئي: بناء مسلح قديم او هناك اشكاليات. غير المطبق: بناء غير مسلح حجري-ترابي حالته جيدة. غير موجود: بناء غير مسلح قديم لديه العديد من المهددات. (يضاف تاريخ الانشاء)



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: المستشفى التخصصي ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					عرض المدخل الرئيسي للمنشأة ٣ متر على الأقل وارتفاعه ٣ متر	E	7
الكلي: نوافذ تسمح بمرور تيار الهواء في كل غرفة. الجزئي: بعض الغرف لا توجد بها نافذة واحدة على الأقل.					التهوية في المنشأة مناسبة وجيدة.	E	8
الكلي: لا توجد أي أماكن بحاجة للإضاءة الكهربائية أثناء النهار. الجزئي: بعض الأماكن تعتمد على الإضاءة غير الطبيعية.					الإضاءة في المنشأة مناسبة وجيدة.	E	9
لا تسبب الانزلاق ولا حفر فيها. الكلي: جميع الأرضيات في المستشفى. الجزئي: بعض الأرضيات غير موجودة: نوعية الأرضيات غير آمنة.					أرضيات المنشأة مبلطة وآمنة لحركة المرضى.	V	10
الكلي: جميع الممرات مطابقة. جزئي: أقل من ٢ م. غير موجود: أقل من ١,٥ م.					عرض الممرات الداخلية فيها لا يقل عن ٢ م ومناسبة لحركة المرضى بالأسرة والنقلات بأنواعها.	V	11
الكلي: في جميع الأقسام. الجزئي: بعض الأقسام فقط.					هناك ممرات لذوي الاحتياجات الخاصة	N	12
الكلي: مطابق للمواصفات. الجزئي: الدرابزين خشبي أو عرض السلالم لا يقل عن ١,٢ م. غير مطبق: المساحة أقل من ١,٢ م. غير موجود: لا يوجد درابزين.					السلالم بمساحة كافية للحركة وبعرض لا يقل عن متر ونصف المتر والدرابزين غير خشبي على طول السلالم	E	13
يحدد اتجاهات وحركة المرضى والعاملين وذلك لمنع الازدحام والتجمع في بعض الأماكن					يساعد تصميم المبنى على سهولة وانسياب حركة المرضى وسلامة وأمان حركة المترددين والعاملين.	E	14
ينطبق على المستشفيات ذات الطابقين فأكثر. ولا يتم الإجابة عليه فيما دونها. الكلي: مصاعد منفصلة للمرضى وآخر للعاملين. الجزئي: مصعد واحد للمرضى والعاملين لكن يكفي لنقل السرير. غير موجود: لا يكفي لنقل السرير أو متوفر لكن لا يعمل أو غير متوفر.					يتوفر في المنشأة المصاعد الخاصة بالعاملين والمرضى وبمساحة تكفي لنقل المريض بالسرير والنقلات بأنواعها.	V	15
الكلي: هناك مساحة مناسبة لمرافقي المرضى ومنفصل مكان الذكور عن الإناث. غير مطبق: مساحة غير كافية أو غير منفصلة.					توافر أماكن استقبال وانتظار تتناسب مع حجم التردد على الخدمات بالمستشفى.	N	16
الكلي: بها عدد كافٍ من كراسي الانتظار. غير مطبق: بها عدد غير كافٍ من الكراسي.					توفر مقاعد مناسبة في صالات الانتظار.	E	17
الكلي: على جميع الأماكن في المستشفى. الجزئي: بعض فقط.					يوجد في المنشأة أدلة إرشادية وتوجيهية لأماكن تقديم الخدمات.	E	18
الكلي: الأقسام الرئيسية منفصلة (الرقود والعيادات، والأقسام التشخيصية، والطوارئ، والعمليات). تراعى خصوصيات الرجال عن النساء، دورات المياه والمغاسل وأماكن الانتظار وأماكن استقبال وحركة المرضى داخل المستشفى. الجزئي: بعض الأقسام مترابطة أو لا تراعى فيها الخصوصية.					تصميم وتجهيز المبنى يوفر خصوصية للمريض.	V	19
الكلي: هناك مخارج للطوارئ تسهل إخلاء العاملين والمرضى وعليها لوحات إرشادية.					يوجد في المنشأة مخارج للطوارئ (عند الحريق أو الكوارث) واضحة ومعروفة لدى العاملين والمرضى.	E	20
كلي: بوفية وروضة أطفال وحديقة ومصلى. جزئي: بعض منها.					لدى المنشأة مرافق وخدمات عامة للعاملين والمرضى.	N	21



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: المستشفى التخصصي ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

م	رمز المعيار	نص المعيار	درجة التقييم				ملاحظات
			مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود	
22	E	تحتوي المنشأة على موقف خاص للسيارات.					الكلي: يتسع لـ ٣٠ سيارة على الأقل الى جانب موقف يتسع للموظفين. الجزئي: ٣٠ سيارة للموظفين والمتريدين.
23	E	تحتوي المنشأة على متنزه للمرضى.					الكلي: مساحة تتناسب مع حجم المستشفى وبها اشجار ومقاعد للمرضى واشعة شمس. الجزئي: مساحة صغيرة او غير مناسبة.
24	V	يتوفر في المنشأة شبكة اتصالات داخلية.					الاستدعاءات الخاصة بالمناوبين والطوارئ.
الطاقة والكهرباء							
25	V	لدى المنشأة مصدر لتوفير الطاقة الكهربائية بشكل مستمر ويتناسب مع حجم وطبيعة العمل.					مصدر اساسي لتوفير الطاقة خلال فترات الصباح والمساء. (اما خط حكومي او تجاري مستمر او ٢ مولدات اساسية)
26	V	يتوفر مصدر بديل للطاقة عند توقف المصدر الرئيسي					(مولد اخر لتشغيل كافة اقسام المستشفى أو خط ساخن اخر).
27	E	يوجد مولد كهربائي احتياطي (صغير) يكفي لتشغيل الأقسام الحيوية دون باقي الاقسام					
28	N	لدى المنشأة مخزون من امدادات الوقود يتناسب مع احتياجها بحسب الخدمات المقدمة.					مطبق كلي: يوجد لديه مخزون يكفي لشهر على الأقل. الجزئي: اقل من مخزون يكفي لشهر. غير مطبق: لا يوجد مخزون.
29	N	يوجد مصدر طاقة متجددة (بديلة/شمسية)					
30	V	الإمدادات والشبكة الكهربائية سالكة وأمنة.					الكلي: جميعها تسليكات حديثة ومغطاة غير مكشوفة وتعمل ويوجد بها نظام أمان لمنع الحوادث الكهربائية. غير مطبق: بعضها لا يعمل او مكشوف او شبكة قديمة ولا يوجد نظام امان.
المياه							
31	V	يتوفر لدى المنشأة مصدر لتوفير المياه بشكل مستمر.					مطبق كلي: بئر أو شبكة حكومية عاملة بانتظام. مطبق جزئي: وايت ماء أو غيره يوفر المياه ولكن يحدث انقطاع لها لبعض الوقت أو على بعض وحدات العمل.
32	V	لدى المنشأة مخزون مياه مناسباً لاحتياجها بحسب الخدمات المقدمة.					مطبق كلي: يوجد لديه مخزون يكفي لمدة شهر او كمية ٣٥ الف لتر على الأقل. الجزئي: المخزون يكفي لاكثر من اسبوع. غير المطبق: لا يوجد له مخزون ويحتاج لامداد بصورة يومية.
33	E	امدادات المياه المأمونة متوفرة في جميع الادارات وأماكن تقديم الخدمة (أقسام، عيادات، عمليات، طوارئ) على مدار اليوم ٢٤ ساعة					الكلي: ١- وجود خزانات على سطح المبنى. ٢- وجود خزان ارضي او مشروع مياه. ٣- ملاحظة وجود خزانات متعددة ومخصصة لأقسام المستشفى بحسب طبيعة عملها. ٤- وثائق متابعة وتوفير المياه. الجزئي: ينقطع لساعات عن بعض الاقسام. غير المطبق: امدادات غير مأمونة.
الصرف الصحي							
34	V	لدى المنشأة شبكة تصريف صحي بحسب الاشتراطات والمواصفات.					مطبق كلي: شبكة تصريف صحي غير مكشوفة تربط جميع مرافق المستشفى بنظام تصريف صحي (ببارة غير طافحة او صرف صحي).



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: المستشفى التخصصي ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

م	رمز المعيار	نص المعيار	درجة التقييم			
			مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود
35	V	شبكة الصرف الصحي سالكة وآمنة.				
الأكسجين						
36	V	يوجد لدى المرفق محطة توليد أكسجين تتناسب مع السعة السريرية وتغطي احتياجات المستشفى بشكل عام او مخزن يحتوي على عدد كافي من الأسطوانات تكفي لحاجة المستشفى لمدة شهر				
37	V	يوجد لدى المرفق شبكة توزيع أكسجين الى جميع وحدات المستشفى				
خطة صيانة المرافق والسلامة الانشائية						
38	V	لدى المستشفى خطة للصيانة الانشائية ويتم تنفيذها.				
39	E	يوجد لدى المستشفى أدلة وسياسات واجراءات لسلامة المرافق والصيانة الانشائية.				
40	V	يتم اجراء الفحص الدوري وصيانة وإصلاح المرافق الأساسية				
4		ادارة الأجهزة الطبية والأثاث				
1	V	يوجد مهندس مختص ومؤهل للمعدات والأجهزة الطبية (او وحدة/قسم ويتم ادارته من قبل مؤهل).				



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: المستشفى التخصصي ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

م	رمز المعيار	نص المعيار	درجة التقييم			
			مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود
2	E	يقوم مهندس الأجهزة الطبية بتدريب العاملين على استخدام وسلامة الأجهزة والمعدات الطبية.				الكلي: يقوم بتدريب جميع العاملين وفق خطة واضحة. الجزئي: يقوم بتدريب بعض العاملين أو بالتدريب بدون خطة. غير موجود: لا يقوم بالتدريب.
3	E	يطبق المستشفى سياسات وإجراءات للأجهزة الطبية (تشمل: ١- سياسة الشراء والتوريد. ٣- سياسة الصيانة الدورية. ٤- سياسة الصيانة الطارئة. ٥- سياسة الصيانة الوقائية.)				الكلي: هناك سياسات تشمل جميع الجوانب ويتم الالتزام بها. الجزئي: سياسات تشمل بعض منها أو لا تطبق جميعها. غير مطبق: سياسات لا يتم الالتزام بأي منها. غير موجود: ليس لدى المستشفى أي سياسات.
4	V	توجد قائمة شاملة لجميع الأجهزة الطبية بالمنشأة.				الكلي: تشمل جميع التجهيزات في المستشفى وجميع البيانات (التالية: ١) اسم الجهاز، ٢) والموديل، ٣) والشركة المصنعة، ٤) مكان تواجد الجهاز (القسم أو الوحدة). ٥) تاريخ التصنيع، ٦) جدول الصيانة، ٧) الرقم المسلسل، ٨) تاريخ التشغيل، عهدة من يقع. غير مطبق: بعض التجهيزات أو بيانات ناقصة.
5	V	توجد آلية لإيجاد البديل عند تعطل جهاز ما.				الكلي: توثيق لاستبدال تجهيزات حال عطلها (كاجهزة المراقبة والصدمة وقياس الاكسجين في الدم وإيقاف النزيف بالكي في العمليات ... الخ)
6	E	توجد خطة للاحتياج من الأجهزة الطبية تهدف لتوفير الأجهزة الطبية اللازمة لجميع الخدمات التي يقدمها المستشفى.				الكلي: توجد خطة تستند للمتوفر والمفترض والفجوة بينهما. الجزئي: توجد قوائم احتياج غير مبررة. غير موجود: لا توجد قوائم احتياج.
صيانة الأجهزة الطبية						
7	E	لدى المستشفى خطة معتمدة لصيانة الأجهزة والمعدات الطبية.				الكلي: هناك خطة للصيانة تنفذ جميعها دورياً في كل الوحدات. الجزئي: هناك خطة تشمل بعض منها. غير مطبق: خطة موجودة لكن غير منفذة. غير موجود: ليس لدى المستشفى أي خطة للصيانة.
8	E	يوجد جدول دوري لفحص الأجهزة الطبية وصيانتها واختبارها				كلي: يوجد جدول الفحص والصيانة الدورية وهو طبقاً لتوصيات الجهة المصنعة. مع اختبار جميع الأجهزة الجديدة قبل الاستخدام. الجزئي: يوجد جدول للفحص الدوري ينفذ جزئياً أو بغير انتظام. غير المطبق: يوجد جدول يخالف توصيات الجهات المصنعة. ولا يتم اختبار جميع الأجهزة. غير موجود: لا يوجد جدول للفحص الدوري.
9	N	يتم توثيق عمليات التفتيش والصيانة الوقائية والدورية والطارئة لجميع الأجهزة والأدوات الطبية.				الكلي: يتم توثيق جميع الإجراءات. الجزئي: يتم توثيق بعض الإجراءات دون الأخرى. غير مطبق: تتم الإجراءات ولكن لا يتم التوثيق. غير موجود: لا تتم الإجراءات المذكورة مطلقاً.
10	E	متطلبات الإصلاح والصيانة يتم التعامل معها مباشرةً وتوفيرها.				الكلي: متطلبات الصيانة العاجلة متوفرة في حدها الأدنى أو يتم توفيرها مباشرة. الجزئي: تتوفر بعض المتطلبات دون الأخرى. غير المطبق: لا يتم التعامل معها مباشرة وبحاجة لوقت طويل للتوفير. غير موجود: لا توجد متطلبات مع وجود عدد من الأجهزة العاطلة لهذا السبب.



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: المستشفى التخصصي ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

م	رمز المعيار	نص المعيار	درجة التقييم			
			مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود
11	E	تناقش خطة الاجهزة الطبية (الاحتياج والصيانة وسلامة الأجهزة) مع الادارة دورياً.				
12	N	لدى المستشفى الية لضبط الجودة للأجهزة الطبية (معايرة اجهزة المختبر والتخدير والتنفس .. الخ).				
13	V	توجد آلية لمتابعة تطبيق سلسلة التبريد في المستشفى.				
5 الأدوية والمستلزمات الطبية						
1	V	توجد ادارة/قسم/وحدة للامداد والتموين الطبي				
2	V	ترفع قائمة الاحتياجات من الادوية الاساسية والمستلزمات من جميع وحدات المستشفى وتوفر من قبل الادارة.				
3	V	لدى المستشفى مخزون كافي من الأدوية المنقذة للحياة والمستلزمات الاساسية اللازمة للإسعاف والطوارئ والتخدير والعناية بحسب القائمة الأساسية				
4	V	توجد لدى المستشفى آلية لضمان صرف جميع الادوية المنقذة للحياة والأدوية الطارئة في أي وقت (صيدلانية مناوبة، عهدة، ... الخ)				
الصيدلية الداخلية						
5	V	توجد صيدلية (داخلية) داخل المستشفى ليست مفتوحة للخارج				
6	N	مساحة الصيدلية لا تقل عن ١٢ متر مربع والقواطع الداخلية مقاومة للحريق (معدنية وليست خشبية)				



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: المستشفى التخصصي ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					يوجد بها ثلاجة لحفظ الأدوية	V	7
كلي: ثلاجة معيارية تضبط درجة الحرارة بشكل دقيق تكفي لحفظ الادوية وعاملة. الجزئي: تجارية او لا تكفي لحفظ الاحتياج من الادوية. غير مطبق: كثيرة العطل او عاطلة او غير عاملة.							
					يرأس العمل الصيدلاني في المستشفى صيدلاني مؤهل	V	8
كلي: مؤهل يحمل بكالوريوس صيدلة.							
					الصيدلاني يحمل ترخيص مزاوله المهنة	V	9
كلي: لديه مزاوله. غير موجود: لا يحمل ترخيص.							
					توجد كوادر مؤهلة لتقديم خدمات الصيدلية على مدى ٢٤ ساعة.	E	10
كلي: جميعهم مؤهلون ويغطون ساعات العمل في الصيدلية. جزئي: بعضهم (من ٧٥ الى ٩٩%) مؤهلون. غير مطبق: اقل من ٧٥% غير مؤهل.							
					جميع الكوادر العاملة لديها رخص مزاوله لتقديم خدمات الصيدلية على مدى ٢٤ ساعة.	E	11
كلي: جميعهم يحملون رخص. جزئي: بعضهم (من ٧٥ الى ٩٩%) يحملون رخص. غير مطبق: اقل من ٧٥% لا يحملون رخص.							
					جدول المناوبات لـ ٢٤ ساعة مطبقة ويتم الالتزام بها	E	12
كلي: يوجد موقع ومعتمد ومعلق ومنتظم (من خلال الاطلاع على جداول المناوبات خلال الاسبوعين الاخيرة). الجزئي: معظم الايام موجود او غير مكتمل البيانات. غير مطبق: جدول لا يعمل به.							
					لدى المستشفى سياسات تنظم استخدام الأدوية والممارسات الصيدلانية تتوافق مع القوانين واللوائح المعتمدة.	V	13
الكلي: توجد سياسات لكل مما يلي: ١- سياسة طلب وشراء الأدوية. ٢- سياسة تخزين الأدوية. ٣- سياسة صرف وتوزيع الأدوية. ٤- سياسة كتابة الوصفة الطبية. ٥- سياسة اعطاء الأدوية. ٦- سياسة مراقبة تأثير الأدوية. ٧- سياسة الأدوية المخدرة الخطيرة. ٨- سياسة الأدوية عالية التركيز. ٩- سياسات اخرى يقرها المستشفى. الجزئي: توافر بعض السياسات.							
					تطبق بالمستشفى سياسة ادارة الادوية المراقبة دولياً والعلائق الذهنية بحسب القوانين واللوائح النافذة	V	14
الكلي: ١- الشخص المسئول عنها معين بقرار، ٢- ولديه خزنة مكان لتخزينها لا يمكن الوصول اليه من قبل احد غيره، ٣- وسجلات توثق جميع عمليات الصرف والتوزيع، ٤- والوصفات الطبية مرفقة مع السجل ومطابقة له، ٥- والعبوات الفارغة المستخدمة محفوظة، ٦- ولا توجد فجوة بين الموثق والموجود عملياً. الجزئي: نقص أحد المذكورات اعلاه. غير موجود: نقص أكثر من واحد من المذكورات.							
					يوجد بالمستشفى لجنة لادارة واستخدام الدواء لها شروط مرجعية محددة (مهام ومسؤوليات) وتعد اجتماعها بشكل دوري مع توثيق أنشطة اللجنة.	E	15
كلي: توجد لجنة مكلفة بقرار ومن معينين (الامداد، والمالية، وفنيون اطباء وصيادلة)، لديها مهام ومسؤوليات محددة، وهناك محاضر اجتماعات دورية. الجزئي: فقدان احد النقاط اعلاه. غير مطبق: لا تعقد اجتماعات ولا تتخذ أي قرار.							



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: المستشفى التخصصي ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

م	رمز المعيار	نص المعيار	درجة التقييم				ملاحظات
			مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود	
16	E	يتم التدريب الدوري للعاملين في الصيدلية وباقي كادر المستشفى الطبي والمساعد على سياسات استخدام الدواء وصرفه وترشيده.					الكلي: يتم التدريب دورياً ويستهدف كافة الكادر الطبي والفني. الجزئي: لا يتم التدريب دورياً أو يستهدف بعض المعنيين. غير موجود: لا يتم التدريب.
تأمين الأدوية وتوفيرها							
17	E	يتم اختيار الأدوية وشراؤها وتأمينها طبقاً للقوانين واللوائح والسياسات والإجراءات.					الكلي: الشراء يتم بناءً على قرارات اللجنة المختصة بتحديد الاحتياجات مبيناً فيها المواصفات والكميات. وتتم إجراءات الشراء بناءً على محضر لجنة الفحص والاستلام. وبحسب القائمة الأساسية المعتمدة من وزارة الصحة
18	V	يتم اعتماد قائمة الأدوية الأساسية وفق نطاق خدمة المستشفى وترتب تبعاً للاسم العلمي.					الكلي: توجد قائمة معتمدة مرتبة وفق الاسم العلمي وموقعة من قبل اللجنة المختصة وفق نطاق خدمات المستشفى. الجزئي: قائمة غير موقعة أو غير مرتبة أو فيها أسماء تجارية أو لا تتوافق مع نطاق الخدمات.
19	V	توجد قائمة معتمدة بالأدوية عالية الخطورة والمتشابهة في الشكل أو النطق (LASA).					الكلي: توجد قائمة بالاسم العلمي معتمدة ومعمة على الأقسام. غير مطبق: قائمة غير معمة أو معتمدة.
التخزين والتوزيع							
20	E	إجراءات التخزين الملائمة للأدوية والتحكم في درجات الحرارة لكافة الأدوية ومواد التغذية العلاجية الوريدية (انسولين، اوكسيتوسين، تخدير).					الكلي: إجراءات التخزين الملائمة معتمدة ومعمة على الأقسام ومعلقة فيها في أماكن التخزين ومنفذة. غير مطبق: قائمة غير معمة أو معتمدة.
21	V	لدى المستشفى آلية للتعامل مع الأدوية منتهية الصلاحية.					الكلي: قرار تكليف لجنة اتلاف الادوية تشمل جميع المعنيين ولديها محاضر اتلاف. الجزئي: قرار تكليف لجنة لكن لا يوجد محاضر اتلاف ولكن لا وجود لأدوية منتهية في المخازن. غير موجود: توجد ادوية منتهية في المخازن.
وصف وترشيد استهلاك الأدوية							
22	V	يحدد المستشفى الأشخاص المؤهلين المسموح لهم بوصف الأدوية أو طلبها.					الكلي: توجد قائمتين بالأشخاص المؤهلين المسموح لهم بوصف الادوية أو طلبها ومعمة على كل العاملين في المخازن. غير مطبق: توجد قائمتان لكنهما غير معممتان.
23	V	عناصر واشتراطات الوصفة الطبية الأساسية يتم الالتزام بها في المستشفى.					الكلي: جميع الوصفات تحتوي على البيانات الأساسية (اسم المريض، رقم السجل الصحي، العمر، الجنس، التشخيص، الدواء وطرق استخدامه، الحساسية، اسم الطبيب والختم والتوقيع، اسم العيادة/القسم ورقمها والتاريخ، الاسم العلمي). الجزئي: غياب بعض تلك العناصر. غير مطبق: لا يتم الالتزام باغلب تلك العناصر. غير موجود: لا يتم تحديد عناصر الوصفة الطبية.



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: المستشفى التخصصي ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

م	رمز المعيار	نص المعيار	درجة التقييم				ملاحظات
			مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود	
24	V	توجد سياسات وإجراءات لمتابعة الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية.					الكلي: توجد سياسات تشمل جميع المضادات الحيوية وإجراءات متابعة استخدامها معمم بها على جميع وحدات وأقسام المستشفى توضح كيفية اختيار المضاد وفقاً لبروتوكولات المعالجة ونتائج المزارع، والأدوية التي لا يمكن استخدامها في أن واحد، ومتى يمكن تغيير المضاد الحيوي ... الخ. غير موجود: لا توجد سياسات.
25	V	توجد سياسات وإجراءات تحدد الوصف/ الطلب الآمن (تشمل الأدوية عالية الخطورة والأدوية المخدرة وأدوية الأطفال).					الكلي: توجد سياسات تشمل جميع الأدوية الخطرة والكيماوية وأدوية الأطفال وإجراءات متابعة استخدامها معمم بها على الوحدات والأقسام المعنية. غير موجود: لا توجد سياسات.
التحضير والإعطاء							
26	V	توجد قائمة معتمدة بالأشخاص المؤهلين والمسموح لهم بتحضير وإعطاء الأدوية.					الكلي: توجد قائمتين بالأشخاص المؤهلين المسموح لهم بتحضير وإعطاء الأدوية ومعتمداً على كل العاملين في الأقسام. غير مطبق: توجد قائمتان لكنهما غير معممتان.
27	V	جميع الأدوية التي يتم توزيعها من الصيدلية يوضع عليها ملصق مدون عليها على الأقل البيانات التالية: (١) اسم المريض (٢) اسم الدواء ودرجة تركيزه/ قوته (٣) تاريخ انتهاء الصلاحية (٤) تعليمات مكتوبة توضح الاستخدام/ التناول.					الكلي: تتوفر جميع البيانات على ما يتم توزيعه من الصيدلية للمرضى من الأدوية التي تصرف من عبوات كبيرة أو ما يتم تحضيره داخلياً أو للمرضى الخارجيين. الجزئي: يتم الالتزام بكتابة بعض البيانات. غير موجود: لا يتم كتابة أي منها.
28	E	توجد سياسات وإجراءات معتمدة لتحضير وإعطاء الأدوية وتوزيعها بالشكل الصحيح ويتم مراجعتها والتأكد من توفر عناصرها الرئيسية					الكلي: يتم مطابقة وصفة الطبيب أو الأوامر في الملف مع ما يعطى للمريض في استمارات التمريض للعناصر السبعة التالية: ١- المريض الصحيح. ٢- الدواء الصحيح. ٣- الجرعة الصحيحة. ٤- الطريقة الصحيحة. ٥- الوقت الصحيح. ٦- التكرار الصحيح. ٧- التوثيق الصحيح. الجزئي: لا يتم الالتزام بها جميعاً. غير مطبق: لا يتم التوثيق.
29	E	توجد سياسات وإجراءات لتحضير الأدوية والمحاليل الوريدية وتحديد الطرق والأجهزة المطلوبة لإعطائها (الدوبامين، النورادرينالين، الدوبيوتامين، الاميودارون).					الكلي: توجد سياسات وتشمل جميع ما يلي: (١) تحضير وإعطاء الأدوية والمحاليل الوريدية (٢) تحضير وإعطاء الأدوية عبر جهاز التفطير الوريدي Infusion Pump أو عبر جهاز الحقن الوريدي (3 Syringe Pump). تحضير وإعطاء المغذيات الوريدية.
30	E	يوجد سياسات لتسجيل كل جرعة دواء يتم إعطائها.					
31	E	لدى الصيدلية نظام لاسترداد الأدوية من الأقسام السريرية في المستشفى.					الكلي: توجد نماذج توضح آلية الاسترداد وسياسات تحدد آلية الاسترداد ومسئولية من. جزئي: توجد نماذج لكن غير مفعلة.
متابعة تفاعلات الأدوية واعراضها الجانبية							
32	E	يوجد مختص بالصيدلة السريرية في المستشفى يغطي جميع الأقسام السريرية					الكلي: يوجد شخص مؤهل يغطي المرور يوميا على أقسام العيادات والرقود الداخلي. الجزئي: يوجد في بعض الأقسام. غير مطبق: موجود شخص لكن غير مفعول ولا يغطي جميع الأقسام
33	E	لدى المستشفى آلية لمراقبة و اكتشاف ورصد وتبليغ التفاعلات العكسية للأدوية للإدارة والجهات ذات العلاقة.					الكلي: توجد آلية معتمدة ومعتمداً على جميع الأقسام. غير مطبق: وجود آلية لكن غير مفعلة لا توجد أي بلاغات. غير موجود: لا وجود لآلية.



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: المستشفى التخصصي ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

م	رمز المعيار	نص المعيار	درجة التقييم				ملاحظات
			مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود	
6 إدارة الإحصاء والسجلات الطبية ونظم المعلومات							
قسم المعلومات والإحصاء							
1	E	يوجد وحدة/قسم/إدارة لنظم المعلومات تحتوي على التجهيزات اللازمة.					<p>الكلي: توجد وحدة/قسم/إدارة بقرار مفعلة لديها كل مما يلي:</p> <p>١- يوجد مكتب خاص إدارة نظم المعلومات بمساحة كافية للقيام بالأنشطة اليومية وعقد الاجتماعات. ٢- توفر التجهيزات المكتبية (كمبيوتر - سيرفرات - طابعة - دواليب كراسي - مكاتب - أرشيف وغيرها). جزئي: مفعلة ينقصها المكان أو بعض التجهيزات. غير مطبق: موجودة لكن غير مفعلة.</p>
2	E	يوجد مسئول مؤهل لإدارة نظم المعلومات الصحية ولديه/لديها كافة التسهيلات اللازمة للعمل					<p>الكلي: يوجد قرار تعيين مسئول لإدارة نظم المعلومات من قبل مدير المستشفى. لديه المؤهلات والخبرات المناسبة. الجزئي: يوجد لكن غير معين أو غير مؤهل.</p>
نظام المعلومات							
3	E	يطبق في المستشفى نظام معلومات (إداري وطبي ومالي)					<p>كلي: يوجد نظام معلومات إلكتروني يربط شبكياً بين وحدات العمل المعنية وتصدر عنه التقارير الدورية متكاملة وبانتظام ويسهل الحصول على البيانات لأشهر سابقة. جزئي: النظام الإلكتروني لا يشمل جميع وحدات العمل المعنية أو يعمل بنظام يدوي، يصدر تقارير دورية غير متكاملة، صعوبة في الحصول على بيانات لأشهر سابقة. غير مطبق: يشمل احد الجوانب دون الباقية (مالي فقط).</p>
النظام المساند لنظم المعلومات (السجل الطبي)							
4	V	يوجد نظام مساند يدوي لنظم إدارة المعلومات في حالة استخدام نظم المعلومات الإلكترونية.					<p>الكلي: توجد سجلات في جميع مرافق تقديم الخدمات وبياناتها مكتملة. الجزئي: سجلات في بعض الوحدات أو بيانات غير مكتملة.</p>
5	E	يوجد وحدة/قسم/إدارة للسجلات الطبية تحتوي على التجهيزات اللازمة.					<p>الكلي: توجد وحدة مجهزة (١- لها مكتب خاص بالسجلات الطبية بمساحة كافية للقيام بالأنشطة اليومية وعقد الاجتماعات. ٢- توفر التجهيزات المكتبية (كمبيوتر - طابعة - دواليب كراسي - مكاتب - أرشيف وغيرها). الجزئي: توجد تنقصها التجهيزات.</p>
6	E	يوجد شخص معين لإدارة السجلات الطبية والارشيف.					
7	V	لدى المستشفى ملف طبي معتمد ويمنح لكل مريض يتلقى الرعاية أو الخدمة يحتوي الملف الطبي على كافة البيانات والنماذج الأساسية والمتوافقة مع نوعية الخدمات والرعاية المقدمة.					<p>الكلي: يوجد ملف طبي معتمد: يحتوي الملف الطبي على البيانات والنماذج الأساسية للعناصر التالية: ١- التعريف بالمرضى، اسمه، عنوانه، تاريخ ميلاده. ٢- السيرة المرضية والفحص السريري الشامل. ٣- الطرق العلاجية بما فيها الأدوية الموصوفة. ٤- ملاحظات الطبيب والممرضة. ٥- ملخص الخروج من المستشفى. الجزئي: تنقصه بعض البيانات.</p>



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: المستشفى التخصصي ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

م	رمز المعيار	نص المعيار	درجة التقييم				ملاحظات
			مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود	
8	V	يوجد نموذج لـ كرت (أو ملخص) الخروج ويشتمل على البيانات الأساسية لسلامة وإرشاد المريض وتوثيق حالته.					الكلي: يوجد نموذج يتضمن البيانات التالية : (١) سبب إدخال المريض. (٢) الإجراءات التي تم إجراؤها للمريض. (٣) أي تشخيص أو فحوصات تم تحديده أو عمله. (٤) العلاج الذي تم إعطائه. (٥) حالة المريض عند الخروج من المستشفى. (٦) تعليمات الخروج والعلاج والمتابعة بعد خروج المريض. (٧) اسم وتوقيع الطبيب الذي أمر بإخراج المريض أو خروج المريض باختياره. الجزئي: تنقصه بعض البيانات.
9	E	جميع المعلومات والمدخلات في الملف الطبي موجودة ومقروءة وواضحة ويتم التوقيع عليها من قبل المخولين بالكتابة في الملف الطبي.					الكلي: ملف من كل قسم فيه جميع البيانات واضحة ومقروءة وموقعة .. الخ. الجزئي: غير مكتملة أو غير واضحة أو غير موقعة.
10	V	لجميع المرضى الذين تم ترقيدهم في المستشفى ملفات طبية محفوظة في السجلات الطبية/الأرشيف.					الكلي: ٥ مرضى في سجلات الخروج في القسم توجد ملفاتهم في الأرشيف. الجزئي: بعضها.
11	E	يتم تسجيل جميع المواليد في سجل المواليد ويتم تسجيل معلومات كاملة عن الحالات					الكلي: تطابق سجلات الولادات وسجلات المواليد في العدد.
12	E	يوجد سجل للوفيات ويتم تسجيل معلومات كاملة عن الوفيات بما فيها سبب الوفاة					
13	V	يوجد سجلات خاصة بالتقارير الطبية والنفسية والجناحية التي تصدرها المنشأة					
		الأرشيف					
14	E	يوجد بالمستشفى مكان مخصص لحفظ السجلات بطريقة منظمة وأمنة ويحتوي على التجهيزات اللازمة.					كلي: البيانات الإدارية والفنية مؤرشفة بشكل منظم ومكاملة ويسهل الحصول عليها. الجزئي: السجلات والملفات غير مرتبة وغير محفوظة بصورة جيدة. غير مطبق: لا يوجد مكان مخصص أو ملائم أو آمن لحفظ السجلات.
15	N	يوجد لدى المستشفى سياسات معتمدة لحفظ وتخزين السجلات والبيانات والمعلومات.					كلي: لدى المستشفى سياسة معتمدة بشأن مدة الاحتفاظ بالسجلات الطبية للمرضى. ٢- تتوافق السياسة مع اللوائح والتشريعات القانونية. ٣- توضح السياسة كيفية الحفاظ على سرية وأمن السجلات. الجزئي: لا توجد سياسات تشمل جميع الجوانب المذكورة.
7		القوى العاملة والتدريب					
1	V	توجد عقود لجميع الكادر الاساسي المشغل للمستشفى وفق التخصص					الكلي: جميع الكادر الفني والمساعد لديهم عقود سارية المفعول. الجزئي: ٨٠% فأكثر من الكادر الاساسي لديهم عقود. غير مطبق: ٥٠-٨٠% لديهم عقود. غير موجود: أقل من ٥٠% من الكادر الاساسي لديهم عقود.
2	V	يوجد في المرفق عدد كافي من الموظفين الفنيين (أطباء، تمريض، نفسية) - وفقاً لمعايير وزارة الصحة العامة والسكان - يغطي ٣ نوبات يوميا					الكلي: اخصائي لكل تخصص، طبيب لكل عشرة أسرة، ممرض لكل ٥ أسرة رقود، ممرض لكل سريرين عناية مركزة مشغولة في كل مناوبة ١ نفسية لكل ٥ أجهزة تنفس مشغولة في المناوبة.



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: المستشفى التخصصي ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

م	رمز المعيار	نص المعيار	درجة التقييم			
			مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود
3	E	لدى المستشفى خطة وسياسات لتوفير العدد النمطي من الموظفين الفنيين وتقييمهم				
4	E	يوجد لدى المرفق برنامج للصحة المهنية؛ لتقليل المخاطر التي قد يتعرض لها الموظفون				
5	V	يتم إجراء الفحص الأولي عند مباشرة العمل لجميع الموظفين والفحوص الدورية بانتظام				
		التدريب والبرامج التوعوية للموظفين				
6	N	لدى المستشفى برامج تدريبية داخلية (لا تشمل الدورات التي تقيمها المنظمات أو الوزارة) لتأهيل العاملين في مجال اختصاصاتهم المهنية .				
7	N	يتم تدريب الكادر على المبادئ التوجيهية السريرية ذات الصلة بمجالات عملهم (رعاية الصدمات، الطوارئ العامة، العمليات، العناية المركزة، أقسام الرقود، الأقسام التشخيصية)				
8	V	يوجد برنامج تدريبي على سياسات مكافحة العدوى وإجراءاتها طبقاً لمتطلبات الوظيفة أو العمل.				
9	V	يوجد برنامج تدريبي على المخاطر الصحية المهنية وإجراءات السلامة بما في ذلك استخدام أجهزة الحماية الشخصية والوقاية من وخز الإبر.				
10	V	التعليم والتدريب على مبادئ الإنعاش القلبي الرئوي كل عامين على الأقل لجميع العاملين المسؤولين عن تقديم الرعاية الصحية المباشرة.				
11	V	يتم التدريب على إدارة المعلومات بما في ذلك السجلات الطبية بما يتناسب مع المسؤوليات أو التوصيف الوظيفي.				
12	E	يتم تعليم وتدريب فريق العمل المختص على أدلة العمل السريرية الصادرة عن وزارة الصحة والمستخدمه في المستشفى.				
13	E	يوفر المستشفى الوسائل والأدوات والتجهيزات اللازمة للتدريب (القاعة، البروجكتر، الشاشة، اللوحات).				



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: المستشفى التخصصي ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	غير مطبق	غير مطبق جزئياً	مطبق كلياً	مطبق جزئياً			
					تقييم أداء العاملين		
الكلي: يتم تقييم الكادر الطبي المحلي والخارجي باستخدام نماذج معتمدة. الجزئي: تقييم بعض الكادر او بصورة غير منتظمة. غير مطبق: لا يلتزم بالنماذج المعتمدة.					لدى المستشفى آلية لتقييم الكادر الطبي المحلي والخارجي بحسب معايير تتوافق مع الأنظمة والقوانين واللوائح المعتمدة.	E	14
					مكافحة العدوى		8
الكلي: توجد وحدة/قسم/ادارة وبقرار اداري يحدد مهامها. الجزئي: المهام غير واضحة او محددة.					توجد إدارة/قسم/وحدة لمكافحة العدوى.	V	1
الكلي: يتوفر شخص مؤهل (كادر طبي او فني لديه دورة تدريبية) يشرف على تنفيذ الانشطة. غير موجود: لا يتم الاشراف على تنفيذ الانشطة بمشاركة شخص مؤهل.					يوجد شخص مؤهل في الإشراف على أنشطة مكافحة العدوى	V	2
الكلي: يوجد مؤشرات أداء وتجمع شهرياً ويتم مناقشتها مع المعنيين. الجزئي: يوجد مؤشرات أداء ولكن لا تجمع ولا تناقش. غير مطبق: غير مفعّل. غير موجود: لا يوجد برنامج لكن تنفذ بعض الانشطة.					يوجد برنامج مستمر لتقليل مخاطر العدوى المكتسبة من المستشفى	E	3
الكلي: يشمل الفئات الثلاث. الجزئي: لا يشمل الزائرين. غير مطبق: لا يشمل سوى المرضى. غير موجود: أنشطة تشمل بعض الجوانب المتعلقة بالمرضى.					يشمل برنامج مكافحة العدوى كلا من المرضى والعاملين والزائرين	E	4
الكلي: يشمل البرنامج أنشطة التطهير والتعقيم والتنظيف لجميع وحدات المستشفى. الجزئي: يشمل الاماكن الحيوية فقط. غير مطبق: لا يشمل سوى بعض الاماكن الحيوية.					يتضمن برنامج مكافحة العدوى جميع أماكن/وحدات المستشفى	E	5
لدى المستشفى سياسات وإجراءات خاصة بممارسات مكافحة العدوى تشمل على الأقل ما يلي:							
الكلي: هناك سياسية توضح اختيار المواد المنظفة والمطهرة واجراءات استعمالها. الجزئي: السياسة لا تشمل جميع المواد او الاجراءات.					اختيار المواد المطهرة والمنظفة واستعمالها	V	6
الكلي: هناك سياسية واجراءات نظافة اليدين. الجزئي: السياسة لا تشمل جميع اجراءات نظافة اليدين.					بروتوكول نظافة الأيدي	V	7
الكلي: هناك سياسات توضح جميع أنشطة النظافة واجراءات تنفيذها في جميع وحدات المستشفى. الجزئي: السياسات لا تشمل جميع الأنشطة.					سياسة التنظيف والتطهير والتعقيم	V	8
الكلي: هناك سياسات توضح جميع أنشطة العزل واجراءات تنفيذها في جميع وحدات المستشفى المعنية. الجزئي: السياسات لا تشمل جميع الأنشطة.					أنواع العزل مع توافر الاحتياطات المعيارية (العدوى عن طريق اللمس وعن طريق الهواء)	V	9
الكلي: هناك سياسات شاملة للتعامل مع مرضى نقص المناعة تشمل جميع الاجراءات اللازمة.					بروتوكول العناية بمرضى نقص المناعة	V	10
الكلي: توجد سياسات واجراءات تشمل جميع انواع الحقن والمواد الخطرة والتخلص منها. الجزئي: السياسات لا تشمل جميع طرق الحقن واجراءات التعامل مع المواد الخطرة.					التعامل مع المشارط/السيرنجات والمواد الخطرة والتخلص منها (الحقن الآمن).	V	11



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: المستشفى التخصصي ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					سياسة تحديد العدوى المكتسبة من المستشفى والتعامل معها	V	12
الكلي: توجد سياسات وإجراءات تشمل تحديد جميع أنواع العدوى المكتسبة من جميع وحدات المستشفى. الجزئي: السياسات لا تشمل تحديد جميع أنواع العدوى أو جميع وحدات المستشفى.							
					سياسة ترصد مكافحة العدوى وجمع البيانات	V	13
الكلي: توجد سياسات تحدد اليات وإجراءات مترصد العدوى من جميع وحدات المستشفى. الجزئي: السياسات لا تشمل تحديد جميع اليات وإجراءات ترصد العدوى في جميع وحدات المستشفى.							
					يحدد المستشفى الإجراءات والعمليات التي بها احتمالية عالية لانتشار العدوى	V	14
الكلي: وجود قائمة تشمل جميع الإجراءات والعمليات عالية الخطورة. الجزئي: القائمة لا تشمل جميع الإجراءات عالية الخطورة.							
					تناقش نتائج/تقارير برنامج مكافحة العدوى دورياً مع إدارة المستشفى.	N	15
الكلي: هناك إجراءات تتخذ استجابة لمناقشة جميع مخرجات تقارير أنشطة مكافحة العدوى لغرض تحسين مكافحة العدوى. الجزئي: تتخذ إجراءات ازاء بعض مخرجات البرنامج.							
					يوجد لدى المستشفى آلية لمتابعة وتحسين برنامج مكافحة العدوى .	N	16
الكلي: هناك تقارير عن حالات اشتباه بالاصابة بالعدوى ترفع من وحدات المستشفى. (يتم الاطلاع على نموذج التقارير في حال الاشتباه ان لم يتم رفع مسبق)					ترفع تقارير عن المرضى المشتبه في إصابتهم بأمراض معدية من جميع وحدات المستشفى طبقاً لما تتطلبه اللوائح والقوانين	E	17
					توجد سياسة خاصة بالتعامل مع حالات تفشي العدوى داخلياً وخارجياً .	V	18
الكلي: توجد سياسات تحدد اليات وإجراءات التعامل مع حالات تفشي العدوى في/من جميع وحدات المستشفى. الجزئي: السياسات تشمل تحديد جميع اليات وإجراءات التعامل مع حالات التفشي الداخلي فقط في/من جميع وحدات المستشفى.							
					تتوفر سياسات استخدام وسائل الحماية الشخصية في جميع وحدات المستشفى	V	19
الكلي: يتوفر مخزون كافي لـ ٣ أشهر على الأقل من جميع وسائل ومواد الحماية والتعقيم والعزل في المستشفى بما يغطي احتياج جميع الوحدات والأقسام. الجزئي: المتوفر لا يغطي احتياج جميع وحدات المستشفى من المواد والمستلزمات لـ ٣ أشهر. غير مطبق: المتوفر لا يغطي احتياج جميع الوحدات لشهر واحد.					تتوفر القفازات ورداء العمليات والماسكات والصابون والمطهرات والمنظفات	V	20
					ترصد مكافحة العدوى		
الكلي: جميع النماذج وإجراءات الترصد بحسب الدليل موجودة وموثقة وضابط الترصد معروف ويزور المرفق بانتظام وهاتفه موجود. الجزئي: بعض الإجراءات أو النماذج غير متوفرة أو موثقة.					يتم تنفيذ برنامج ترصد مكافحة العدوى وفقاً للدليل الوطني	V	21



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: المستشفى التخصصي ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	غير مطبق	غير مطبق جزئياً	مطبق كلياً	مطبق جزئياً			
					يرفع تقرير شهرياً بجميع الأمراض المعدية للجهات المعنية وفقاً لمتطلبات اللوائح والقوانين	N	22
					تفحص العدوى المكتسبة من المستشفى والتي ينتج عنها إصابة لأحد المرضى أو العاملين فحصاً شاملاً باستخدام التحليل المكثف	V	23
					قسم الطوارئ	9	
					يقدم قسم الطوارئ جميع الخدمات الطارئة على مدار الساعة.	V	1
					يوجد مدخل مستقل وواضح لقسم الطوارئ	E	2
					يسهل الوصول لمدخل الطوارئ بجميع وسائل الإسعاف.	E	3
					توجد لوحات إرشادية و لافتات مضيئة تسمح بالرؤية ليلاً.	E	4
					يوجد مصدر أكسجين مستمر (مركزي - اسطوانات)	V	5
					منطقة الاستقبال		
					يحتوي قسم الطوارئ على منطقة استقبال واستعلامات لا تقل مساحتها عن ١٦ م ^٢ تحتوي على مكتب استقبال كامل التأسيس (مكتب وكراسي وكمبيوتر وطابعة ودولاب للسجلات الطبية)	E	6
					يوجد تلفون ارضي مرتبط بجميع الأقسام	V	7
					منطقة الفرز والتصنيف Green Zone		
					يحتوي قسم الطوارئ على منطقة فرز وتصنيف للحالات الإسعافية.	V	8
					يوجد عدد كافي من الكراسي المتحركة (كرسي لكل ٥ أسرة ملاحظة مع توفر عربات نقل المرضى)	E	9



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: المستشفى التخصصي ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	غير مطبق	غير مطبق جزئياً	مطبق كلياً	مطبق جزئياً			
الجزئي: أقل من نقالة لكل سريرين.					يتوفر عدد كافي من نقالات للمرضى (نقالة لكل سريرين ملاحظة)	E	10
الجزئي: بعض الادوات غير متوفرة. غير مطبق: متوفرة لكن بعضها لا يعمل.					يوجد جهاز ضغط مع السماعة وترموتر وميزان	N	11
					غرفة طبيب الطوارئ للفحص والمعينة		
الجزئي: يوجد غرفة ولكنها أقل من المساحة المطلوبة.					يحتوي قسم الطوارئ على غرفة فحص ومعينة لا تقل مساحتها عن ١٢ متر مربع.	N	12
الجزئي: غير مكتملة التأسيس.					غرفة الفحص كاملة التأسيس (مكتب وكروسي وجهاز كمبيوتر ودولاب وستارة متحركة وكروسي أرضي لصعود المريض إلى السرير وعلاقة ملابس ولمبة إضاءة ولوحة ضوئية لقراءة الصور الإشعاعية)	E	13
					غرفة الطوارئ (الملاحظة) Yellow Zone		
					ملاحظة للرجال وأخرى للنساء لا تقل عن ٥ أسرة لكل منهما كحد أدنى والمساحة المخصصة لكل سرير لا تقل عن ٦ م ^٢ .	V	14
					توجد ستائر فاصلة بين الاسرة	E	15
					غرفة الإنعاش (المنطقة الحمراء) Red Zone		
الكلبي: مكان مخصص متوفر بمساحة كافية. غير مطبق: يوجد غرفة لكن مساحتها أقل من المعيارية.					يحتوي قسم الطوارئ على منطقة معالجة الحالات الحرجة (المنطقة الحمراء أو غرفة الإنعاش CPR) بمساحة لا تقل عن ١٨ متر مربع.	V	16
الكلبي: متوفرة ومرتبنة بحسب الصنف والقائمة متوفرة كاملة. الجزئي: تنقص بعض الأدوية أو غير مرتبة. غير مطبق: اغلب الأدوية غير متوفرة. غير موجود: العربة غير متوفرة.					عربة الإنعاش القلبي الرئوي (كراش كارد) مجهزة بالأدوية والمستلزمات المطلوبة وفقاً للقائمة النمطية (مرفق)	V	17
الكلبي: أدوية الطوارئ متوفرة طوال الوقت (فحص الكراش كارد، مراجعة استمارات الطلب وإخلاء العهد، استمارات الصرف). الجزئي: عدم توفر بعض الاصناف في الكراش كارد عند الزيارة أو عدم وجود استمارات الطلب وإخلاء العهد.					تستعاض أدوية الطوارئ (الكراش كارد) فور استهلاكها.	V	18
قائمة التدقيق اليومية معبأة وموقعة.					يتم مراجعة توافر كافة اجهزة ومستلزمات وأدوية الطوارئ الأساسية والتأكد من عدم وجود اية اصناف منتهية الصلاحية وتدوين ذلك يوميا	V	19
غير موجود: غير عامل أو معطل أو في المخزن.					جهاز الصدمات الكهربائي موجود	V	20



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: المستشفى التخصصي ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	غير مطبق	غير مطبق جزئياً	مطبق كلياً	مطبق جزئياً			
غير موجود: غير عامل أو غير مكتمل القطع للكبار والصغار أو معطل أو في المخزن.					منظار الرغامية للأطفال والبالغين	V	21
غير موجود: غير عامل أو معطل أو في المخزن.					جهاز المراقبة القلبي (مونيتر)	V	22
غير موجود: غير عامل أو غير مكتمل القطع للكبار والصغار أو في المخزن.					جهاز تهوية يدوية (امبوج)	V	23
غير موجود: غير عامل أو معطل أو في المخزن.					جهاز تقطير السوائل (Syringe pump + infusion pump)	E	24
غير موجود: غير عامل أو معطل أو في المخزن.					أجهزة ضغط وسماعات للأطفال والبالغين	V	25
غير موجود: غير عامل أو معطل أو في المخزن.					جهاز فحص السكر	E	26
غير موجود: غير عامل أو معطل أو في المخزن.					جهاز تخطيط القلب	V	27
غير موجود: غير عامل أو معطل أو في المخزن.					جهاز التبخير (نيوبليزر)	V	28
غير موجود: غير عامل أو معطل أو في المخزن.					جهاز شفط السوائل	V	29
غير موجود: غير عامل أو معطل أو في المخزن.					جهاز قياس نسبة الأكسجين في الدم	V	30
غير موجود: لمبة غير عامل أو معطل أو في المخزن.					تتوفر في غرفة الانتعاش عربة للأدوات الجراحية ولمبة اضاءة متحركة	E	31
					غرفة المجارحة		
					يحتوي قسم الطوارئ على غرفة للتضميد والمجارحة	V	32
غير مطبق: غير عامل أو معطل أو في المخزن.					يوجد سرير فحص - لمبة اضاءة متحركة	E	33
الجزئي: متوفر غير متكامل الادوات. غير مطبق: متوفر ولا توجد أي ادوات.					دولاب لحفظ الضمادات والمطهرات والمستلزمات الطبية	E	34
الجزئي: الدرامات متوفرة ولكن بعدد غير كافي.					عربة تحتوي أدوات جراحية خاصة بالمجارحة ودرامات حفظ الأدوات والضمادات	E	35
في حال وجود تعقيم مركزي يوفر كل الاحتياج عند الطلب يعتبر مطبق كلي.					جهاز تعقيم	V	36
					غرفة عزل		
					توجد غرفة واحدة على الاقل لعزل الحالات المعدية في الطوارئ	V	37
الجزئي: يوجد شبكة اتصالات ولكنها لا ترتبط بجميع الأقسام. غير مطبق: يوجد شبكة اتصالات ولكنها غير فعالة. غير موجود: يعني لا يوجد شبكة اتصالات داخلية.					يتوفر بالقسم شبكة تواصل مرتبطة بالأقسام الداخلية (للمناداة والاستدعاءات).	V	38
					يحتوي القسم على مخزن للأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية ومعدات القسم.	V	39
الجزئي: يوجد غرفة ولكنها غير كاملة التأثيث. غير موجود: يعني لا يوجد غرفة للتبريد المناوب.					يحتوي القسم على غرفة / منطقة خاصة بالمرضى.	N	40
الجزئي: يوجد غرفة ولكنها غير كاملة التأثيث. غير موجود: يعني لا يوجد غرفة للطبيب المناوب.					يحتوي القسم على غرفة للطبيب المناوب (استراحة).	E	41



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: المستشفى التخصصي ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					يحتوي قسم الطوارئ على حمامات خاصة بالعاملين واخرى للمرضى وفقاً للمعايير (مرفق).	E	42
					كراسي انتظار لمرافقي المريض	E	43
					الكلي: هناك مساحة مناسبة لمرافقي المرضى وعدد كافي من كراسي الانتظار. غير مطبق: مساحة غير كافية او عدد غير كافي من الكراسي.		
					الاسعاف والاحالة		
					الكلي: اسعاف مجهز وفق القائمة. الجزئي: متوفر غير كاملة التجهيز. غير مطبق: غير مجهزة.	V	44
					الكلي: اسعاف جاهز وفق القائمة. الجزئي: متوفر غير كاملة التجهيز. غير مطبق: غير مجهزة.	V	45
					الكلي: سجل الاستقبال والاحالات موجود ويحتوي على قائمة الحالات التي يتم تحويلها وسبب الاحالة ومكان الاحالة. غير مطبق: لا يتم توثيق الاحالات او نقص في البيانات.	V	46
					كادر الطوارئ		
					الكلي: اخصائي طوارئ. الجزئي: اخصائي في أي من التخصصات الاساسية. غير مطبق: طبيب عام لديه العديد من الدورات في الطوارئ وخبرة: غير موجود: مساعد طبيب او فني.	N	47
					الكلي: بكالوريوس + خبرة ودورات في الطوارئ. جزئي: دبلوم + خبرة ودورات في الطوارئ. غير مطبق: بدون خبرة او دورات في الطوارئ.	V	48
					الكلي: ٢٠% من العاملين يفتقدون المؤهل او التدريب او الخبرة في الطوارئ. غير مطبق: اكثر من ٨٠% مطبق كلي. اقل من ٢٥% غير مطبق.	V	49
					الكلي: عدد المتوفر من الكادر يوافق عدد الاسرة (٣:١). غير مطبق: المتوفر دون المطلوب (١ لاكثر من ٣ اسرة).	E	50
					الكلي: عدد المتوفر من الكادر يوافق عدد الاسرة المقدمة. بمعدل ممرض لكل ٣ أسرة	E	51
					يُعمل بالقسم طبيب مقيم على مدار ٢٤ ساعة.	V	52
					يُتوفر بالقسم عمال نظافة على مدار الساعة.	E	53
					يوجد جدول مناوبات ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف المناوبين	E	54
					الكلي: جدول موجود واضح ومعلق وجميع البيانات والارقام موجودة ومفعل يلتزم به. غير مطبق: موجود لا يتم الالتزام به او تنقص البيانات فيه.	V	55
					الكلي: يتوفر ملف لكل حالة دخلت الطوارئ وسجلت في سجل الطوارئ ويحفظ في مكان آمن.	V	56
					سجل الطوارئ يجب أن يوضح البيانات الأتية: وقت الوصول ووقت الخروج، حالة المريض عند الخروج، ملخص التقييم ووقت انتهاء العلاج، حالة المريض والمحطة التالية للمريض عند الخروج.	V	57
					جميع البيانات في سجل الطوارئ مستوفاة لجميع الحالات	V	57



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: المستشفى التخصصي ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					يوجد آلية بالمستشفى للاستجابة لحالات توقف القلب داخل المستشفى	V	58
					جميع العاملين بالطوارئ مدربين على الانعاش القلبي الرئوي (المتقدم)	v	59
					جميع العاملين يعرفون محتويات عربة الانعاش والعلاجات الطارئة	v	60
					جميع العاملين لديهم القدرة على التعامل مع جهاز الصدمة الكهربائية	v	61
					توجد أدلة إرشادية وبروتوكولات وإجراءات للتعامل مع الحالات الطارئة المختلفة ومعالجة الحالات	E	62
					تطبق سياسة ترصد العدوى في قسم الطوارئ		63
					توجد وسائل إرشادية مكتوبة لمكافحة العدوى وسلامة المرضى	N	64
					تتوفر القفازات ورداء الوقاية من العدوى والماسكات والصابون والمطهرات والمنظفات بشكل كافي	V	65
					تستخدم القفازات ووسائل الوقاية والماسكات والصابون والمطهرات والمنظفات بطريقة صحيحة	V	66
					تطبق إجراءات غسل الأيدي والتطهير بالطرق الصحيحة في الأماكن المحددة.	V	67
					قسم العمليات الجراحية		10
					يوجد خط احمر بداية المنطقة المعقمة	N	1
					الارضيات مغطاة بمادة اليبوكسي او الفينيل	V	2
					الجدران مطلية بمادة الانتي ميكروب	V	3
					تواجد لوحات إرشادية داخل القسم تدل على أماكن/وحدات قسم العمليات	N	4
					توجد غرفة تغيير ملابس للرجال وأخرى للنساء مزودة بأدراج عمودية لحفظ ملابس الكادر	N	5



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: المستشفى التخصصي ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					من يقوم بالجراحة طاقم مؤهل	V	6
الكلي: اخصائي تخدير. الجزئي: بك تخدير. غير مطبق: دبلوم ٣ سنوات..					من يقوم بالتخدير مؤهل	V	7
اكثر من ٨٠% مطبق كلي. اقل من ٥٠% غير مطبق.					جميع العاملين لديهم تراخيص مزاوله المهنة	E	8
TIME OUT					يتم التحقق من هوية المريض نوع العملية ومكان العملية الجراحية قبل العملية من قبل الفريق الجراحي بشكل جماعي (تيم اوت)	V	9
تطابق الشاش قبل وبعد العملية					تطبق سياسة التحقق من تطابق عدد ادوات الجراحة قبل وبعد العملية	V	10
الكلي: ملاحظات التمريض والاطباء تؤكد تحضير المريض للعملية بحسب التشخيص والتعليمات.					يتم التحقق من تحضير المرضى قبل العمليات	V	11
					نموذج الموافقة على اجراء التخدير موجود وموقع	V	12
					يتم توثيق تقييم المريض واجراءات التخدير قبل وخلال وبعد العملية في نماذج خاصة تحفظ في ملف المريض	V	13
					يتم توثيق اجراءات العمليات في نماذج خاصة من قبل الجراح	V	14
					يتم تفقد الاجهزة والمستلزمات في العمليات ومتابعة فعاليتها وصلاحيتها بشكل يومي وتوثيقها على نماذج خاصة	V	15
					تتوفر أدوية ومستلزمات التخدير	V	16
					تطبق آلية طلب واعطاء وتخزين ادوية التخدير والادوية المراقبة حسب اللوائح	V	17
					يتم اجراء الفحص اليومي لغازات التخدير مع التوقيع	V	18
					يتم تثبيت تاريخ صلاحية الاستخدام على الأدوية	V	19
					يتم جرد محتويات عربة العلاجات الطارئة يوميا" (كراش كارد)	V	20
					جميع العاملين لديهم القدرة على تشغيل الأجهزة المختلفة في قسم العمليات	V	21
					غرف العمليات		



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: المستشفى التخصصي ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					يوجد ٢-١ <u>غرف</u> للعمليات الكبرى كاملة التجهيز ومفعلة (عند توفر الكادر)	N	1
					توفر عربة إنعاش (Crash Card) مزودة بالأدوية والمستلزمات	V	2
					يوجد جهاز الصدمات الكهربائي	V	3
					يوجد مصدر إضاءة احتياطي (الإضاءة المتحركة)	N	4
					غرفة العمليات رقم (١) فيها:		
					جهاز التخدير	V	
					صالة العمليات مزودة بالأكسجين (مركزي وأيضاً اسطوانات احتياطية)	V	6
					طاولة العمليات متعددة الاستخدام قابلة للتمحور	V	7
					طاولة العمليات مزودة بعجلات قابلة للتحرك والتثبيت	V	8
					سطح طاولة العمليات قابله للنزع سهلة التنظيف	N	9
					عدد عيون الإضاءة وقوتها الإجمالية كافية (LOX8000)	V	10
					يوجد جهاز كي (ثنائي) لا يقل عن ٣٠٠ وات	V	11
					يوجد جهاز لمراقبة الوظائف الحيوية	V	12
					يوجد جهاز التنبيب لكافة الفئات العمرية	V	13
					يوجد تهوية يدوية (Ambu bag) لكافة الفئات العمرية	V	14
					يوجد جهاز التغذية الوريدية Syringe and infusion pump	V	15



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: المستشفى التخصصي ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					يوجد جهاز شفط السوائل + اسطوانتين احتياطيتين	V	16
					يوجد نظام الشفط السالب (مركزي او داخلي) للهواء	V	17
					يوجد جهاز مرشحات الهواء الداخل	E	18
					يوجد جهاز تكييف أو توماتيكي لحفظ درجة الحرارة ثابتة	E	19
					يوجد جهاز مقياس الرطوبة	E	20
					يوجد عربة مستلزمات طبية ستيل	N	21
					توجد شاشة عرض أفلام أشعة	V	22
Sharp Container					يوجد حافظات ادوات حادة بلاستيكية غير قابلة للثقب	N	23
					أرضية غرفة العمليات مغطاة بمادة اليبوكسي	V	24
					جدران غرفة العمليات مطلية بمادة الانتي ميكروب	V	25
					غرفة العمليات رقم (٢) فيها:		
					جهاز التخدير	V	
					صالة العمليات مزوده بالأكسجين (مركزي وأيضاً اسطوانات احتياطية)	V	
					طاولة العمليات متعددة الاستخدام قابلة للتمحور	V	
					طاولة العمليات مزوده بعجلات قابلة للتحرك والتثبيت	V	
					سطح طاولة العمليات قابله للنزع سهلة التنظيف	N	
					عدد عيون الإضاءة وقوتها الإجمالية كافية (LOX8000)	V	
					يوجد جهاز كي (ثنائي) لا يقل عن ٣٠٠ وات	V	
					يوجد جهاز لمراقبة الوظائف الحيوية	V	
					يوجد جهاز التنبيب لكافة الفئات العمرية	V	
					يوجد تهوية يدوية (Ambu bag) لكافة الفئات العمرية	V	
					يوجد جهاز التغذية الوريدية Syringe and infusion pump	V	



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: المستشفى التخصصي ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					يوجد جهاز شفط السوائل + اسطوانتين احتياطيتين	V	
الكلي: متوفر وتعمل وباسطوانتين. الجزئي: متوفر تعمل بدون اسطوانتين احتياط. غير مطبق: لا تعمل.							
					يوجد نظام الشفط السالب (مركزي او داخلي) للهواء	V	
الكلي: الشفط متوفر مركزياً ويعمل. الجزئي: الشفط عبر تكييف داخل العمليات وفقاً للمواصفات المناسبة. غير مطبق: الشفط لا يعمل (المركزي او الداخلي).							
					يوجد جهاز مرشحات الهواء الداخل	E	
الكلي: متوفر وعامل. غير مطبق: لا يعمل.							
					يوجد جهاز تكييف أو توماتيكي لحفظ درجة الحرارة ثابتة	E	
الكلي: متوفر وعامل. غير مطبق: لا يعمل.							
					يوجد جهاز مقياس الرطوبة	E	
الكلي: متوفر وعامل. غير مطبق: لا يعمل.							
					يوجد عربة مستلزمات طبية ستيل	N	
غير مطبق: غير ستيل او متآكلة بالصدأ.							
					توجد شاشة عرض أفلام أشعة	V	
الكلي: متوفر وتعمل. غير مطبق: لا تعمل.							
Sharp Container					يوجد حافظات ادوات حادة بلاستيكية غير قابلة للتقرب	N	
					أرضية غرفة العمليات مغطاة بمادة اليبوكسي	V	
					جدران غرفة العمليات مطلية بمادة الانتي ميكروب	V	
					قسم العمليات يتوفر فيه:		
					تتوفر ثلاجة خاصة للعلاجات مع قائمة بمحتوياتها	V	26
					يتم حفظ علاجات التخدير في مكان محكم وامن	V	27
					يوجد درامات مختلفة الأحجام	N	28
الكلي: متوفرة بشكل كافي.					توجد عربة حمل الأدوات معقمه	N	29
					هل يوجد غرفة مخصصة للحالات المعديّة (Septic Room)	V	30
					هل يوجد غرفة مخصصة للعمليات القيصرية فقط لا تجرى فيها عمليات اخرى	E	31
					يوجد أطقم أدوات جراحية كافية بحسب نطاق الخدمة	N	32
الكلي: متوفرة ومكتملة وبحسب نطاق الخدمة ونوعها (لا تقل عن ٥ اطقم ادوات صالحة للاستخدام ومعقمة للتخصص الواحد في المستشفى). الجزئي: غير متوفرة او غير مكتملة او لا تتوفر لبعض التخصصات.							
					توفر المناظير الجراحية في غرفة العمليات	E	33
					الدخول للعمليات فقط للعاملين وباللباس المخصص	V	34
يتم التقييم بالملاحظة واللوحات التي تمنع دخول الاخرين					مغاسل اليدين الجراحية مصنوعة من الاستيل وتفتح بالمرفق او الاشعة الضوئية وتوافق المواصفات المعيارية	N	35
					يتم حفظ المواد والأدوات المعقمة والقاونات في مكان خاص	N	36



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: المستشفى التخصصي ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
كل ٣ أشهر على الأقل					يتم عمل مسحات من أماكن مختلفة من قسم العمليات وتوثيق نتائجها	V	37
بحسب المرفق					توفر حاويات للنفائيات في جميع مرافق القسم	V	38
الكلي: توجد سياسات ووسائل ارشادية معلقة او في متناول ايدي المعنيين تشمل: جميع جوانب مكافحة العدوى وسلامة المرضى. الجزئي: توجد سياسات ووسائل ارشادية لكن غير كاملة او غير واضحة او غير معلقة.					توجد وسائل ارشادية مكتوبة لمكافحة العدوى وسلامة المرضى	N	39
					الافاقه		
					يوجد غرفة إفاقة داخل قسم العمليات	V	1
الجزئي: اقل من ١ لكل صالة عمليات.					يوجد ١ سرير إفاقة كهربائية لكل غرفة عمليات	V	2
					يوجد جهاز شفط السوائل	V	3
					يوجد جهاز ضغط والسماعة والترموتر	V	4
					يوجد جهاز المراقبة القلبية (مونيتر) لكل سرير	V	5
					يوجد مصدر أكسجين مستمر (مركزي-أسطوانات)	V	6
					يوجد جدول مناوبات ل ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف المناوبين	E	7
الكلي: يتوفر مخزون كافي لاسبوع على الاقل داخل العمليات والافاقه من جميع وسائل ومواد الحماية والتعقيم والعزل في العمليات والافاقه بما يغطي احتياج العمل فيها. غير مطبق: المتوفر لا يغطي احتياج الاسبوع.					تتوفر القفازات والماسكات والصابون والمطهرات والمنظفات بشكل كافي	V	8
الكلي: جميع العاملين في العمليات والافاقه يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة. الجزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة اثناء المرور او الاختبار المباشر في العمليات والافاقه)					تستخدم القفازات والماسكات والصابون والمطهرات والمنظفات بطريقة صحيحة	V	9
الكلي: جميع العاملين في العمليات والافاقه يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة. الجزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة اثناء المرور او الاختبار المباشر في العمليات والافاقه)					تطبق إجراءات غسيل الأيدي والتطهير بالطرق الصحيحة في الأماكن المحددة.	V	10
					التعقيم المركزي		11
الكلي: يوجد تعقيم مركزي يغطي المستشفى كامل. الجزئي: وحدة تعقيم تغطي العمليات فقط. غير مطبق: موجود لكن خارج الخدمة او غير مفعّل.					يوجد بالمستشفى قسم تعقيم مركزي أو وحدة مخصصة لذلك	V	1
الكلي: في جميعها. الجزئي: بعضها فقط.					يتوفر في وحدات العمل اجهزة للتعقيم مناسبة لوظائفها (في حال لم يكن هناك وحدة للتعقيم المركزي تكفي لحاجة المستشفى)	V	2



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: المستشفى التخصصي ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

م	رمز المعيار	نص المعيار	درجة التقييم				ملاحظات
			مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود	
3	V	يوجد كادر مؤهل (فنيو تعقيم) في قسم التعقيم.					الكلي: جميعهم مؤهل. الجزئي: تمريض أو قبالة أو مختبرات أو شهادة تدريب في التعقيم لدى ٨٠% على الأقل من الكادر. غير مطبق: ٢٠% من العاملين يفقدون المؤهل أو التدريب أو الخبرة في التعقيم.
4	V	تتم مراحل التعقيم (التنظيف والتطهير) و(التشيف) و(التغليف) و(التعقيم) و(التخزين) في أماكن منفصلة.					الكلي: توجد أماكن منفصلة لجميع ما ذكر. غير مطبق: التنظيف والتطهير غير منفصلة. غير موجود: التنظيف والتطهير غير منفصلة عن التعقيم والتغليف. التوزيع يجب أن يكون مفصول عن البقية.
5	V	قسم التعقيم مجهز بالأجهزة والأدوات المناسبة لنطاق خدمة المستشفى.					الكلي: كافة التجهيزات موجودة وتفي باحتياجات كامل وحدات المستشفى. الجزئي: كامل التجهيزات متوفرة لكن لا تغطي حاجة المستشفى. غير مطبق: التجهيزات غير مكتملة أو معطلة.
6	V	يوجد دليل موثق (مؤشر) على اكتمال عملية التعقيم بنجاح.					الكلي: وذلك باستخدام المؤشرات طبقاً لتوصيات الجهة المصنعة ويبين أن الأدوات تعقمت بنجاح.
7	V	توجد سياسات ووسائل إرشادية عن طرق التعقيم واستخدام الأجهزة تشمل توصيات الجهة المصنعة					الكلي: توجد سياسات ووسائل إرشادية معلقة أو في متناول أيدي المعنيين تشمل: طرق التعقيم (استلام الأشياء المستخدمة، وتنظيفها وتطهيرها، تجهيز العبوات المعقمة، وتغليفها، تخزين المستلزمات المعقمة). الجزئي: توجد سياسات ووسائل إرشادية لكن غير كاملة أو غير واضحة أو غير معلقة.
8	V	يتم تدوين جميع بيانات التعقيم على المواد والأدوات والمستلزمات التي تم تعقيمها بطريقة موثقة ومعروفة لدى جميع العاملين					الكلي: يتم تدوين وتوثيق جميع البيانات التالية: تاريخ التعقيم، مكونات حزمة الأدوات المعقمة، تاريخ انتهاء صلاحية التعقيم، مؤشر التعقيم. الجزئي: بعض البيانات مفقودة.
9	V	توجد غلاية تسخين السوائل والأدوات					الكلي: متوفر ويعمل. غير مطبق: متوفر لا يعمل.
12		قسم العناية المركزة					في حال وجدت أكثر من وحدة عناية أو أسرة منفصلة يتم تقييمها جميعاً كوحدة واحدة
1	V	يوجد لدى المستشفى قسم عناية مركزة					الكلي: توجد عناية مركزة بسعة سريرية تتناسب مع السعة السريرية للمستشفى والخدمات التي يقدمها. الجزئي: توجد عناية لكنها لا تتناسب مع السعة السريرية للمستشفى أو الخدمات التي يقدمها المستشفى.
2	E	موقع العناية المركزة يسهل الوصول إليه وموضح بلوحات إرشادية.					الكلي: يسهل نقل الحالات من وإلى العناية بالنقالة أو السرير أو غيره. غير مطبق: يصعب وصول المريض إليها أو تكون متصلة بغيرها أو مفتوحة إلى غيرها من الوحدات كالعلاجات.
3	N	يوجد غرفة لتغيير الملابس مزودة بدواليب لحفظ ملابس الكادر					الكلي: متوفرة للذكور والإناث ومزودة بالأدراج الكافية. الجزئي: غرفة واحدة متوفرة أو بالأدراج غير كافية.
4	N	يوجد مخزن خاص بالمستلزمات الطبية والأثاث الخاص بالعناية					
5	E	يتوفر مغاسل لغسيل الأيدي					الكلي: مغسل لكل غرفة عزل ومغسل لكل ٣ أسرة في العناية المفتوحة.



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: المستشفى التخصصي ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					أرضية العناية مغطاة بمادة الايبوكسي او الفينيل	V	6
					جدران العناية مطلي بمادة الانتي ميكروب	V	7
الكلي: متوفرة وتعمل. غير المطبق: متوفرة لكن لا تعمل.					يوجد أشعة متحركة في العناية	V	8
الكلي: جميع الاسرة خاصة بالعناية المركزة. الجزئي: بعضها. غير مطبق: اغلبها اسرة عادية.					توفر أسرة عناية مركزة (ICU Beds) الكترونية ه حركات	V	9
					تتوفر حافظات لافلام الأشعة بجانب كل سرير	E	10
الكلي ٢ اسرة لكل ١٠ اسرة					يوجد سريرين عناية مركزة لكل عشر اسرة رقود	V	11
الكلي: يتوفر جهاز صناعي لكل سريرين وتعمل. الجزئي: يتوفر جهاز تنفس صناعي يعمل لأكثر من سريرين. غير مطبق: جهاز لأكثر من ٣ أسرة.					يوجد جهاز تنفس اصطناعي لكل سريرين عناية	V	12
الكلي: جهاز مراقبة يعمل لكل سرير بكامل الوظائف (نبض القلب، تخطيط القلب، تشبع الدم بالاكسجين، ضغط الدم، الحرارة). الجزئي: لا يتوفر لكل سرير جهاز مراقبة او تنق الاجهزة بعض الوظائف.					يوجد جهاز مراقبة العلامات الحيوية لكل سرير عناية كامل الوظائف	V	13
					يتوفر الشفط المركزي للسوائل في العناية	V	14
الكلي: يتوفر جهاز كهربائي يعمل في الوحدة باسطوانتين احتياطيتين. لكل ٥ اسرة الجزئي: جهاز كهربائي واحد يعمل وبغير اسطوانتين احتياطية.					يوجد جهاز شفط سائل كهربائي لكل ٥ اسرة	V	15
الكلي: متوفرة ومرتبطة بحسب الصنف والقائمة متوفرة كاملة. الجزئي: تنقص بعض الأدوية أو غير مرتبة. غير مطبق: اغلب الادوية غير متوفرة. غير موجود: العربة غير متوفرة.					تتوفر عربة إنعاش مزودة بالأدوية والمستلزمات وفقا للقائمة المرفقة.	V	16
					يتوفر جهاز الصدمة على عربة الانعاش	V	17
الكلي: يتوفر ويعمل وكامل الملحقات متوفرة وبحالة جيدة والاوراق متوفرة.					يوجد جهاز تخطيط قلب	V	18
الكلي: يوجد المكان والشاشة ومرتبطة بجميع اجهزة المراقبة للمرضى. الجزئي: يتوفر المكان ولكن غير مجهز او غير مرتبط بجميع اجهزة المراقبة. غير مطبق: بعض المرضى لا يمكن مراقبتهم بشكل مباشر.					يوجد مكان للكادر المناوب يسمح بمراقبة كل الأسرة في نفس الوقت مزود بمكتب وكروسي وشاشة مراقبة مركزية (Central Station)	E	19
					يوجد دولا ب غير خشبي لحفظ الأدوية والمستلزمات	N	20
					توجد طاولة (ترولوي) غير خشبي متحركة للأدوية والمستلزمات الطبية	E	21
الكلي: تتوفر وتعمل وتطابق المواصفات. غير مطبق: تتوفر وتعمل لكن لا تطابق المواصفات.					توجد ثلاجة لحفظ الأدوية مع توفر مؤشر قياس التبريد لتطبيق نموذج التشبيك اليومي	V	22
					يوجد دولا ب لحفظ السجلات والنماذج الطبية	E	23
					يتوفر تلفون داخلي يرتبط بجميع الأقسام الحيوية	V	24
					القسم معالج صوتيا ويتوفر به الهدوء	E	25
الكلي: يتوفر ويعمل ويتوافق مع ما يتطلبه رعاية المرضى. الجزئي: يتوفر ويعمل لكن لا يلبي الاحتياج المطلوب للرعاية بصورة جيدة. غير مطبق: يتوفر لكن لا يعمل.					يوجد مكيف هواء	E	26



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: المستشفى التخصصي ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
الكلي: الشفط متوفر مركزياً ويعمل. الجزئي: الشفط عبر تكييف داخل العناية وفقاً للمواصفات المناسبة. غير مطبق: الشفط لا يعمل (المركزي أو الداخلي).					يوجد شفط مركزي للهواء	E	27
الكلي: تتوفر لجميع الأسرة وتحقق الستر بين الأسرة. الجزئي: لا تتوفر لجميع الأسرة.					يوجد ستائر ثابتة أو متحركة لكل سرير	N	28
الكلي: تتوفر لجميع الأسرة. الجزئي: لا تتوفر لجميع الأسرة.					يوجد كمدينو غير خشبي جوار كل سرير	N	29
الكلي: تتوفر وتعمل عدد كافي لا يقل عن ٢ سيرنج لكل سرير وواحد انفوشين لكل سرير. الجزئي: المتوفر والعاملة اقل من العدد المطلوب. غير مطبق: عدد قليل منها يعمل بالنسبة لعدد الأسرة.					يوجد جهاز نقل السوائل (Infusion pump, syringe pump)	V	30
					يوجد جهاز قياس غازات الدم الشريانية ABG	V	31
الكلي: يتوفر الاكسجين على مدار الساعة عبر شبكة مركزية. او عدد كافي من الاسطوانات وفق الاحتياج ولا يحدث انقطاع. غير موجود: لا توجد شبكة او عدد كافي من الاسطوانات ويحدث انقطاع في توفر الاكسجين. او شبكة عاطلة وعدد اسطوانات قليل جدا مقارنة بالاحتياج ينقطع توفير الاكسجين معظم الوقت.					توجد شبكة أكسجين مركزية أو اسطوانات كافية	V	32
					يوجد حافظات مخلفات بلاستيكية غير قابلة للثقب (Sharp container)	V	33
غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن.					توفر جهاز التنبيب ألرغامي (أطفال – كبار)	E	34
الكلي: متوفرة لجميع الفئات العمرية. الجزئي: متوفر بعض منها.					توفر أدوات الإسعاف التنفسي اليدوية Ambo Bag	V	35
غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن.					يوجد جهاز قياس نسبة أكسجين الدم محمول	V	36
الكلي: اخصائي عناية وتدريب. الجزئي: اخصائي من تخصص اخر. غير مطبق: طبيب عام لديه خبرة او تدريب في الرعاية الحرجة.					الطبيب المسنول على العناية المركزة أخصائي مؤهل بحسب المعيار النمطي	V	37
الكلي: جميع العاملين لديهم تأهيل او خبرة في التعامل مع الحالات الحرجة. الجزئي: اكثر من ٨٠% لديهم التأهيل او الخبرات.					يوجد طاقم مؤهل متخصص في العناية المركزة يجيد التعامل مع الحالات الحرجة	V	38
الكلي: اكثر من ٨٠% من العاملين يحملونها. غير مطبق: اقل من ٥٠% لديهم مزاولة مهنة.					يوجد شهادة مزاولة مهنة للكادر العامل في القسم	E	39
الكلي: اطباء مقيمين في مساق تخصصي يؤدون المناوبات على مدار الساعة. الجزئي: طبيب عام ممارس يؤدي المناوبات على مدار الساعة.					الأطباء متواجدون في العناية ٢٤ ساعة	V	40
كلي: يوجد موقع ومعتمد ومعلق ومننظم (من خلال الاطلاع على جداول المناوبات خلال الاسبوعين الاخيرة). الجزئي: معظم الايام موجود او غير مكتمل البيانات. غير مطبق: جدول لا يعمل به.					يوجد جدول مناوبات ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف المناوبين (للأطباء والتمريض والتنفسية)	E	41
					يوجد غرفة عزل خاصة بالأمراض المعدية	V	42
الكلي: يتوفر شخص مؤهل في الرعاية التنفسية على مدار الساعة ويوجد جدول يؤكد ذلك. الجزئي: يقوم بتغطية العمل فني تخدير او عمليات او تمريض عناية لديه خبرة او تدريب على مدار الساعة.					يتوافر شخص مؤهل على تشغيل أجهزة التنفس الصناعي على مدار الساعة في العناية	V	43



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: المستشفى التخصصي ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					توجد وسائل ارشادية مكتوبة لمكافحة العدوى وسلامة المرضى	N	44
الكلّي: توجد سياسات ووسائل ارشادية معلقة او في متناول ايدي المعنيين تشمل: جميع جوانب مكافحة العدوى وسلامة المرضى. الجزئي: توجد سياسات ووسائل ارشادية لكن غير كاملة او غير واضحة او غير معلقة.							
					تتوفر القفازات ورداء العناية والماسكات والصابون والمطهرات والمنظفات بشكل كافي	V	45
الكلّي: يتوفر مخزون كافي لاسبوع على الاقل داخل العناية من جميع وسائل ومواد الحماية والتعقيم والعزل في العناية بما يغطي احتياج العمل فيها. غير مطبق: المتوفر لا يغطي احتياج الاسبوع.							
					تستخدم القفازات ورداء العناية والماسكات والصابون والمطهرات والمنظفات بطريقة صحيحة	V	46
الكلّي: جميع العاملين في العناية يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة. الجزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة اثناء المرور او الاختبار المباشر في العناية)							
					تطبق إجراءات غسيل الأيدي والتطهير بالطرق الصحيحة في الأماكن المحددة.	V	47
الكلّي: جميع العاملين في العناية يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة. الجزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة اثناء المرور او الاختبار المباشر في العناية)							
					وجود الخط الأحمر بداية المنطقة المعقمة	N	48
					يوجد عربة وكروسي لنقل المرضى داخل العناية	N	49
					يتم التقيد بمحدودية الزيارة واللباس المخصص للزائرين	E	50
يتم التقييم بالملاحظة ووجود لوحات ارشادية تحد من ذلك							
					يتم استلام وتسليم عربة العلاجات الطارئة بين الشفتات مع التوقيع	V	51
					يتم تطبيق سياسة استلام الأوامر الشفوية للطبيب من قبل التمريض مع التوقيع	V	52
في اوراق ملاحظات التمريض.							
					يتم إعطاء العلاجات من قبل التمريض حسب التعليمات مع التوقيع	V	53
					يتم تعبئة نموذج متابعة المريض اليومي حال دخول المريض إلى العناية من قبل التمريض	V	54
					يتم الالتزام بوضع مؤشرات السلامة (كتابة التواريخ على الانابيب والقساطر) لجميع المرضى في ملاحظات التمريض اليومية وسجلات العناية	V	55
التواريخ على الفراشات والقساطر المركزية وانايبب البول والمعدة وتوقيع التمريض.							
					يتم الالتزام باجراءات سلامة المرضى وتوثيقها (تقليب المرضى بحسب التعليمات ووضع الفرش الهوائية وتغطية العينين)	V	56
مؤشر القرع السريرية							
					يتم الالتزام باجراءات منع السقوط وتوثيقها في ملاحظات التمريض اليومية وسجلات العناية	V	57
مؤشر السقوط							



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: المستشفى التخصصي ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					يتوفر فرش هوائي على اسرة العناية	V	58
					يستخدم الفرش الهوائي للحالات الأكثر خطراً لقرح الفراش (على جهاز تنفس صناعي أو غيبوبة أو عدم قدرة على الحركة)	V	59
					الطوارئ التوليدية		13
الكلية: للطوارئ مدخل مستقل والقسم لا يتصل بأي قسم آخر.					قسم الولادة مستقل عن الأقسام الأخرى	E	1
					يوجد غرفة لتغيير الملابس ودواليب للكادر وحمام مستقل	E	2
					توجد عربة متحركة (نقالة) وكروسي متحرك	N	3
في حال توفر تعقيم مركزي كافي يجاب عنه بمطبق كلي.					يوجد جهاز تعقيم للأدوات الجراحية والدرامات والشاش في حالة عدم توفر تعقيم مركزي في المستشفى	V	4
					يوجد أحواض غسيل الأيدي في كل غرف الولادة	N	5
					غرفة الكشف الأولى		
					توجد غرفة للكشف الأولي (طوارئ ولادة)	V	6
الكلية: متوفر وتعمل. غير مطبق: لا تعمل.					يوجد جهاز الموجات فوق الصوتية	V	7
					يوجد سرير فحص مع سلم الصعود وستارة متحركة	E	8
الكلية: متوفر وتعمل. غير مطبق: لا تعمل.					يوجد جهاز ضغط وسماعة	V	9
الكلية: متوفر وتعمل. غير مطبق: لا تعمل.					منظار مهربي ولمبة إضاءة	V	10
الكلية: متوفر وتعمل. غير مطبق: لا تعمل.					يوجد سماعة جنين	V	11
					غرف الملاحظة		
					يوجد غرفة ملاحظة قبل الولادة	V	12
غير مطبق: أقل من ٣ أسرة.					يوجد ثلاثة أسرة ملاحظة قبل الولادة مع الكمدينو وحامل سوانل لكل سرير ولادة	E	13
					يوجد غرفة ملاحظة بعد الولادة	V	14
غير مطبق: أقل من ٣ أسرة.					يوجد ثلاثة أسرة ملاحظة بعد الولادة مع الكمدينو وحامل سوانل وسرير مهد الوليد لكل سرير ولادة	E	15
					يوجد ستائر ثابتة أو متحركة لكل سرير	E	16
					غرفة الولادة		
					توجد على الأقل غرفة للولادة الطبيعية مساحتها لا تقل عن ٢٥ متر مربع	E	17
الكلية: الأسرة المتوفرة قابلة للحركة. غير مطبق: بعضها غير قابل للتحرك في اوضاع مختلفة.					يوجد سريرين ولادة قابلة للتحرك في أوضاع مختلفة	E	18



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: المستشفى التخصصي ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	غير مطبق	غير مطبق جزئياً	مطبق كلياً	مطبق جزئياً			
					يوجد جهاز كوترني ثنائي	V	19
الكلية: متوفر وتعمل وثنائي. الجزئي: المتوفر جهاز احادي. غير مطبق: متوفر جهاز لكن لا تعمل.							
					يوجد لمبة ضوئية متحركة	V	20
الكلية: متوفر وتعمل. الجزئي: متوفر لكن بعين واحدة. غير مطبق: متوفر لكن لا تعمل.							
					يوجد مصدر أكسجين مستمر لكل سرير في غرفة الولادة	V	21
الكلية: تتوفر جفوت ودرامات وغيارات بعدد كافي وحالة جيدة. الجزئي: تتوفر باعداد غير كافية او حالتها غير جيدة (قديمة، او عليها الصدأ).					يوجد جفوت ولادة- درامات معقمة- غيارات	V	22
					يوجد دولاب خاص بالأدوية الاسعافية والمستلزمات	V	23
					انعاش المواليد		
انظر معايير التجهيزات مرفق قائمة					توجد غرفة او مساحة مخصصة لانعاش المواليد بغرفة الولادة	V	24
					يوجد جهاز التنبيب الرغامي	V	25
					يوجد مهد أو سرير أطفال مزود بلمبة للتدفئة والاضاءة	V	26
					يوجد ميزان أطفال	N	27
					يوجد جهاز شفط سوائل مركزي أو متنقل	V	28
					يوجد جهاز التهوية اليدوية (امبواج)	V	29
					يوجد جهاز مراقبة النبض والأكسجين	V	30
					يوجد سماعة مواليد	N	31
					يوجد مصدر أكسجين مستمر	V	32
					يوجد مكيف هواء وشفط في غرفة الولادة	E	33
					الغرفة المظلمة		
لكلية: غرفة بعيدة بمعالجة صوتية مجهزة بحسب النمط. الجزئي: مجهزة غير معالجة صوتياً. غير مطبق: غير مجهزة كلياً.					يوجد غرفة مظلمة لحالات تسم الحمل	V	34
					يوجد على الأقل سرير رقود مع الكمدينو وحامل سائل	E	35
					يوجد مصدر اكسجين مستمر (مركزي - أسطوانات)	V	36
					يوجد جهاز ضغط وسماعة طبية	V	37
أكثر من ٨٠% مطبق كلي. أقل من ٢٥% غير مطبق.					العاملين حاصلين على تراخيص مزاوله المهنة	E	38
					يوجد جدول مناوبات ل ٢٤ ساعة مع أرقام هاتف المناوبين	E	39
الكلية: جميع سجلات الولادات والمواليد والوفيات متوفرة ومكتملة البيانات وواضحة. الجزئي: بعض البيانات غير مكتملة. غير مطبق: بعض السجلات غير متوفر.					توجد سجلات تفصيلية لنشاط القسم	E	40
كلية: المخطط موجود، الكادر مدرب عليه، القابلات يستخدمه لكل حالة ولادة. (يتم طلب ٣ ملفات عشوائياً)					يتم استخدام مخطط الولادة في أقسام الولادة (بارتقراف)	E	41



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: المستشفى التخصصي ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

م	رمز المعيار	نص المعيار	درجة التقييم				
			مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود	
42	N	يتم تقييم جميع المواليد باستخدام أيجار سكور Apgar Score وتوثق النتيجة في ملف الأم					<p>الكلي: جميع ملفات الأمهات تحوي نتيجة التقييم للمواليد، الكادر مدرب على استخدامه (طبيب، قابلة، ممرضة)، جزئياً: يتم تقييم البعض ولا يتم التسجيل في جميع الملفات، غير مطبق: توجد النماذج، يعرف بها العاملون، دون ذلك: غير موجود</p>
43	V	تتوفر القفازات ورداء العمل في قسم الولادة والصابون والمطهرات والمنظفات					<p>الكلي: يتوفر مخزون كافي لاسبوع على الأقل من جميع وسائل ومواد الحماية والتعقيم والعزل في قسم الولادة بما يغطي احتياج العمل فيها. غير مطبق: المتوفر لا يغطي احتياج الاسبوع.</p>
44	V	تستخدم القفازات ورداء العمل في قسم الولادة والصابون والمطهرات والمنظفات بطريقة صحيحة					<p>الكلي: جميع العاملين في قسم الولادة يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة. الجزئياً: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (غير الملاحظة أثناء المرور او الاختبار المباشر في العناية)</p>
45	V	تطبق إجراءات غسيل الأيدي والتطهير بالطرق الصحيحة في قسم الولادة					<p>الكلي: جميع العاملين في قسم الولادة يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة. الجزئياً: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (غير الملاحظة أثناء المرور او الاختبار المباشر في العناية)</p>
46	V	توجد ادوات لجمع والتخلص من النفايات الأدمية بحسب المعايير					
14		قسم الحضانة					
		حضانة (وعناية خدج) داخلية					
1	V	يوجد قسم حضانة داخلية مستقلة					
2	V	توجد حاضنات أطفال بمعدل حاضنتين لكل عشرة اسرة رقود (3 حاضنات كحد أدنى)					<p>الكلي: متوفرة بالعدد الذي يتناسب مع تصنيف المستشفى. الجزئياً: متوفرة بعدد اقل من المفترض للمستشفى وفق النمط. غير موجود: موجود لكن غير مفعلة او عاطلة.</p>
3	V	يوجد جهاز العلاج الضوئي (Photo Therapy)					
4	V	يوجد جهاز مراقبة العلامات الحيوية لكل حاضنة					
5	V	يوجد جهاز التغذية الوريدية					
6	V	يوجد جهاز تدفئه					
7	V	يوجد جهاز التبخير (Nebulizer)					
8	V	توجد غرفة للمواليد الخدج (عناية حرجة داخلية)					
9	V	يوجد جهاز تنفس صناعي خاص بالمواليد لكل ٣ حاضنات					<p>الكلي: جهاز تنفس لكل حاضنات. الجزئياً: جهاز تنفس لكل ٤ حاضنات. غير مطبق: جهاز تنفس لأكثر من ٥ حاضنات</p>
11	V	يوجد جهاز محمول لقياس نسبة الأكسجين في الدم					
12	V	يوجد مصدر أكسجين مستمر (مركزي - اسطوانات)					
13	V	يوجد جهاز شفط السوائل (مركزي - متنقل)					
14	V	يوجد جهاز التنبيب الرغامي للمواليد					
15	V	يوجد عربة إنعاش كرش كارد مزودة بالأدوية					
16	V	يوجد تهوية يدوية للمواليد (Ambo bag)					
17	V	جهاز قياس ضغط الدم مع السماعة خاص بالمواليد					
18	E	توجد مساحة مخصصة لترضع الأمهات مواليدهن طبيعياً					



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: المستشفى التخصصي ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					غرفة تحضير الحليب		
					يوجد غرفة تحضير الحليب	N	19
					يوجد غرفة تغيير الملابس مزودة بدواليب للكادر	E	20
					يوجد منطقة ملاحظة للطبيب والكادر التمريضي	E	21
					منطقة الاستقبال مؤثثة بمكتب وكرسي ودولاب وكراسي جلوس	E	22
					يوجد مخزن أو دواليب للأدوية والمستلزمات	N	23
					يوجد جهاز تعقيم للرضعات	N	24
					يوجد ادوات كاملة للتخلص من النفايات	V	25
بحسب المرفق.					يتم وضع علامات تعريفية للمواليد باستخدام (ايدي باند) ويشمل البيانات التالية: اسم الام (ابن فلانة)، رقم سرير الام، التشخيص، تاريخ الولادة.	V	26
					حضانة (و عناية خدج) خارجية		
					يوجد قسم حضانة خارجية مستقلة	E	1
الكل: متوفرة بالعدد الذي يتناسب مع تصنيف المستشفى. الجزئي: متوفرة بعدد أقل من المفترض للمستشفى وفق النمط. غير موجود: موجود لكن غير مفعلة او عاطلة.					توجد حاضنات أطفال بمعدل حاضنتين لكل عشرة اسرة (3 حاضنات كحد أدنى)	V	2
					يوجد جهاز العلاج الضوئي (Photo Therapy)	V	3
					يوجد جهاز مراقبة العلامات الحيوية لكل حاضنة	V	4
					يوجد جهاز التغذية الوريدية	V	5
					يوجد جهاز تدفئه	V	6
					يوجد جهاز التبخير (Nebulizer)	V	7
					توجد غرفة للمواليد الخدج (عناية حرجة خارجية)	V	8
الكل: جهاز تنفس لكل 3 حاضنات. الجزئي: جهاز تنفس لكل 4 حاضنات. غير مطبق: جهاز تنفس لأكثر من 5 حاضنات.					يوجد جهاز تنفس صناعي خاص بالمواليد لكل 3 حاضنات	V	9
					يوجد جهاز محمول لقياس نسبة الأوكسجين في الدم	V	11
					يوجد مصدر أكسجين مستمر (مركزي - اسطوانات)	V	12
					يوجد جهاز شفط السوائل (مركزي - متنقل)	V	13
					يوجد جهاز التنبيب الرغامي للمواليد	V	14
					يوجد عربة إنعاش كرش مزودة بالأدوية	V	15
					يوجد تهوية يدوية للمواليد (Ambo bag)	V	16
					جهاز قياس ضغط الدم مع السماعاة خاص بالمواليد	V	17
					توجد مساحة مخصصة لترضع الأمهات مواليدهن طبيعياً	E	18
					غرفة تحضير الحليب		
					يوجد غرفة تحضير الحليب	N	19
					يوجد غرفة تغيير الملابس مزودة بدواليب للكادر	E	20
					يوجد منطقة ملاحظة للطبيب والكادر التمريضي	E	21
					منطقة الاستقبال مؤثثة بمكتب وكرسي ودولاب وكراسي جلوس	E	22



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: المستشفى التخصصي ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					يوجد مخزن أو دواليب للأدوية والمستلزمات	N	23
					يوجد جهاز تعقيم للرضاعات	N	24
بحسب المرفق.					يوجد ادوات كاملة للتخلص من النفايات	V	25
					يتم وضع علامات تعريفية للمواليد باستخدام (أيدي باند) ويشمل البيانات التالية: اسم الام (ابن فلانة)، رقم سرير الام، التشخيص، تاريخ الولادة.	V	26
					يوجد وسائل ارشادية مكتوبة لمنع ومكافحة العدوى داخل القسم	V	27
الكلي: يتوفر مخزون كافي لاسبوع على الأقل من جميع وسائل ومواد الحماية والتعقيم والعزل في قسم الحضانه بما يغطي احتياج العمل فيها. غير مطبق: المتوفر لا يغطي احتياج الاسبوع.					تتوفر القفازات ورداء العمل في قسم الحضانه والصابون والمطهرات والمنظفات	V	28
الكلي: جميع العاملين في قسم الحضانه يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة. الجزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (غير الملاحظة أثناء المرور او الاختبار المباشر في الحضانه)					تستخدم القفازات ورداء العمل في قسم الحضانه والصابون والمطهرات والمنظفات بطريقة صحيحة	V	29
الكلي: جميع العاملين في قسم الحضانه يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة. الجزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (غير الملاحظة أثناء المرور او الاختبار المباشر في الحضانه)					تطبق إجراءات غسيل الأيدي والتطهير بالطرق الصحيحة في قسم الحضانه	V	30
غير مطبق: أقل من ربع العاملين لديهم مزاولة مهنة					العاملين حاصلين على مزاولة المهنة	E	31
					يوجد جدول مناوبات ل ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف المناوبين	E	32
					قسم المختبر	15	
الكلي: جميع الخدمات النمطية متوفرة. غير مطبق: لا يوجد جهاز اليزا او بنك دم.					يوفر المختبر التحاليل الطبية المناسبة لنطاق الخدمات المقدمة.	V	1
الكلي: جميع التجهيزات موجودة والربط الشبكي مكتمل ومفعل. غير مطبق: بعض التجهيزات غير متوفرة او الربط الشبكي غير مكتمل او مفعل.					يوجد مكتب استقبال وكرسي وجهاز كمبيوتر للربط الشبكي.	V	2
الكلي: متوفر ومغلق ومرتب وسعته كافية وحالته جيدة. الجزئي: متوفر ولكن بسعة غير كافية او غير مرتب او حالته غير جيدة. (سواء كان منفصل او تحت البنشات)					يوجد دواليب خاصة للأحماض والقلويات والمواد السامة	N	3
الكلي: متوفر ومغلق ومرتب وسعته كافية وحالته جيدة. الجزئي: متوفر ولكن بسعة غير كافية او غير مرتب او حالته غير جيدة. (سواء كان منفصل او تحت البنشات)					دولاب للمستلزمات الطبية.	E	4
الكلي: متوفرة وابعاد كافية وحالة جيدة ودوارة. الجزئي: متوفرة باعداد غير كافية او حالته غير جيدة. غير مطبق: كراسي غير دوارة او متحركة.					طاولة وكراسي انتظار وكراسي دوارة متحركة للعاملين.	E	5



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: المستشفى التخصصي ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
الكلي: يوجد مكان مخصص للذكور والإناث. غير مطبق: لا يوجد مكان منفصل للذكور عن الإناث. غير موجود: لا يوجد مكان مخصص لسحب الدم والعينات.					توجد منطقة استقبال وسحب العينات والدم	N	6
الكلي: متوفر وحالته جيدة والستارة متحركة أو ساتر ثابت. غير مطبق: لا توجد ستارة متحركة أو فاصل عازل.					كرسي سحب عينات الدم وفاصل يفصل مكان سحب العينات للذكور عن الإناث.	E	7
الجزئي: توجد بعض الكسور أو الفراغات أو الفواصل بين البلاط. غير مطبق: الارضية بلاط عادي. غير موجود: أرضية مفروشة أو اسمنتية. أرضية غير مستوية توجد فيها فراغات أو انحادات. (الايوكسي بحسب كلي)					أرضية المختبر من بلاط السيراميك والبورسلين (مقاومة للأحماض والانزلاق مقاومة للفطريات والبكتيريا وسهلة الغسل والتنظيف)	N	8
الكلي: جميعها مطلية. الجزئي: بعضها غير مطلية. غير المطبق: رنج زيتي عادي. (الجدران المبلطة بالبلاط الابيض السيراميك تعتبر كلي ويلزم ان يكون بارتفاع الجدار كاملاً)					جدران وسقف المختبر مطلية بدهانات مقاومة للبكتيريا (انتي ميكروب) ويسهل تنظيفها.	E	9
الكلي: جميع الاسطح غير مسامية لا توجد بها فراغات ومقاومة للاحماض والكيماويات والسوائل (سواء من الزجاج السميكة او الاستيل او الرخام او الجرانيت). الجزئي: توجد بعض الشروخ او الفراغات في الاسطح.					أسطح البنشات من الاستيل او الرخام أو الجرانيت غير مسامية لا تتسرب فيها السوائل ومقاومة لتأثير الأحماض والكيماويات.	N	10
الكلي: توجد غرفة/مساحة منفصلة. غير مطبق: لا توجد مساحة/غرفة منفصلة.					توجد غرفة/مساحة لتحضير العينات والمحاليل مستقلة عن منطقة الاستقبال	N	11
الكلي: توجد مساحة منفصلة. غير مطبق: لا توجد مساحة منفصلة.					يوجد معمل أو وحدة الهيماتولوجي (فحص الدم)	V	12
الكلي: متوفر ومفعل ويعمل جميع الفحوصات. الجزئي: لا يجري بعض الفحوصات. غير مطبق: يوجد CBC ولكنه عاطل ويمكن اعادة للخدمة واصلاحه. غير موجود: يعني اما عاطل ولا يمكن اعادة اصلاحه او غير متوفر الجهاز.					يوجد جهاز فحص الدم العام (CBC).	V	13
الكلي: متوفر يعمل وبسعة مطابقة. الجزئي: متوفر ولكن بسعة دون المطلوبة. غير مطبق: يوجد جهاز طرد ولكنه عاطل. غير موجود: يعني لا يوجد جهاز طرد مركزي.					يوجد جهاز طرد مركزي لا تقل سعته عن ٨ أنابيب.	V	14
الكلي: متوفر ويعمل. غير موجود: يوجد حمام مائي ولكنه عاطل. يعني لا يوجد حمام مائي.					يوجد حمام مائي (Water Bath).	V	15
الكلي: موجود ويعمل. غير موجود: يوجد هزاز كهربائي ولكنه عاطل. يعني لا يوجد هزاز كهربائي.					يوجد جهاز هزاز كهربائي لمزج عينات الدم (في المختبر)	V	16
					يوجد جهاز تقطير	N	17
الكلي: توفرة وبعدد كافي وحالة جيدة. الجزئي: عدد غير كافي او حالة غير جيدة.					حوامل أنابيب ومصاصات مختلفة الأنواع	N	18
الكلي: توجد مساحة منفصلة. غير مطبق: لا توجد مساحة منفصلة.					يوجد معمل أو وحدة الكيمياء	V	19
الكلي: متوفر ومفعل ويعمل جميع الفحوصات. الجزئي: لا يجري بعض الفحوصات. غير مطبق: يوجد جهاز ولكنه عاطل ويمكن اعادة للخدمة واصلاحه. غير موجود: يعني اما عاطل ولا يمكن اعادة اصلاحه او غير متوفر الجهاز.					يوجد جهاز تحليل كيمياء الدم Biochemistry	V	20



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: المستشفى التخصصي ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	غير مطبق	غير مطبق جزئياً	مطبق كلياً	مطبق جزئياً			
					يوجد جهاز Elisa	V	21
الكلي: متوفر ومفعل ويعمل جميع الفحوصات. الجزئي: لا يجري بعض الفحوصات. غير مطبق: يوجد جهاز ولكنه عاطل ويمكن إعادة للخدمة واصلاحه. غير موجود: يعني اما عاطل ولا يمكن اعادة اصلاحه او غير متوفر الجهاز.							
					توجد ثلاجة لحفظ المحاليل والعينات بسعة لا تقل عن ١٤ قدم	V	22
الكلي: متوفرة تعمل وتطابق المواصفات وبها مؤشر لقياس درجة الحرارة. غير مطبق: ثلاجة لا تطابق المواصفات. غير موجود: عاطلة او غير متوفرة.							
					يتم فحص وصيانة ومعايرة كافة الاجهزة بانتظام، كما يتم حفظ السجلات الخاصة بذلك في قسم المختبر	V	23
مقارنة نتائج المحاليل الموجودة مع المحاليل المعيارية للشركة الموردة.					تتوافر كافة كواشف الاختبارات المعملية والمحاليل، ويتم تخزينها وتمييزها بشكل كامل ودقيق، واختبار مدي دقتها وفقاً للسياسة	V	24
على الاقل كل ٣ أشهر.					التحقق من طريقة فحص العينات ودقتها (بالمقارنة مع مختبر مرجعي)	V	25
					الإشراف اليومي على النتائج عن طريق مشرف مؤهل قبل تسليم النتائج	V	26
					وجود تعليمات سلامة عامة مكتوبة لجميع العاملين	E	27
دليل استخدام					وجود دليل لجميع الفحوصات والأجهزة	E	28
					تحديد التوقيات اللازمة لنتائج الفحوصات الطارئة والروتينية	V	29
					وجود القيم الطبيعية لجميع الفحوصات حسب العمر	V	30
تاخر ظهور النتائج					يتم متابعة وتوثيق مؤشرات تاخر ظهور النتائج	V	31
النتائج الحرجة					يتم متابعة وتوثيق مؤشرات النتائج الحرجة	V	32
					وجود تعليمات مكتوبة لجمع العينات وإجراء الفحص عليها والتخلص منها كيفية اتلاف عينات الدم	V	33
مطبق جزئي: يوجد سجلات ولكن التوثيق فيها جزئي تنقص بعض البيانات. غير موجود: يوجد سجلات ولكن لا يتم التوثيق فيها. او لا تتوفر سجلات.					يوجد في القسم سجلات تفصيلية للمترددين على المختبر	V	34
الكلي: يتوفر مخزون كافي لاسبوع على الأقل من جميع وسائل ومواد الحماية والتعقيم والعزل في المختبر بما يغطي احتياج العمل فيها. غير مطبق: المتوفر لا يغطي احتياج الاسبوع.					تتوفر القفازات ورداء العمل في المختبر والصابون والمطهرات والمنظفات	V	35
الكلي: جميع العاملين في المختبر يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة. الجزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة اثناء المرور او الاختبار المباشر في العناية)					تستخدم القفازات ورداء العمل في المختبر والصابون والمطهرات والمنظفات بطريقة صحيحة	V	36



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: المستشفى التخصصي ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					تطبيق إجراءات غسيل الأيدي والتطهير بالطرق الصحيحة في المختبر.	V	37
الكلي: جميع العاملين في المختبر يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة. الجزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة أثناء المرور أو الاختبار المباشر في العناية)					تتوفر وسائل آمنة للتخلص من النفايات ووسائل الاستخدام المخبرية بحسب القائمة المرفقة.	V	38
الكلي: جميع الوسائل متوفرة طبقاً للمواصفات. الجزئي: تنقص بعض الوسائل.					بنك الدم		
					يوجد بنك دم (ثلاجة حفظ الدم بسعة كافية)	V	39
الكلي: متوفرة تعمل وتطابق المواصفات وبها مؤشر لقياس درجة الحرارة وسعتها تتناسب مع احتياج المستشفى. الجزئي: لا تطابق السعة المطلوبة. غير مطبق: ثلاجة لا تطابق المواصفات. غير موجود: عاطلة أو غير متوفرة.					ثلاجة خاصة بحفظ البلازما	N	40
الكلي: متوفرة تعمل وتطابق المواصفات وبها مؤشر لقياس درجة الحرارة وسعتها تتناسب مع احتياج المستشفى. الجزئي: لا تطابق السعة المطلوبة. غير مطبق: ثلاجة لا تطابق المواصفات. غير موجود: عاطلة أو غير متوفرة.					يتم الالتزام بمتابعة قياس درجة الحرارة للثلاجات الخاصة بالمحاليل وقرب الدم وحفظ البلازما (ان وجدت)	V	41
الكلي: الاستمارة موجودة ومثبتة على سطح الثلاجة وعليها توقيعات متابعي درجة الحرارة يومياً في جميع الفترات. الجزئي: الاستمارة موجودة وتنقصها تدوين بعض القراءات. غير مطبق: لا يتم الالتزام بتعبئة البيانات والتوقيع.					يوجد جهاز طرد مركزي لفصل البلازما عن مكونات الدم.	V	42
الكلي: متوفر ومفعل. غير مطبق: يوجد جهاز ولكنه عاطل ويمكن إعادة الخدمة وإصلاحه. غير موجود: يعني إما عاطل ولا يمكن إعادة إصلاحه أو غير متوفر الجهاز.					جهاز هزاز لقرب الدم أثناء التبرع	N	43
الكلي: موجود ويعمل. غير موجود: متوفرة ولكنها عاطل أو غير متوفرة.					يوجد جهاز ضغط + سماعة طبية	N	44
					يوجد مكتب وكراسي وعلاقة ملابس	E	45
					سرير إلى سريرين خاصة بالمتبرعين بسحب الدم.	E	46
					العاملين حاصلين على تراخيص مزاولي المهنة.	E	47
أكثر من ٨٠% مطبق كلي. أقل من ٥٠% غير مطبق.					توجد شهادة تحصين للعاملين من الأمراض المعدية	E	48
الكلي: جميع العاملين تم تحصينهم ضد فيروس الكبد البائي أربع جرعات. الجزئي: بعض العاملين فقط تم استكمال تحصينهم. غير مطبق: تم تحصين البعض بجرعات غير كاملة.					توجد سجلات تفصيلية خاصة بالمتبرعين بالدم	V	49
مطبق جزئي: يوجد سجلات ولكن التوثيق فيها جزئي تنقص بعض البيانات. غير موجود: يوجد سجلات ولكن لا يتم التوثيق فيها. أو لا تتوفر سجلات.					يوجد سجلات خاصة بأصحاب الفصائل النادرة	V	50
					تتوافر أنظمة توثيق ونماذج للتعامل مع مشتقات الدم	V	51
					يتم تمييز كل مشتقات الدم في المستشفى على الأقل باستخدام رقم تعريفي واسم الصنف، والشروط المطلوبة للتخزين، وتاريخ الإنتاج (التحصير)، وتاريخ انتهاء الصلاحية واسم بنك الدم	V	52
الية الاتلاف، صلاحية القرب، هل توجد لجنة للاتلاف.					وجود مقاييس السلامة العامة داخل بنك الدم	V	53



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: المستشفى التخصصي ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

م	رمز المعيار	نص المعيار	درجة التقييم			
			مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود
54	V	يتبع المختبر وبنك الدم آلية معيارية لمعالجة والتخلص من النفايات (وبحسب المرفق).				
55	N	توجد وسائل حماية العين (والمغسلة الخاصة بالعيون)				
56	E	يخضع العاملین لفحص دوري موثق				
57	V	يتوفر في المختبر وبنك الدم وسائل الوقاية من الحريق (طفاية حريق)				
58	N	يوجد لوحة إرشادية لقسم المختبر وبنك الدم واضحة.				
59	E	يوجد حمام ومغسلة أيدي خاص بالمتبردين				
60	E	يوجد حمام ومغسلة أيدي للعاملين بالمختبر				
61	V	مستوى النظافة				
62	E	يوجد جدول مناوبات لـ ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف المناوبين				
16		قسم الأشعة				
1	E	يسهل الوصول الى قسم الاشعة من الطوارئ والعيادات الخارجية				
2	V	توجد وحدة تصوير بالأشعة السينية X-RAY				
3	V	الوحدة محمية بمادة الرصاص بسماك ٢ ملي وبارتفاع لا يقل عن ٢ متر				
4	E	عرض باب غرفة الأشعة لا يقل عن ١,٥ متر				
5	E	مساحة وحدة الأشعة السينية تقدر بـ ١٦ م مربع وارتفاع لا يقل عن ٢,٧٠ متر				
6	V	موضع تصوير الصدر مقابل جهة خاليه من حركة الناس				
7	E	السقف مطلي بمادة الباريوم				
		يطلب وثيقة موافقة لجنة الطاقة الذرية.				



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: المستشفى التخصصي ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	غير مطبق	غير مطبق جزئياً	مطبق كلياً	مطبق جزئياً			
الكلية: غرفة التحييض موجودة ومطابقة أو ان المستشفى يعمل بنظام الديجيتال. <u>غير مطبق</u> : يعني يوجد غرفة تحميم ولكنها غير متصلة بالأشعة. <u>غير موجود</u> : يعني لا يوجد غرفة تحميم. (يجب ألا يفتح باب غرفة التحييض على غرفة الأشعة ويكون باب وحيد وتكون مظلمة ولا يوجد فيها إضاءة طبيعية)					يوجد غرفة تحميم مظلمة بالمساحة المطلوبة (لا تقل عن ٢,٥ متر مربع) أو جهاز تحميم أوتوماتيكي	V	8
الكلية: تتوفر النافذة في غرفة التحكم وتطابق المواصفات.					نافذة التحكم مصنوعة من الزجاج الرصاصي لا تقل عن (0.30*0.30 م) والارتفاع من الأرض ١,٣٠ م	V	9
الكلية: يوجد جهاز التكييف يعمل ويتوفر جهاز لقياس درجة الحرارة والرطوبة.					يوجد جهاز تكييف في غرفة الأشعة (درجة الحرارة لا تزيد عن ٣٠ درجة والرطوبة لا تزيد عن ٦٠%)	E	10
					يوجد جهاز قياس الاشعة لدى العاملين	V	11
الكلية: يتوفر الواقي ويلتزم به العاملون في جميع الاوقات. <u>غير مطبق</u> : لا يتوفر عدد كافي او حالة الواقي غير جيدة ولا يلتزم به العاملون في جميع الاوقات.					يرتدي العاملون في وحدة الاشعة الواقي الرصاصي	V	12
					وحدة الموجات الصوتية		
					توجد وحدة تشخيص بالموجات فوق الصوتية	V	13
الكلية: متوفر ومفعّل. <u>غير مطبق</u> : يوجد الجهاز ولكنه عاطل ويمكن اعادة للخدمة واصلاحه. <u>غير موجود</u> : يعني اما عاطل ولا يمكن اعادة اصلاحه او غير متوفر الجهاز.					يوجد جهاز الفحص بالموجات فوق الصوتية السونار	E	14
الكلية: متوفر ومفعّل. <u>غير مطبق</u> : يوجد الجهاز ولكنه عاطل ويمكن اعادة للخدمة واصلاحه. <u>غير موجود</u> : يعني اما عاطل ولا يمكن اعادة اصلاحه او غير متوفر الجهاز.					يوجد جهاز الايكو و الدبلر عادي/ملون	E	15
					غرفة الفحص تسمح بدخول عربية مريض	N	16
					غرفة الفحص مؤثثة بالاتي: مكتب + كرسي + سرير فحص + درج لسرير الفحص + ستارة متحركة + ملايات + دولاب للمستلزمات	N	17
					قسم الاشعة		
الكلية: يوجد حمام للذكور واخر للاناث ومغسلة يد. <u>غير مطبق</u> : حمام واحد ومغسلة.					يوجد حمام ومغسلة للعاملين في القسم	E	18
الكلية: يوجد حمام للذكور واخر للاناث ومغسلة يد. <u>غير مطبق</u> : حمام واحد ومغسلة.					يوجد حمام ومغسلة للمتريدين	E	19
					يوجد أدوات الوقاية من الإشعاع	N	20
					يوجد إشارة على مدخل باب الأشعة تحذر الذين يدخلون للقسم من خطر الدخول بسبب تشغيل الجهاز	E	21



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: المستشفى التخصصي ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					يوجد دولاب لحفظ الأفلام والمواد الكيميائية	E	22
توجد قائمة تحدد المواعيد. ويتم الالتزام وتوثيق زمن اجراء الفحوص وتسليمها في سجل القسم.					تطبق سياسة تحديد مواعيد الحصول على الافلام والصور الشعاعية والتقارير الطبية للاجراءات الروتينية	V	23
توجد نماذج موقعة من مهندس مختص على معايرة الاجهزة وجودة الافلام اضافة الى توثيق اعادة اخذ الصور الاشعاعية خلال الفترة السابقة في سجلات القسم.					يطبق برنامج ضبط الجودة يشمل التفتيش وصيانة ومعايرة الأجهزة	V	24
حصول على تجديد دوري من وكالة الطاقة الذرية.					الالتزام بالأنظمة والقوانين الصادرة عن وكالة الطاقة الذرية	E	25
في حال وجود فني يتم كتابة ملاحظة.					توفر اختصاصي أشعة على مدار ٢٤ ساعة	V	26
					تكتب التقارير من قبل كادر مؤهل ومدرب	V	27
					تحديد الفحوصات الإشعاعية والتدخلات التي يجب ان تتم تحت إشراف طبي	V	28
					يتم الاحتفاظ بتقارير الأشعة في ملف المريض	V	29
					تتم تعبئة نموذج طلب الأشعة حسب التعليمات من قبل المختصين	E	30
					يتم تحديد عدد الأفلام الذي تم إعادة تصويرها بسبب رداءة نوعية الأفلام في السجل المذكور اعلاه	V	33
الاطلاع على قائمة الاجراءات الاشعاعية التي بحاجة الى موافقة.					تحديد الاجراءات الاشعاعية التي تحتاج الى موافقة من قبل المريض	E	34
					يتم التخلص من الصور الشعاعية و مواد التحميص وفقاً للدليل الوطني.	N	35
					يوجد دولاب أدوية إسعافية في قسم الأشعة	E	36
الكلي: جزء من شبكة لجميع الاقسام توفر الاكسجين على مدار الساعة. او اسطوانات توفر الاكسجين وفق الاحتياج.					يوجد مصدر أكسجين	N	38
الكلي: تتوفر طفاية حريق جاهزة واخرى احتياط. الجزئي: تتوفر واحدة جاهزة. غير مطبق: فارغة.					يوجد طفاية حريق	N	39
الكلي: جميعها تسليكات حديثة ومغطاة غير مكشوفة وتعمل ويوجد بها نظام امان لمنع الحوادث الكهربائية. غير مطبق: بعضها لا يعمل او مكشوف او شبكة قديمة ولا يوجد نظام امان.					التوصيلات الكهربائية آمنة وبعيده عن الماء	N	40
الكلي: الارضيات ومواقع العمل نظيفة خاليه من الاوساخ والبقع والنفائيات توضع في سلال مخصصة لها ولا توجد روائح كريهة. غير مطبق: بعض الاماكن غير نظيفة او خالية من الامه سباحه هناك دواجن					مستوى النظافة جيد	V	41
الكلي: هناك مساحة مناسبة لمرافقي المرضى ومنفصل مكان الذكور عن الاناث وبها عدد كافي من كراسي الانتظار. غير مطبق: مساحة غير كافية او غير منفصلة او بها عدد غير كافي من الكراسي					يوجد صالة انتظار للرجال والنساء مزودة بالكراسي	E	42
					يوجد غرفة لمشاهدة الأفلام وكتابة التقارير ومزودة بالكراسي والطاولات	E	43
الكلي: السجلات متوفرة ومكتملة البيانات وواضحة. غير مطبق: بعض البيانات غير مكتملة.					توجد سجلات مفصلة للحالات ومن قام بالتحويل	E	44
مطبق كلي: اخصائيون. مطبق جزئي: أي طبيب أخصائي أو طبيب عام لديه دورات أو خبرة.					أطباء الأشعة/السونار أخصائيين	N	45



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: المستشفى التخصصي ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					العاملين حاصلين على تراخيص مزاوله المهنة.	E	46
					توجد غرفة لتغيير الملابس أو كابينه مع شماعه ملابس	E	47
					يوجد جدول مناوبات ل ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف المناوبين	E	48
					قسم الرقود		17
					أقسام رقود الرجال منفصلة عن أقسام رقود النساء	V	1
					هناك مساحة كافية في غرف الرقود الداخلي تضمن توفر < ١ متر بين الأسرة	V	2
					النوافذ في القسم مجهزه بستائر مناسبة	N	3
					يوجد مغسله وحمام للرجال واخرى للنساء (لكل ٨ أسرة)	N	4
					عرض الممرات لا يقل عن اثنين متر	N	5
					عرض الباب في غرف الرقود لا يقل عن متر ونصف	E	6
					مساحة الغرفة ذات السرير الواحد لا تقل عن ١٢ متر مربع	E	7
					مساحة الغرفة ذات السريرين لا تقل عن ١٦,٨ متر مربع	E	8
					المساحة المخصصة للسرير في الغرفة العامة ٦ م ^٢ / سرير	E	9
					يوجد في غرف الرقود العامة ستائر فاصلة بين الأسرة	N	10
					تتوفر غرف عزل في القسم للحالات المعدية (سرير لكل ١٠ أسرة رقود)	V	11
					تمريض العزل مستقل عن تمريض القسم	V	12
					يوجد جوار كل سرير طاولة طعام كمدينو وحامل محاليل	N	13
					يوجد في القسم غرفة مع حمام ومغسله للطبيب المناوب	E	14
					يوجد في القسم تلفون داخلي لدى الطبيب والتمريض	V	15
					يوجد ترخيص مزاوله مهنة للكادر الطبي والفني	E	16
					يوجد بالقسم كراسي انتظار للزوار	E	17
					يوجد أجهزة ضغط وسماعات وترموتر	N	18



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: المستشفى التخصصي ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					يوجد كرسي متحرك ونقله مرضى	N	19
الكلية: يتوفر مخزون كافي لاسبوع على الأقل من جميع وسائل ومواد الحماية والتعقيم والعزل في قسم الرقود بما يغطي احتياج العمل فيها. غير مطبق: المتوفر لا يغطي احتياج الاسبوع.					تتوفر القفازات ورداء العمل في قسم الرقود والصابون والمطهرات والمنظفات	V	20
الكلية: جميع العاملين في قسم الرقود يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة. الجزئية: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة اثناء المرور او الاختبار المباشر في قسم الرقود)					تستخدم القفازات ورداء العمل في قسم الرقود والصابون والمطهرات والمنظفات بطريقة صحيحة	V	21
الكلية: جميع العاملين في قسم الرقود يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة. الجزئية: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة اثناء المرور او الاختبار المباشر في قسم الرقود)					تطبق إجراءات غسل الأيدي والتطهير بالطرق الصحيحة في قسم الرقود	V	22
					تتوفر منطقة لتمرير القسم المناوب وحفظ الملفات		23
					يتوفر كادر ترميزي يتناسب مع السعة السريرية للرقود (مرض لكل ٧ أسرة)		24
					يوجد جدول مناوبات ل ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف المناوبين	E	25
					العيادات الخارجية		18
					تتوفر عيادات تتوافق مع التخصصات المرخص لها بالمستشفى/ المنشأة تقديمها	E	1
					تتوفر عيادة الباطنة لعمل الموافقة الطبية في حال لم تكن احد التخصصات الأساسية في المستشفى	V	2
					توفر المساحة المعيارية (8 متر مربع) لعيادات الباطنية والأطفال ومساحة (12 متر مربع) للجراحة والعظام والنساء	E	3
الكلية: هناك مساحة مناسبة لمرافقي المرضى ومنفصل مكان الذكور عن الإناث وبها عدد كافي من كراسي الانتظار. غير مطبق: مساحة غير كافية او غير منفصلة او بها عدد غير كافي من الكراسي.					توجد صالة انتظار كافية بما يتناسب مع عدد العيادات مع شاشة للتثقيف الصحي (تعرض برامج تثقيف صحي) وكراسي الانتظار	E	4
					يوجد للعيادات مدخل مستقل	E	5
					موقع العيادات معروف ويسهل الوصول اليه. وتكون اللافتات الإرشادية واضحة للمريض من مدخل المستشفى وحتى منطقة الدخول للعيادات	E	6
					العيادات مؤثثة بما يتناسب مع الخدمة التي تقدمها العيادة.	E	7



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: المستشفى التخصصي ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					سماعة طبيب وجهاز قياس ضغط الدم وترموتر في كل عيادة	N	8
					لوحة ضوئية لقراءة الصور الإشعاعية ضوء لفحص الفم والبلعوم	N	9
					تتوفر جميع التجهيزات الخاصة في العيادات التخصصية (بحسب المرفق)	N	10
					الأطباء العاملين في العيادات أخصائيين أو استشاريين في التخصصات المقدمة في المستشفى	N	11
أكثر من ٨٠% مطبق كلياً. أقل من ٢٥% غير مطبق.					العاملين في العيادات حاصلين على شهادة تراخيص مزاولي المهنة	V	12
أكثر من ٨٠% مطبق كلياً. أقل من ٥٠% غير مطبق.					يسهل انتقال المريض من العيادات إلى الأقسام التشخيصية والعلاجية	E	13
					يوجد حمام ومغسلة للمتريدين	E	14
					يوجد حمام ومغسلة للعاملين	E	15
					تتوفر القفازات ورداء العمل في العيادات والصابون والمطهرات والمنظفات	V	16
					تستخدم القفازات ورداء العمل في العيادات والصابون والمطهرات والمنظفات بطريقة صحيحة	V	17
					تطبق إجراءات غسيل الأيدي والتطهير بالطرق الصحيحة في العيادات.	V	18
					الخدمات المساعدة		19
					يوجد مخازن	N	1
					توجد ثلاجة للموتى تناسب السعة السريرية	N	2



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: المستشفى التخصصي ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	غير مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					يوجد قسم حركة ولديه وسائل النقل للكادر	N	3
					النظافة	20	
في حال وجود شركة نظافة لابد من وجود قسم تنظيمي داخل المستشفى للإشراف.					يوجد بالمستشفى قسم خاص بالنظافة	V	1
					يتوفر في كل قسم ادوات ومستلزمات نظافة (سطول ومكانس وغيرها) خاصة بكل قسم ولا تستخدم خارج ذلك القسم.	V	2
					يحمل جميع عمال النظافة شهادات صحية بالخلو من الامراض والتحصين.	V	3
					لدى المستشفى عاملين مدربين يمكنهم تقديم خدمات	V	4
					التزام العاملين بشروط الصحة والسلامة العامة من حيث اللباس، غطاء الرأس ، القفازات	V	5
					عمال النظافة مدربون على ممارسات نظافة الأيدي وكيفية ارتداء وإزالة معدات الحماية الشخصية	V	6
كلي: الأقسام والمرات والحمامات نظيفة ولا توجد فيها روائح كريهة					توفر مواد نظافة وتطهير تفي بجميع احتياجات الأقسام والمرافق العامة للمستشفى.	V	7
كلي: آلية مكتوبة للنظافة متوفرة. والسياسات معلنة ومعمة.					وجود سياسة وإجراءات للنظافة بالمستشفى وآلية لنظافة الأقسام والمرات والمداخل والحمامات	V	8
الكلي: يوجد خطة تدقيق وتفويض على جميع أقسام ومرافق المستشفى ويتم تنفيذها والرفع بالتقارير الجزئي: يوجد خطة ولكن لا تنفذ ولا يوجد أي تقارير غير مطلق: يوجد خطة ولا تنفذ ويوجد بعض الحيوانات الأليفة والحشرات والقوارض					توجد خطة لمكافحة الحيوانات الأليفة والحشرات والقوارض في المستشفى ويتم تنفيذها	V	9
					المغسلة	21	
كلي: يستجيب لاحتياجات جميع الأقسام، يفصل في التنظيف بين أنواع الأدوات المراد غسلها بحسب خصوصيتها، تعمل بانتظام					يوجد قسم مغسلة يحتوي على غسالات تتناسب حجم السعة السريرية	V	1
					وجود كادر مدرب على إجراءات الغسيل .	E	2
					تتوفر عربة جمع الملايات ذات السلتين والتي تضمن فصل الغيارات النظيفة عن المتسخة التي تجمع	E	3
					توافر الأدوات والمستلزمات اللازمة لإجراءات المغسلة .	V	4
كلي: توجد سياسات لكل ما يلي: جمع الغيارات الملوثة وتخزينها. سياسات تنظيف الغيارات المتسخة والموثة بالدم والفصل بينها. تخزين الغيارات النظيفة وتوزيعها.					تطبق سياسات وإجراءات خدمات المغسلة	V	5
					يتم توثيق استلام وتسليم الغيارات والملابس	E	7
					يوجد ملصق ارشادي بجميع الإجراءات الخاصة بالعمل في المغسلة	N	8



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: المستشفى التخصصي ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					يوجد ملصق ارشادي بخطوات الاسعافات الأولية عند التعرض للاصابات المهنية (العين او الكهرباء)	N	9
					النفائيات الخطرة	22	
					توجد محرقة للنفائيات الطبية وفقاً للمعايير	V	1
تتناسب مع حجم السعة السريرية لا تقل عن ١٠ كيلو.					تطبق آلية التعامل مع المخلفات (الفرز والتجميع الخ) استناداً للدليل الوطني للنفائيات الطبية.	V	2
					يتم تدريب العاملين على إجراءات التعامل مع النفائيات الطبية.	V	3
حاويات وبراميل ملونة وعلب المواد الحادة واكياس ملونة.					تتوافر مواد فرز وجمع المخلفات الطبية	V	4
					لدى المستشفى خطة لإدارة المواد الخطرة ومخلفاتها (تنظم استخدامها والتعامل معها وتخزينها والتخلص منها بحسب القوانين والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة واللوائح الداخلية للمستشفى).	E	5
					لدى المستشفى قائمة تصنيف للمواد الخطرة ومخلفاتها ومواقعها.	E	6
					توجد قوائم جرد حالية لأنواع المواد الخطرة والمخلفات ومواقعها.	N	7
كلي: اجتماع شهري على الأقل للإدارة لمناقشة تقارير المخلفات الطبية.					تناقش خطة إدارة المخلفات والمواد الخطرة مع الإدارة دورياً.	N	8
					السلامة والامن	23	
					توفر المنشأة الخدمات الأمنية للسلامة العامة وسلامة العاملين والمرضى.	E	1
					يملك المستشفى خطة للسلامة من الحرائق تتضمن الوقاية والاستجابة السريعة.	E	2
					يملك المستشفى منظومة للسلامة من الحرائق (التجهيزات والوسائل)	V	3
					يتم التدريب في المستشفى على إجراءات السلامة من الحرائق.	E	4
					يتم الالتزام بقانون مكافحة التدخين	E	5
					حقوق المرضى والمجتمع ورضاهم	25	
					حقوق والتزامات المريض		



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: المستشفى التخصصي ١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
كلي: تتوفر الملصقات واللافتات التي توضح وتصف حقوق المريض والخدمات المتاحة بتقديمها بالمستشفى كما تصف كيفية الوصول الى هذه الخدمات وذلك بذكر أماكن تواجدها ووجود أسهم إشارة للتوضيح للمريض كيفية الوصول لهذه الخدمات جزئي: بعض ماذكر					يقوم المستشفى بتعريف المريض وذويه بحقوقهم وبالرعاية والخدمات التي تقدمها وكيفية الوصول إليها	V	١
عبر طلب شرح للالابية التي يمكن عبرها الحصول على ملف مريض من ترميز القسم.					تطبق سياسات في المستشفى تحافظ على سرية المعلومات الخاصة بالمريض وتمنع سوء استخدامها.	E	٢
كلي: توجد لوائح مكتوبة توضح من له الحق بالاطلاع على ملفات وبيانات المرضى					تنظم اللوائح من له حق الإطلاع على ملفات المرضى والحصول على معلومات طبية مثل: (الفريق الطبي المعالج)	N	٣
كلي: حق المريض في التقدم بشكوى شفوية أو مكتوبة، موقعة أو غير موقعة توجد صناديق أو مكتب لتلقي الشكاوى يوجد سجل للشكاوى يتضمن إجراءات تصحيحية يتم اتخاذها في الشكاوى جزئي: بعض ماذكر					يتم ضمان حق المريض بالشكوى	V	٤
كلي: ١- يتم أخذ اقرار وتوثيقه في ملف المريض ٢- يتم ابلاغ المريض وذوية بمجال الاقرار جزئي: عدم ابلاغ المريض وذويه بمجال الاقرار					يتم أخذ إقرار عام من المريض عند دخوله للرقود في المستشفى ويبلغ المريض وذويه عن مجال ذلك الإقرار	V	٥
توفر جميع النماذج ويعمل بها. بالاطلاع على ٣ ملفات في كل قسم.					يتم اخذ اقرار المريض وفق نماذج الموافقات على الإجراءات لتالية: (العمليات الجراحية، التخدير، نقل الدم ومشتقاته، العلاج ذات الخطورة)	E	٦
التوعية الصحية							
كلي: تنفيذ برامج توعوية وتوفر شاشات تبث تثقيف صحي وبروشورات مختصة بالتوعية الصحية ووجود ملصقات معلقة في مكان واضح وبلغة مفهومة جزئي: توفر بعض ما ذكر. غير مطبق: توجد برامج لكن لا تطبق.					اعداد وتنفيذ برامج التوعية الصحية لمختلف الفئات المستهدفة ويوفر المستشفى وسائل التنفيذ	V	٧
					تتوفر جداول وتقارير للتوعية الصحية بالمستشفى وتغطي جميع الفئات المستهدفة	E	٨
كلي: تنفيذ برامج توعوية وتوفر شاشات تبث تثقيف صحي وبروشورات مختصة بالتوعية الصحية ووجود ملصقات معلقة في مكان واضح وبلغة مفهومة جزئي: توفر بعض ما ذكر. غير مطبق: تبث برامج غير صحية.					تزويد صالات الانتظار بشاشات عرض تبث برامج التوعية الصحية	V	٩

