



أداة تقييم المنشآت الخاصة فئة: مستشفى عام/تخصي + وحدة جراحة أنف وأذن وحنجرة

الإصدار: الثالث

العام: 2024م

بيانات عامة للمنشأة:

اسم المنشأة:
تخصصات المنشأة:
رقم الترخيص:
جهة الإصدار:
تاريخ التجديد:
المحافظة:
اسم مالك المنشأة:
اسم المشرف الفني:
التخصص:
السعة السريرية: عدد أسرة الرقود () - عدد أسرة العناية المركزة () - عدد الحضانات ()
عدد الطوابق () طابق عدد أسرة الطوارئ ()
عدد الغرف في كل طابق () غرفة
عدد الكادر العامل في المنشأة:
اخصائيين () اطباء العموم () تمريض () قابلات () فنيين () تنفسية ()
مختبرات () فنيين اشعة () صيادلة () اداريين ()



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: عام/تخصصي + تخصص انف واذن ٢٠٢٤-١٤٤٥ م

م	رمز المعيار	نص المعيار	درجة التقييم				ملاحظات
			مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود	
	9	طوارئ الانف والاذن والحنجرة					
1	V	يستقبل المستشفى حالات طوارئ الانف والاذن والحنجرة على مدار ٢٤ ساعة				الكلي: قسم الطوارئ يقدم جميع الخدمات الطارئة لتخصص الانف والاذن والحنجرة على مدار الساعة. غير موجود: لا يقدم جميع الخدمات الطارئة للتخصص.	
2	V	يتوفر اخصائي جراحة انف واذن وحنجرة تحت الاستدعاء على مدار الساعة					
	10	قسم العمليات الجراحية					
3	V	من يقوم بجراحة الانف والاذن والحنجرة طاقم مؤهل					
4	V	يتم اجراء الجراحة للحالات الطارئة وفقاً لبروتوكولات المعالجة على مدار الساعة					
		غرفة عمليات جراحة الانف والاذن والحنجرة فيها:					
1	V	تتوفر غرفة عمليات اضافية مستقلة لجراحة الانف والاذن والحنجرة					
5	V	جهاز التخدير يعمل بالهالوثان والايذوفلوران				الكلي: متوفر وعامل. الجزئي: لا يعمل بالهالوثان والايذوفلوران معاً. غير موجود: غير متوفر او عاطل.	
6	V	صالة العمليات مزوده بالأكسجين (مركزي وأيضاً اسطوانات احتياطية)				الكلي: لديه شبكة توفر الاكسجين على مدار الساعة (الزامية في العامة والتخصصية). و أيضاً عدد كافي من الاسطوانات الاحتياطية وفق الاحتياج بحيث لا يحدث انقطاع. غير المطبق: شبكة عاطلة وعدد اسطوانات قليل جداً مقارنة بالاحتياج.	
7	V	طاولة العمليات متعددة الاستخدام قابلة للتمحور				الكلي: متوفرة ومطابقة للمواصفات. الجزئي: غير قابلة للتمحور.	
8	V	طاولة العمليات مزوده بعجلات قابلة للتحرك والثبيت				الكلي: متوفرة ومطابقة للمواصفات. الجزئي: غير متحركة.	
9	N	سطح طاولة العمليات قابله للنزع سهلة التنظيف					
10	V	يوجد جهاز كي				الكلي: يعمل. غير مطبق: متوفر لكن لا يعمل.	
11	V	يوجد جهاز لمراقبة الوظائف الحيوية				غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن.	
12	V	يوجد جهاز التنبيب لكافة الفئات العمرية				غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن.	



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: عام/تخصصي + تخصص انف واذن ٢٠٢٤-١٤٤٥

م	رمز المعيار	نص المعيار	درجة التقييم				ملاحظات
			مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود	
13	V	يوجد تهوية يدوية (Ambu bag) لكافة الفئات العمرية				غير مطبق: غير عامل او في المخزن.	
14	V	يوجد جهاز التغذية الوريدية Syringe and infusion pump				الكلي: تتوفر بعدد كافي وتعمل جميعها. الجزئي: عدد غير كافي. غير مطبق: تتوفر لكن اغلبها لا تعمل.	
15	V	يوجد جهاز شفط السوائل + اسطوانتين احتياطيتين				الكلي: متوفر وتعمل وباسطوانتين. الجزئي: متوفر تعمل بدون اسطوانتين احتياط. غير مطبق: لا تعمل.	
16	V	يوجد نظام الشفط السالب (مركزي او داخلي) للهواء				الكلي: الشفط متوفر مركزيا ويعمل. الجزئي: الشفط عبر تكييف داخل العمليات وفقا للمواصفات المناسبة. غير مطبق: الشفط لا يعمل (المركزي او الداخلي).	
17	E	يوجد جهاز مرشحات الهواء الداخل				الكلي: متوفر وعامل. غير مطبق: لا يعمل.	
18	E	يوجد جهاز تكييف أو توماتيكي لحفظ درجة الحرارة ثابتة				الكلي: متوفر وعامل. غير مطبق: لا يعمل.	
19	E	يوجد جهاز مقياس الرطوبة				الكلي: متوفر وعامل. غير مطبق: لا يعمل.	
20	N	يوجد عربة مستلزمات طبية ستيل				غير مطبق: غير ستيل او متاكله بالصدأ.	
21	V	توجد شاشة عرض أفلام أشعة				الكلي: متوفر وتعمل. غير مطبق: لا تعمل.	
22	N	يوجد حافظات ادوات حادة بلاستيكية غير قابلة للثقب Sharp Container					
23	V	أرضية غرفة العمليات مغطاة بمادة الايبوكسي					
24	V	جدران غرفة العمليات مطلية بمادة الانتي ميكروب					
25	V	يتوفر جهاز الميكروسكوب الخاص بجراحة الانف والاذن والحنجرة					
26	V	تتوفر المناظير الجراحية (الريجيد اندوسكوب الخاص بجراحة الانف والاذن والحنجرة)					
27	N	يوجد درامات مختلفة الأحجام				الكلي: متوفرة بشكل كافي.	
28	N	توجد عربة حمل الأدوات المعقمة					
29	N	يوجد أطقم أدوات جراحية خاصة بجراحة الانف والاذن والحنجرة اضافة الى ادوات استئصال اللوزتين كافية بحسب نطاق الخدمة				الكلي: متوفرة ومكتملة وبحسب نطاق الخدمة ونوعها (لا تقل عن ٥ اطقم ادوات صالحة للاستخدام ومعقمة للتخصص الواحد في المستشفى). الجزئي: غير متوفرة او غير مكتملة او لا تتوفر لبعض التخصصات.	



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: عام/تخصصي + تخصص انف واذن ٢٠٢٤-١٤٤٥ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	غير مطبق	غير مطبق جزئياً	مطبق كلياً	مطبق جزئياً			
يتم التقييم بالملاحظة واللوحات التي تمنع دخول الآخرين					الدخول للعمليات فقط للعاملين وباللباس المخصص	V	30
					مغاسل اليدين الجراحية مصنوعة من الاستيل وتفتح بالمرفق او الاشعة الضوئية وتوافق المواصفات المعيارية	N	31
					يتم حفظ المواد والأدوات المعقمة والقاونات في مكان خاص	N	32
كل ٣ أشهر على الأقل					يتم عمل مسحات من أماكن مختلفة من قسم العمليات وتوثيق نتائجها	V	33
بحسب المرفق					توفر حاويات للنفائيات في جميع مرافق القسم	V	34
الكل: توجد سياسات ووسائل ارشادية معلقة او في متناول ايدي المعنيين تشمل: جميع جوانب مكافحة العدوى وسلامة المرضى. الجزئي: توجد سياسات ووسائل ارشادية لكن غير كاملة او غير واضحة او غير معلقة.					توجد وسائل ارشادية مكتوبة لمكافحة العدوى وسلامة المرضى	N	35
					عيادات الانف والاذن والحنجرة		
					عيادة الفحص والمعاينة لا تقل مساحتها عن ٢م٨	V	1
					تتوفر وحدة فحص حالات الانف والاذن والحنجرة متكاملة (ENT Complete Treatment Unit)	V	2
					يتوفر كرسي معالجة خاص بحالات الانف والاذن والحنجرة (ENT Treatment Chair)	V	3
					تتوفر ادوات معاينة وفحص الانف والاذن والحنجرة (ENT Instrument Set)	V	4
					يتوفر مصدر اضاءة راسي (Head Light)	V	5
					يتوفر منظار الاذن (Otoscope)	V	6
					يتوفر منظار الحنجرة (Laryngoscope)	V	7
					تتوفر ادوات قياس السمع (Audiometer)	V	8
					يتوفر جهاز قياس الضغط وسماعة طبية	V	9
					يتوفر لوحة ضوئية لقراءة افلام الاشعة	V	10



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: عام/تخصصي + تخصص انف واذن ٢٠٢٤-١٤٤٥ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					يتوفر دولاب خاص بالادوات الطبية	V	11
					يوجد جهاز قياس السكر	E	12
					تتوفر مصادر اضاءة في جميع اماكن العيادة يمكن التحكم بها وبشدتها	E	13
					يوجد وجود طفاية حريق جاهزة للاستخدام	E	14
					وجود مغسلة داخل غرفة العلاج	N	15
					وجود عدد كافي من سلات النفايات ذات الغطاء المحكم	N	16
					غرفة تخطيط السمع بمساحة كافية	V	17
					يتوفر جهاز تخطيط السمع (ACS)	V	18
					يتوفر في الغرفة كابينات خاصة (Silence Cabinet)	V	19
<u>الكلي:</u> يتوفر مخزون كافي لاسبوع على الأقل من جميع وسائل ومواد الحماية والتعقيم والعزل في العيادات بما يغطي احتياج العمل فيها. <u>غير مطبق:</u> المتوفر لا يغطي احتياج الاسبوع.					تتوفر القفازات ورداء العمل في العيادات والصابون والمطهرات والمنظفات	V	20
<u>الكلي:</u> جميع العاملين في العيادات يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة. <u>الجزئي:</u> بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة اثناء المرور او الاختبار المباشر في العيادة)					تستخدم القفازات ورداء العمل في العيادات والصابون والمطهرات والمنظفات بطريقة صحيحة	V	21
<u>الكلي:</u> جميع العاملين في العيادات يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة. <u>الجزئي:</u> بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة اثناء المرور او الاختبار المباشر في العيادة)					تطبق إجراءات غسيل الأيدي والتطهير بالطرق الصحيحة في العيادات.	V	22
					العاملون في العيادات اخصائيون جراحة انف واذن وحنجرة مؤهلون وذوي خبرة	V	23
					جميع العاملين حاصلين على شهادة تراخيص مزاوله المهنة	V	24