



# أداة تقييم المنشآت الخاصة فئة: مستشفى عام/تخصي + وحدة تخصص جراحة عظام

الإصدار: الثالث

العام: 2024م

## بيانات عامة للمنشأة

اسم المنشأة:	.....
تخصصات المنشأة:	.....
رقم الترخيص:	.....
جهة الإصدار:	.....
تاريخ التجديد:	.....
المحافظة:	.....
اسم مالك المنشأة:	.....
اسم المشرف الفني:	.....
التخصص:	.....
السعة السريرية: عدد أسرة الرقود ( ) - عدد أسرة العناية المركزة ( ) - عدد الحضانات ( )	.....
عدد الطوابق ( ) طابق عدد أسرة الطوارئ ( )	.....
عدد الغرف في كل طابق ( ) غرفة	.....
عدد الكادر العامل في المنشأة:	.....
أخصائيين ( ) أطباء العموم ( ) تمريض ( ) قابلات ( ) فنيين ( ) نفسية ( )	.....
مختبرات ( ) فنيين أشعة ( ) صيادلة ( ) إداريين ( )	.....



## أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: عام/تخصصي + وحدة تخصص جراحة عظام ١٤٤٥-٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					قسم العمليات الجراحية	*	
					من يقوم بالجراحة طاقم (جراحة عظام) مؤهل	V	1
					غرفة عمليات جراحة العظام فيها:		
					تتوفر غرفة عمليات اضافية مستقلة لجراحة العظام	V	1
					جهاز التخدير	V	2
					صالة العمليات مزوده بالأكسجين (مركزي وأيضا اسطوانات احتياطية)	V	3
					طاولة العمليات خاصة بجراحة العظام	V	4
					طاولة العمليات مزوده بعجلات قابلة للتحرك والتثبيت والتمحور	V	5
					سطح طاولة العمليات قابله للنزع سهلة التنظيف	N	6
					عدد عيون الإضاءة وقوتها الإجمالية كافييه (LOX8000)	V	7
					يوجد جهاز كي (ثنائي) لا يقل عن ٣٠٠ وات	V	8
					يوجد جهاز لمراقبة الوظائف الحيوية	V	9
					يوجد جهاز التنبيب لكافة الفئات العمرية	V	10
					يوجد تهوية يدوية ( Ambu bag ) لكافة الفئات العمرية	V	11
					يوجد جهاز التغذية الوريدية Syringe and infusion pump	V	12
					يوجد جهاز شفط السوائل + اسطوانتين احتياطيتين	V	13



## أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: عام/تخصصي + وحدة تخصص جراحة عظام ١٤٤٥-٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	غير مطبق	غير مطبق جزئياً	مطبق جزئياً	مطبق كلياً			
الكلي: الشفط متوفر مركزياً ويعمل. الجزئي: الشفط عبر تكييف داخل العمليات وفقاً للمواصفات المناسبة. غير مطبق: الشفط لا يعمل (المركزي او الداخلي).					يوجد نظام الشفط السالب (مركزي او داخلي) للهواء	V	14
الكلي: متوفر وعامل. غير مطبق: لا يعمل.					يوجد جهاز مرشحات الهواء الداخل	E	15
الكلي: متوفر وعامل. غير مطبق: لا يعمل.					يوجد جهاز تكييف أوتوماتيكي لحفظ درجة الحرارة ثابتة	E	16
الكلي: متوفر وعامل. غير مطبق: لا يعمل.					يوجد جهاز مقياس الرطوبة	E	17
غير مطبق: غير ستيل او متاكلة بالصدأ.					يوجد عربة مستلزمات طبية ستيل	N	18
الكلي: متوفر وتعمل. غير مطبق: لا تعمل.					توجد شاشة عرض أفلام أشعة	V	19
					يوجد حافظات ادوات حادة بلاستيكية غير قابلة للتعب Sharp Container	N	20
					أرضية غرفة العمليات مغطاة بمادة الايبوكسي	V	21
					جدران غرفة العمليات مطلية بمادة الانتي ميكروب	V	22
					قسم العمليات يتوفر فيه:		
الكلي: متوفر ويعمل. غير مطبق: لا يعمل.					يتوفر جهاز السلي ارم الخاص بجراحة العظام	V	23
جزئي: عدد غير كافي او توجد ولا تعمل.					يتوفر المناظير الخاصة بجراحة العظام	V	24
الكلي: متوفرة ومكتملة وبحسب نطاق الخدمة ونوعها (لا تقل عن ٥ اطقم ادوات صالحة للاستخدام ومعقمة للتخصص الواحد في المستشفى). الجزئي: غير متوفرة او غير مكتملة او لا تتوفر لبعض التخصصات.					يوجد اطقم أدوات جراحة العظام كافية	N	25
جزئي: عدد غير كافي او توجد ولا تعمل.					يتوفر عدد كاف من الدريالات الكهربائية لجراحة العظام	V	26
					قسم الأشعة	*	
في حال توفرت					وحدة هشاشة العظام		
الكلي: يتوفر الجهاز ويعمل.					يتوفر جهاز قياس هشاشة العظام	V	27
					قسم الرقود	*	
					اسرة الرقود خاصة بحالات جراحة العظام	V	28



## أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: عام/تخصصي + وحدة تخصص جراحة عظام ١٤٤٥-٢٠٢٤ م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	غير موجود	غير مطبق	مطبق جزئياً	مطبق كلياً			
					العيادات الخارجية	*	
					الأطباء العاملين في عيادة/ات جراحة العظام أخصائيين أو استشاريين في التخصصات المقدمة في المستشفى	V	29
أكثر من ٨٠% مطبق كلي. اقل من ٢٥% غير مطبق.					العاملون في تخصص جراحة العظام يحملون مزاولة مهنة	V	30