



أداة تقييم المنشآت الخاصة فئة: مستشفى عام/تخصي + وحدة جراحة قلب

الإصدار: الثاني

العام: 2024م

بيانات عامة للمنشأة

اسم المنشأة:
تخصصات المنشأة:
رقم الترخيص:
جهة الإصدار:
تاريخ التجديد:
المحافظة:
اسم مالك المنشأة:
اسم المشرف الفني:
التخصص:
السعة السريرية: عدد أسرة الرقود () - عدد أسرة العناية المركزة () - عدد الحضانات ()
عدد الطوابق () طابق عدد أسرة الطوارئ ()
عدد الغرف في كل طابق () غرفة
عدد الكادر العامل في المنشأة:
أخصائيين () أطباء العموم () تمريض () قابلات () فنيين () تنفسية ()
مختبرات () فنيين أشعة () صيادلة () إداريين ()



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: عام/تخصصي + وحدة تخصص جراحة قلب مفتوح ١٤٤٥-٢٠٢٤م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					قسم العمليات الجراحية	*	
					من يقوم بجراحة القلب المفتوح طاقم مؤهل	V	1
الكلي: استشاري تخدير حالات جراحة القلب المفتوح و ذو خبرة. الجزئي: مؤهل تخدير غير تخصصي ذو خبرة في تخدير حالات جراحة القلب. غير مطبق: غير تخصصي ولا خبرة له في تخدير حالات جراحة القلب المفتوح. غير موجود: ليس اخصائي تخدير.					من يقوم بالتخدير لحالات جراحة القلب المفتوح مؤهل	V	2
					غرفة عمليات جراحة القلب المفتوح فيها:		
					تتوفر غرفة عمليات اضافية مستقلة لجراحة قلب مفتوح	V	1
الكلي: متوفر وعامل. غير موجود: غير متوفر او عاطل.					جهاز التخدير	V	3
الكلي: لديه شبكة توفر الاكسجين على مدار الساعة (الزامية في العامة والتخصصية). و أيضا عدد كافي من الاسطوانات الاحتياطية وفق الاحتياج بحيث لا يحدث انقطاع. غير المطبق: شبكة عاطلة وعدد اسطوانات قليل جدا مقارنة بالاحتياج.					صالة العمليات مزوده بالأكسجين (مركزي وأيضا اسطوانات احتياطية)	V	4
الكلي: متوفرة ومطابقة للمواصفات. الجزئي: غير قابلة للتمحور.					طاولة العمليات متعددة الاستخدام قابلة للتمحور	V	5
الكلي: متوفرة ومطابقة للمواصفات. الجزئي: غير متحركة.					طاولة العمليات مزوده بعجلات قابلة للتحرك والتثبيت	V	6
					سطح طاولة العمليات قابله للنزع سهلة التنظيف	N	7
الكلي: خمس عيون تضيء جميعها وقوة الإضاءة مناسبة (8000 لوكس). الجزئي: اقل من ٨٠٠٠ لوكس. غير مطبق: اقل من ٥٠٠٠ لوكس. غير موجود: لمبات غير خاصة بالعمليات او قوتها اضعف مما ذكر او معطلة.					عدد عيون الإضاءة وقوتها الإجمالية كافيها (LOX8000)	V	8
الكلي: ثنائي يعمل. غير مطبق: متوفر لكن لا يعمل.					يوجد جهاز كي (ثنائي) لا يقل عن ٣٠٠ وات	V	9
غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن.					يوجد جهاز لمراقبة الوظائف الحيوية	V	10
غير مطبق: غير عامل او معطل او في المخزن.					يوجد جهاز التنبيب لكافة الفئات العمرية	V	11
غير مطبق: غير عامل او في المخزن.					يوجد تهوية يدوية (Ambu bag) لكافة الفئات العمرية	V	12
الكلي: تتوفر بعدد كافي وتعمل جميعها. الجزئي: عدد غير كافي. غير مطبق: تتوفر لكن اغلبها لا تعمل.					يوجد جهاز التغذية الوريدية Syringe and infusion pump	V	13



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: عام/تخصصي + وحدة تخصص جراحة قلب مفتوح ١٤٤٥-٢٠٢٤م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					يوجد جهاز شفط السوائل + اسطوانتين احتياطيتين	V	14
الكلي: متوفر وتعمل وباسطوانتين. الجزئي: متوفر تعمل بدون اسطوانتين احتياط. غير مطبق: لا تعمل.							
					يوجد نظام الشفط السالب (مركزي او داخلي) للهواء	V	15
الكلي: الشفط متوفر مركزيا ويعمل. الجزئي: الشفط عبر تكييف داخل العمليات وفقا للمواصفات المناسبة. غير مطبق: الشفط لا يعمل (المركزي او الداخلي).							
					يوجد جهاز مرشحات الهواء الداخل	E	16
الكلي: متوفر وعامل. غير مطبق: لا يعمل.							
					يوجد جهاز تكييف أو توماتيكي لحفظ درجة الحرارة ثابتة	E	17
الكلي: متوفر وعامل. غير مطبق: لا يعمل.							
					يوجد جهاز مقياس الرطوبة	E	18
الكلي: متوفر وعامل. غير مطبق: لا يعمل.							
					يوجد عربة مستلزمات طبية ستيل	N	19
غير مطبق: غير ستيل او متاكله بالصدأ.							
					توجد شاشة عرض أفلام أشعة	V	20
الكلي: متوفر وتعمل. غير مطبق: لا تعمل.							
					يوجد حافظات ادوات حادة بلاستيكية غير قابلة للتقب Sharp Container	N	21
					أرضية غرفة العمليات مغطاة بمادة الايبوكسي	V	22
					جدران غرفة العمليات مطلية بمادة الانتي ميكروب	V	23
					قسم العمليات يتوفر فيه:		
					يتوفر جهاز القلب والرئتين الصناعية ويعمل	V	24
					يوجد أطقم أدوات لجراحة القلب المفتوح كافية بحسب نطاق الخدمة	V	25
الكلي: متوفرة ومكتملة وبحسب نطاق الخدمة ونوعها (لا تقل عن ٥ اطقم ادوات صالحة للاستخدام ومعقمة للتخصص الواحد في المستشفى). الجزئي: غير متوفرة او غير مكتملة او لا تتوفر لبعض التخصصات.							
					يوجد جهاز قياس غازات الدم الشريانية ABG	V	26
					الإفاقة		
					يوجد غرفة إفاقة داخل قسم العمليات	V	27
					يوجد ٢ أسرة إفاقة كهربائية	V	28
					يوجد جهاز شفط السوائل	V	29
					يوجد جهاز ضغط والسماعة والترمومتر	V	30
					يوجد جهاز المراقبة القلبية (مونيتور) لكل سرير	V	31
					يوجد مصدر أكسجين مستمر (مركزي-أسطوانات)	V	32



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: عام/تخصصي + وحدة تخصص جراحة قلب مفتوح ١٤٤٥-٢٠٢٤م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					يتوفر كادر بالعدد المعياري في الإفاقة على مدار الساعة (ممرض لكل سرير وتنفسي على مدار الساعة)	V	33
					كادر الإفاقة مؤهل على رعاية حالات جراحة القلب المفتوح	V	34
					يوجد جدول مناوبات ل ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف المناوبين	E	35
الكلية: يتوفر مخزون كافي لـ اسبوع على الأقل داخل العمليات والإفاقة من جميع وسائل ومواد الحماية والتعقيم والعزل في العمليات والإفاقة بما يغطي احتياج العمل فيها. غير مطبق: المتوفر لا يغطي احتياج الاسبوع.					تتوفر القفازات والماسكات والصابون والمطهرات والمنظفات بشكل كافي	V	36
الكلية: جميع العاملين في العمليات والإفاقة يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة. الجزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة أثناء المرور أو الاختبار المباشر في العمليات والإفاقة)					تستخدم القفازات والماسكات والصابون والمطهرات والمنظفات بطريقة صحيحة	V	37
الكلية: جميع العاملين في العمليات والإفاقة يستخدمون المواد والمستلزمات وبطريقة صحيحة. الجزئي: بعض العاملين فقط يستخدمونها بصورة صحيحة. (عبر الملاحظة أثناء المرور أو الاختبار المباشر في العمليات والإفاقة)					تطبق إجراءات غسيل الأيدي والتطهير بالطرق الصحيحة في الأماكن المحددة.	V	38
					قسم العناية المركزة	*	
الكلية: توجد عناية مركزة بسعة سريرية تتناسب مع السعة السريرية للقسم والخدمات التي يقدمها. الجزئي: توجد عناية لكنها لا تتناسب مع السعة السريرية للقسم.					يوجد لدى المستشفى قسم عناية مركزة لحالات جراحة القلب المفتوح (مستقل عن باقي اسرة العناية لباقي الحالات والتخصصات في حال وجدت)	V	39
الكلية: يسهل نقل الحالات من وإلى العناية بالنقل أو السرير أو غيره. غير مطبق: يصعب وصول المريض إليها أو تكون متصلة بغيرها أو مفتوحة إلى غيرها من الوحدات كالعلاجات.					موقع العناية المركزة يسهل الوصول إليه وموضح بلوحات ارشادية.	E	40
الكلية: متوفرة للذكور والإناث ومزودة بالاندراج الكافية. الجزئي: غرفة واحدة متوفرة أو بالاندراج غير كافية.					يوجد غرفة لتغيير الملابس مزودة بدواليب لحفظ ملابس الكادر	N	41
					يوجد مخزن خاص بالمستلزمات الطبية والأثاث الخاص بالعناية	N	42
الكلية: مغسل لكل غرفة عزل ومغسل لكل ٣ اسرة في العناية المفتوحة.					يتوفر مغاسل لغسيل الأيدي	E	43
					أرضية العناية مغطاة بمادة الأيبوكسي أو الفينيل	V	44
					جدران العناية مطلي بمادة الاتني ميكروب	V	45
الكلية: متوفرة وتعمل. غير المطبق: متوفرة لكن لا تعمل.					يوجد أشعة متحركة في العناية	V	46



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: عام/تخصصي + وحدة تخصص جراحة قلب مفتوح ١٤٤٥-٢٠٢٤م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
الكلي: جميع الاسرة خاصة بالعناية المركزة. الجزئي: بعضها. غير مطبق: اغلبها اسرة عادية.					توفر أسرة عناية مركزة (ICU Beds) الكترونية ٥ حركات	V	47
					تتوفر حافظات لافلام الاشعة بجانب كل سرير	E	48
الكلي ٢ اسرة لكل ١٠ اسرة					يوجد سريرين عناية مركزة لكل عشر اسرة رقود	V	49
الكلي: يتوفر جهاز صناعي لكل سريرين وتعمل. الجزئي: يتوفر جهاز تنفس صناعي يعمل لأكثر من سريرين. غير مطبق: جهاز لأكثر من ٣ أسرة.					يوجد جهاز تنفس اصطناعي لكل سريرين عناية	V	50
الكلي: جهاز مراقبة يعمل لكل سرير بكامل الوظائف (نبض القلب، تخطيط القلب، تشبع الدم بالاكسجين، ضغط الدم، الحرارة). الجزئي: لا يتوفر لكل سرير جهاز مراقبة او تنق الاجهزة بعض الوظائف.					يوجد جهاز مراقبة العلامات الحيوية لكل سرير عناية كامل الوظائف	V	51
					يتوفر الشفط المركزي للسوائل في العناية	V	52
الكلي: يتوفر جهاز كهربائي يعمل في الوحدة باسطوانتين احتياطيتين. لكل ٥ اسرة الجزئي: جهاز كهربائي واحد يعمل وبغير اسطوانتين احتياطية.					يوجد جهاز شفط سوائل كهربائي لكل ٥ اسرة	V	53
الكلي: متوفرة ومرتبنة بحسب الصنف والقائمة متوفرة كاملة. الجزئي: تنقص بعض الأدوية أو غير مرتبنة. غير مطبق: اغلب الادوية غير متوفرة. غير موجود: العربية غير متوفرة.					تتوفر عربة إنعاش مزودة بالأدوية والمستلزمات وفقا للقائمة المرفقة.	V	54
					يتوفر جهاز الصدمة على عربة الانعاش	V	55
الكلي: يتوفر ويعمل وكامل الملحقات متوفرة وبحالة جيدة والاوراق متوفرة.					يوجد جهاز تخطيط قلب	V	56
الكلي: يوجد المكان والشاشة ومرتبطة بجميع اجهزة المراقبة للمرضى. الجزئي: يتوفر المكان ولكن غير مجهز او غير مرتبنة بجميع اجهزة المراقبة. غير مطبق: بعض المرضى لا يمكن مراقبتهم بشكل مباشر.					يوجد مكان للكادر المناوب يسمح بمراقبة كل الأسرة في نفس الوقت مزود بمكتب وكروسي وشاشة مراقبة مركزية (Central Station)	E	57
					يوجد دولا ب غير خشبي لحفظ الأدوية والمستلزمات	N	58
					توجد طاولة (ترولوي) غير خشبي متحركة للأدوية والمستلزمات الطبية	E	59
الكلي: تتوفر وتعمل وتطابق المواصفات. غير مطبق: تتوفر وتعمل لكن لا تطابق المواصفات.					توجد ثلاثة لحفظ الأدوية مع توفر مؤشر قياس التبريد لتطبيق نموذج التشبيك اليومي	V	60
					يوجد دولا ب لحفظ السجلات والنماذج الطبية	E	61
					يتوفر تلفون داخلي يرتبط بجميع الأقسام الحيوية	V	62
					القسم معالج صوتيا ويتوفر به الهدوء	E	63



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: عام/تخصصي + وحدة تخصص جراحة قلب مفتوح ١٤٤٥-٢٠٢٤م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
الكلي: يتوفر ويعمل ويتوافق مع ما يتطلبه رعاية المرضى. الجزئي: يتوفر ويعمل لكن لا يلبي الاحتياج المطلوب للرعاية بصورة جيدة. غير مطبق: يتوفر لكن لا يعمل.					يوجد مكيف هواء	E	64
الكلي: الشفط متوفر مركزيًا ويعمل. الجزئي: الشفط عبر تكييف داخل العناية وفقًا للمواصفات المناسبة. غير مطبق: الشفط لا يعمل (المركزي أو الداخلي).					يوجد شفط مركزي للهواء	E	65
الكلي: تتوفر لجميع الأسرة وتحقق السرير بين الأسرة. الجزئي: لا تتوفر لجميع الأسرة.					يوجد ستائر ثابتة أو متحركة لكل سرير	N	66
الكلي: تتوفر لجميع الأسرة. الجزئي: لا تتوفر لجميع الأسرة.					يوجد كمدينو غير خشبي جوار كل سرير	N	67
الكلي: تتوفر وتعمل عدد كافي لا يقل عن ٢ سيرنج لكل سرير وواحد انفوشين لكل سرير. الجزئي: المتوفر والعاملة أقل من العدد المطلوب. غير مطبق: عدد قليل منها يعمل بالنسبة لعدد الأسرة.					يوجد جهاز نقل السوائل (Infusion pump, syringe pump)	V	68
					يوجد جهاز قياس غازات الدم الشريانية ABG	V	69
الكلي: يتوفر الأكسجين على مدار الساعة عبر شبكة مركزية. أو عدد كافي من الأسطوانات وفق الاحتياج ولا يحدث انقطاع. غير موجود: لا توجد شبكة أو عدد كافي من الأسطوانات ويحدث انقطاع في توفر الأكسجين. أو شبكة عاطلة وعدد أسطوانات قليل جدا مقارنة بالاحتياج ينقطع توفير الأكسجين معظم الوقت.					توجد شبكة أكسجين مركزية أو أسطوانات كافية	V	70
					يوجد حافظات مخلفات بلاستيكية غير قابلة للثقب (Sharp container)	V	71
غير مطبق: غير عامل أو معطل أو في المخزن.					توفر جهاز التنبيب الرغامي (أطفال - كبار)	E	72
الكلي: متوفرة لجميع الفئات العمرية. الجزئي: متوفر بعض منها.					توفر أدوات الإسعاف التنفسي اليدوية Ambo Bag	V	73
غير مطبق: غير عامل أو معطل أو في المخزن.					يوجد جهاز قياس نسبة أكسجين الدم محمول	V	74
الكلي: إخصائي عناية وتخدير. الجزئي: إخصائي من تخصص آخر. غير مطبق: طبيب عام لديه خبرة أو تدريب في الرعاية الحرجة.					الطبيب المسئول على العناية المركزة أخصائي مؤهل بحسب المعيار النمطي	V	75
الكلي: جميع العاملين لديهم تأهيل أو خبرة في التعامل مع الحالات الحرجة. الجزئي: أكثر من ٨٠% لديهم التأهيل أو الخبرات.					يوجد طاقم مؤهل متخصص في العناية المركزة يجيد التعامل مع الحالات الحرجة عقب جراحة القلب المفتوح	V	76
					يتوفر العدد المعياري لرعاية حالات جراحة القلب على مدار الساعة (ممرض لكل سرير وتنفسية على مدار الساعة)	V	77
الكلي: أكثر من ٨٠% من العاملين يحملونها. غير مطبق: أقل من ٥٠% لديهم مزاولة مهنة.					يوجد شهادة مزاولة مهنة للكادر العامل في القسم	E	78
الكلي: أطباء مقيمين في مساق تخصصي يؤدون المناوبات على مدار الساعة. الجزئي: طبيب عام ممارس يؤدي المناوبات على مدار الساعة.					الأطباء متواجدون في العناية ٢٤ ساعة	V	79



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: عام/تخصصي + وحدة تخصص جراحة قلب مفتوح ١٤٤٥-٢٠٢٤م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
					يوجد جدول مناوبات ٢٤ ساعة مع أرقام هواتف المناوبين (للأطباء والتمريض والتنفسية)	E	80
					يوجد غرفة عزل خاصة بالأمراض المعدية	V	81
					يتوافر شخص مؤهل على تشغيل أجهزة التنفس الصناعي على مدار الساعة في العناية	V	82
					توجد وسائل إرشادية مكتوبة لمكافحة العدوى وسلامة المرضى	N	83
					تتوفر القفازات ورداء العناية والماسكات والصابون والمطهرات والمنظفات بشكل كافي	V	84
					تستخدم القفازات ورداء العناية والماسكات والصابون والمطهرات والمنظفات بطريقة صحيحة	V	85
					تطبق إجراءات غسيل الأيدي والتطهير بالطرق الصحيحة في الأماكن المحددة.	V	86
					وجود الخط الأحمر بداية المنطقة المعقمة	N	87
					يوجد عربة وكروسي لنقل المرضى داخل العناية	N	88
					يتم التقيد بمحدودية الزيارة واللباس المخصص للزائرين	E	89
					يتم استلام وتسليم عربة العلاجات الطارئة بين الشفتات مع التوقيع	V	90
					يتم تطبيق سياسة استلام الأوامر الشفوية للطبيب من قبل التمريض مع التوقيع	V	91
					يتوفر فرش هوائي على اسرة العناية	V	92
					يتم إعطاء العلاجات من قبل التمريض حسب التعليمات مع التوقيع	V	93



أداة تقييم المستشفيات الخاصة - فئة: عام/تخصصي + وحدة تخصص جراحة قلب مفتوح ١٤٤٥-٢٠٢٤م

ملاحظات	درجة التقييم				نص المعيار	رمز المعيار	م
	مطبق كلياً	مطبق جزئياً	غير مطبق	غير موجود			
التواريخ على الفراشات والقسطر المركزية وانايبب البول والمعدة وتوقيع التمريض.					يتم الالتزام بوضع مؤشرات السلامة (كتابة التواريخ على الانابيب والقسطر) لجميع المرضى في ملاحظات التمريض اليومية وسجلات العناية	V	94
					قسم المختبر	*	
					يوجد معمل أو وحدة البكتريولوجي (الأحياء الدقيقة)	V	95
					بنك الدم	*	
					يتوفر بنك الدم	V	96
					قسم الأشعة	*	
					وحدة الموجات الصوتية		
					يوجد جهاز الايكو و الدبلر عادي/ملون	V	97
					يتوفر جهاز الايكو عبر المرئ في المستشفى	V	98
					العيادات الخارجية	*	
					الأطباء العاملين في العيادات أخصائيين أو استشاريين في جراحة القلب المفتوح	V	99
أكثر من ٨٠% مطبق كلي. أقل من ٢٥% غير مطبق.					جميع العاملين بقسم جراحة القلب المفتوح حاصلون على تراخيص مزاوله المهنة.	V	100