



الجمهورية اليمنية
وزارة الصحة العامة والسكان
قطاع الطب العلاجي
الإدارة العامة للخدمات الطبية والمنشآت الخاصة

استمارة معايير تشغيل منشأة طبية خاصة

(مستشفى عام)

2021م

استمارة معايير تشغيل منشأة طبية خاصة (مستشفى عام)



الجمهورية اليمنية
وزارة الصحة العامة والسكان
قطاع الطب العلاجي
الخدمات الطبية والمنشآت الخاصة

المتوفر النمط

ملاحظات	لا يتوافق	يتوافق	المعايير التشغيلية للمستشفيات العامة ذات التخصصات الأساسية
			1 اسم المنشأة :
			2 المحافظة :
			3 المديرية :
			4 التخصصات :
			5 عدد الطوابق :
			6 عدد الغرف :
			7 اسم مالك المنشأة :
			8 رقم بطاقته الشخصية أو الجواز : تاريخ ومكان الاصدار :
			9 اسم المدير الفني : رقم تلفونه :
			10 مؤهله : تخصصه :
			11 رقم بطاقته الشخصية أو الجواز : تاريخ ومكان الاصدار :
			12 مزاولة المهنة : تاريخ ومكان الاصدار : تاريخ الانتهاء :
			V المعايير التي لا يمكن التجاوز عنها وفي حال عدم توفرها لا يمكن منح المنشأة الترخيص.
			E المعايير التي يمكن في حال عدم توفرها أن يتم منح المنشأة الترخيص بتعهد استكمالها.
			N المعايير التي يمكن في حال عدم توفرها التجاوز عنها ومنح المنشأة الترخيص.
توجد قائمة تفصيلية لبيانات التجهيزات الطبية المطلوبة لتشغيل المستشفى ملحقة. وهي جزء من هذه الأداة			

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

استمارة معايير تشغيل منشأة طبية خاصة
(مستشفى عام)



الجمهورية اليمنية
وزارة الصحة العامة والسكان
قطاع الطب العلاجي
الخدمات الطبية والمنشآت الخاصة

المتوفر النمط

ملاحظات	لا يتوافق	يتوافق	المعايير التشغيلية للمستشفيات العامة ذات التخصصات الأساسية		
			1 . الموقع		
			2 . المرافق العامة		
			3 . المبنى		
			4 . الأمن والسلامة		
			5 . قسم الطوارئ		
			6 . العيادات الخارجية		
			7 . قسم العمليات الجراحية		
			8 . قسم العناية المركزة		
			9 . الخدمات التشخيصية:		
			- المختبر		
			- الأشعة		
			10 . الصيدلية		
			11 . الخدمات المساعدة		
			12 . ثلاجة حفظ الموتى		

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

استمارة معايير تشغيل منشأة طبية خاصة (مستشفى عام)



الجمهورية اليمنية
وزارة الصحة العامة والسكان
قطاع الطب العلاجي
الخدمات الطبية والمنشآت الخاصة

المتوفر النمط

ملاحظات	لا يتوافق	يتوافق	المعايير التشغيلية للمستشفيات العامة ذات التخصصات الأساسية		
			السور:	1	V
			ان يكون بارتفاع كافي يمنع تسلق السور من الداخل والخارج لا يقل عن 2.5 متر من جميع الجوانب.		E
			البوابات:	2	V
			أن يكون لديه بوابة خاصة بالخدمات (التموين، الامداد، المياه، النفايات) وبوابة رئيسية أو اثنتان لخدمة الجمهور بحيث لا تعيق حركة كل منهما.		E
			مواقف السيارات:	3	V
تأنيث			موقف يتسع للمتريدين على المستشفى لا تقل سعته عن 30 سيارة على الاقل وأخرى تفي للموظفين في المستشفى - ولو في طابق أرضي أو مبنى مسلح.		E
			المتنزه:	4	N
تأنيث			مساحة تتناسب مع حجم المستشفى وتوفر الخصوصية للإناث والذكور وبها اشجار ومقاعد للمرضى واشعة شمس.		N
			غرفة المولدات:	5	V
تأنيث			تكون مبنية بمعايير نمطية لغرف المولدات وتوفر المساحة الكافية للمولدات القادرة على تشغيل المستشفى مع المولدات الاحتياطية ومساحة العمل وتكون في موقع لا يتسبب بالإزعاج والضوضاء للمرضى والعاملين والمجاورين.		E
تشغيل			الامدادات والشبكة الكهربائية سالكة وآمنة.		

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

استمارة معايير تشغيل منشأة طبية خاصة (مستشفى عام)



الجمهورية اليمنية
وزارة الصحة العامة والسكان
قطاع الطب العلاجي
الخدمات الطبية والمنشآت الخاصة

المتوفر النمط

ملاحظات	لا يتوافق	يتوافق	المعايير التشغيلية للمستشفيات العامة ذات التخصصات الأساسية	
			مصدر الكهرباء:	V
تشغيل			خط حكومي/تجاري مستمر	1
تشغيل			يتوفر مولدات كهربائية (أساسي، بديل، احتياطي): بقدرات توليد تتوافق مع القدرة التشغيلية اللازمة للمستشفى.	2
تشغيل			يتوفر مصدر طاقة بديلة: بقدرة توليد تتوافق مع القدرة التشغيلية اللازمة للمستشفى.	3
			تتوفر المولدات بقوة:	
1			Generator set (200) KVA 220/400	EG-1
0			Generator set (400) KVA 220/400	EG-2
0			Generator set (600) KVA 220/400	EG-3
			خزانات المياه والوقود:	6 V
تأنيث			خزان يتسع لإمداد المستشفى بالمياه لمدة لا تقل عن 7 أيام. وآخر للوقود يتسع لإمداد المستشفى لمدة لا تقل عن 7 أيام.	V
تشغيل			يتوفر مخزون للمياه والوقود تكفي للتشغيل الفترة المحددة ومصدر يضمن استمراره	

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

استمارة معايير تشغيل منشأة طبية خاصة (مستشفى عام)



الجمهورية اليمنية
وزارة الصحة العامة والسكان
قطاع الطب العلاجي
الخدمات الطبية والمنشآت الخاصة

المتوفر النمط

ملاحظات	لا يتوافق	يتوافق	المعايير التشغيلية للمستشفيات العامة ذات التخصصات الأساسية		
			مخازن المستشفى:	7	E
تأثير			السعة قادر على تخزين المواد التموينية والأدوية والمستلزمات بما يكفي لإمداد المستشفى مدة لا تقل عن شهر ويتوفر به بنية انشائية لنظام التهوية والتكييف - ولو طابق أرضي أو جزء من مبنى المستشفى بحيث لا تخزن فيه المواد الخطرة والقابلة للاشتعال.		E
			مستودع اسطوانات الأكسجين:	8	V
تأثير			غرفة تتسع لعدد الاسطوانات الكافية لامداد أقسام المستشفى بعيد عن المبنى.		V
تشغيل			تتوفر اسطوانات الأكسجين سعة 40 لتر وعددها () وسعة 10 لتر وعددها ()		
			موقع ثلاجة الموتى:	9	V
تأثير			يتوفر موقع بعيد عن حركة المرضى والمترددين يتسع لثلاجة سعة على الأقل 4 جثامين مع مساحة كافية للخدمات المتعلقة بها.		E
تشغيل			تتوفر ثلاجة للموتى تتسع للعدد اللازم من الجثث		
تشغيل			ثلاجة الموتى تعمل		
			التخلص النهائي من النفايات: (المساحة بحسب سعة المستشفى الاجمالية)	10	E
تأثير			يجب أن يحتوي على مكان يتسع لخزانات (لا تقل سعتها عن 00 م ²) محكمة الغلق لاستيعاب النفايات بأنواعها السائلة والصلبة ومساحة لمعالجة النفايات السائلة وفرن للحرق ومفرمة وأحواض للغسيل بمساحة اجمالية لا تقل عن 00 متر أو أي اسلوب معالجة حديث ومعتمد.		N
			تتوفر محرقة طبية بسعة مناسبة لسعة المستشفى		
1			Medical Incinerator size (100) kg	MI-1	

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

استمارة معايير تشغيل منشأة طبية خاصة (مستشفى عام)



الجمهورية اليمنية
وزارة الصحة العامة والسكان
قطاع الطب العلاجي
الخدمات الطبية والمنشآت الخاصة

المتوفر النمط

ملاحظات	لا يتوافق	يتوافق	المعايير التشغيلية للمستشفيات العامة ذات التخصصات الأساسية
			ثالثا: المبنى
			1 - المدخل الرئيسي
			2 - مخارج الطوارئ
			3 - السعة السريرية
			4 - الاضاءة
			5 - التهوية
			6 - الأرضيات
			7 - الممرات
			8 - الأبواب
			9 - السلالم
			10 - المصاعد
			11 - أماكن الاستقبال وصالات الانتظار
			12 - التصميم
			13 - مرافق الخدمات العامة (المصلى وروضة الأطفال)

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

استمارة معايير تشغيل منشأة طبية خاصة (مستشفى عام)



الجمهورية اليمنية
وزارة الصحة العامة والسكان
قطاع الطب العلاجي
الخدمات الطبية والمنشآت الخاصة

المتوفر النمط

ملاحظات	لا يتوافق	يتوافق	المعايير التشغيلية للمستشفيات العامة ذات التخصصات الأساسية		
			المدخل الرئيسي:	1	V
			أن يكون عرض المدخل الرئيسي للمنشأة 3 متر على الأقل وارتفاعه 3 متر.		E
			مخارج الطوارئ:	2	V
			تتوفر مخارج للطوارئ تسهل اخلاء العاملين والمرضى.		V
			السعة السريرية:	3	V
			لا تقل عن 50 سرير.		V
			التهوية:	4	V
			أن تتوفر نوافذ تسمح بمرور تيار الهواء في الغرف تتلائم مع الخدمات المقدمة فيها.		V
			الاضاءة:	5	V
			أن لا توجد أي اماكن بحاجة للاضاءة الكهربائية اثناء النهار.		V
			الأرضيات:	6	V
			مبلطة وأمنة لحركة المرضى لا تسبب الانزلاق ولا حفر فيها.		V
			الممرات:	7	V
			عرض الممرات الداخلية فيها لا يقل عن 2 متر ومناسبة لحركة المرضى بالأسرة والنقلات بأنواعها. ويتوفر في المنشأة ممرات لذوي الاحتياجات الخاصة.		E
			الأبواب:	8	V
			لا يقل عرض أبواب الغرف عن 1.5 متر . مانعة للتسرب وعازلة للضجيج.		E

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

استمارة معايير تشغيل منشأة طبية خاصة (مستشفى عام)



الجمهورية اليمنية
وزارة الصحة العامة والسكان
قطاع الطب العلاجي
الخدمات الطبية والمنشآت الخاصة

المتوفر النمط

ملاحظات	لا يتوافق	يتوافق	المعايير التشغيلية للمستشفيات العامة ذات التخصصات الأساسية		
			السلام:	9	V
			السلام توفر مساحة كافية للحركة وبعرض لا يقل عن 1.5 متر و محمية بحواجز متينة غير جارحة على طول السلام.		N
			المصاعد: (في حالة ان يكون المبنى أكثر من طابق)	10	V
			أن يتوفر في المنشأة المصاعد الخاصة بالعاملين والمتريدين. ومصاعد خاصة بالمرضى بمساحة تكفي لنقل المريض بالسرير والنقلات بأنواعها.		E
			أماكن الاستقبال وصلالات الانتظار:	11	V
			توافر أماكن استقبال وانتظار تتناسب مع حجم التردد على الخدمات بالمستشفى. وبمساحة مناسبة لمرافقي المرضى ومكان الذكور عن الإناث منفصلة.		E
			التصميم:	12	E
			يساعد تصميم المبنى على سهولة وانسياب حركة المرضى وسلامة وأمان حركة المترديين والعاملين. كما يوفر تصميم المبنى خصوصية للمريض بحيث تكون الأقسام الرئيسية منفصلة (الرقود والعيادات، والأقسام التشخيصية، والطوارئ، والعمليات). وتراعي خصوصيات الرجال عن النساء في دورات المياه والمغاسل وأماكن الانتظار وأماكن استقبال وحركة المرضى داخل المستشفى.		E
			مرافق الخدمات العامة (المطبخ والمصلى وروضة الأطفال):	13	E
			تتوفر مرافق الخدمات العامة بالمستشفى.		E

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

استمارة معايير تشغيل منشأة طبية خاصة (مستشفى عام)



الجمهورية اليمنية
وزارة الصحة العامة والسكان
قطاع الطب العلاجي
اع للخدمات الطبية والمنشآت الخاصة

المتوفر النمط

ملاحظات	لا يتوافق	يتوافق	المعايير التشغيلية للمستشفيات العامة ذات التخصصات الأساسية		
			رابعاً: الأمن والسلامة	V	
			1 - السلامة من الحرائق	V	
			2 - الصرف الصحي	V	
			3 - الإدارة	E	
			4 - خدمة الجمهور	V	
			<u>السلامة من الحرائق:</u>	1	V
			في حال توفر في المنشأة نظام مركزي لإطفاء الحرائق: أن تتوفر نقاط لخرطوم الإطفاء. ووحدة مركزية لنظام الإطفاء.		E
			<u>الصرف الصحي:</u>	2	V
			لدى المنشأة شبكة تصريف صحي سالكة وآمنة غير مكشوفة تربط جميع مرافق المستشفى بنظام تصريف لا تسبب طفح إلى الأقسام أو الى الخارج.		V
			<u>الإدارة</u>	3	E
			مكاتب الإدارة منعزلة أو مفصولة عن المرافق الخدمية للمستشفى بحيث لا تسبب اعاقا للحركة أو تقديم الخدمة أو ازعاج للمرضى والمترددین.		E
			<u>خدمة الجمهور:</u>	4	V
			الاستقبال والاستعلامات في مكان بارز وواضح.		V

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

استمارة معايير تشغيل منشأة طبية خاصة (مستشفى عام)



الجمهورية اليمنية
وزارة الصحة العامة والسكان
قطاع الطب العلاجي
الخدمات الطبية والمنشآت الخاصة

المتوفر النمط

ملاحظات	لا يتوافق	يتوافق	المعايير التشغيلية للمستشفيات العامة ذات التخصصات الأساسية	
			خامساً: قسم الطوارئ	
			1 - موقع الطوارئ	
			2 - مدخل الطوارئ	
			3 - مناطق/غرف/أقسام الطوارئ	
			موقع الطوارئ:	
			يسهل نقل المريض منه الى الأقسام التشخيصية وكذلك الى الأقسام العلاجية.	V
			متوسط بين أقسام المستشفى الحيوية الأخرى: يسهل الوصول منه الى العمليات العناية الوسائل التشخيصية والرقود.	V
			مدخل الطوارئ:	
			لا يقل عرض المدخل عن 3 متر وارتفاعه عن 3 متر.	V
			وأن يكون المدخل بمستوى أرضية القسم.	E
			يسهل الوصول لمدخل الطوارئ بجميع وسائل الإسعاف بحيث تصل سيارة الإسعاف الى المدخل بسهولة.	V
			ابواب غرف الطوارئ لا يقل عرضها عن 1.5م كحد أدنى.	V
			تتوفر لدى المستشفى سيارة إسعاف لنقل الحالات:	
2			Ambulance Bus or Car 4WD For Emergencies	AM-1
0			Ambulance Bus or Car 4WD For ICU	AM-2

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

استمارة معايير تشغيل منشأة طبية خاصة (مستشفى عام)



الجمهورية اليمنية
وزارة الصحة العامة والسكان
قطاع الطب العلاجي
الخدمات الطبية والمنشآت الخاصة

المتوفر النمط

ملاحظات	لا يتوافق	يتوافق	المعايير التشغيلية للمستشفيات العامة ذات التخصصات الأساسية		
			مناطق/غرف/أقسام الطوارئ:	3	
			أن يتوفر فيه مساحة كافية للمناطق التالية:	*	
			• منطقة الاستقبال (مكتب استقبال واستعلامات) لا تقل عن 2م4.	E	
			• صالة انتظار	E	
			• حمام ومرحاض خاص بالموظفين وآخر خاص بالمتريدين.	E	
			• منطقة الفرز والتصنيف لا تقل عن 2م16.	E	
			• منطقة الفحص والمعينة 2م12: أحواض غسل الأيدي في غرف المعينة.	V	
			• منطقة الانعاش لا تقل عن 2م12.	V	
			• منطقة للتضميد والمجارحة والجبس لا تقل عن 2م9.	E	
			• غرفة للطبيب المناوب لا تقل مساحتها عن 2م9.	E	
			• غرفة للمرضى والأدوية الإسعافية لا تقل مساحتها عن 2م9.	V	
			• منطقة الملاحظة:	*	V
			ملاحظة للرجال وأخرى للنساء لا تقل عن 3 أسرة لكل منهما كحد أدنى والمساحة المخصصة لكل سرير لا تقل عن 6م2.	E	
			يوجد أخصائي يشرف على عمل الطوارئ مؤهل ولديه خبرة ورخصة مزاولة مهنة سارية الصلاحية لديه عقد عمل يضمن تغطية العمل على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع	*	V
ترفق قائمة			الأطباء العاملون في الملاحظة والطوارئ مؤهلون ولديهم عقود عمل ورخص مزاولة مهنة وعددهم كاف لتغطية العمل على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع	*	V

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

استمارة معايير تشغيل منشأة طبية خاصة (مستشفى عام)



الجمهورية اليمنية
وزارة الصحة العامة والسكان
قطاع الطب العلاجي
الخدمات الطبية والمنشآت الخاصة

المتوفر النمط

ملاحظات	لا يتوافق	يتوافق	المعايير التشغيلية للمستشفيات العامة ذات التخصصات الأساسية		
			التمريض العاملون في الملاحظة والطوارئ مؤهلون ولديهم عقود عمل ورخص مزاولة مهنة و عددهم كاف لتغطية العمل على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع	*	V
SERIAL NUMBER	النمط	المتوفر	تتوفر في الطوارئ التجهيزات الأساسية لتشغيل الطوارئ حسب القائمة التالية:	EM	
			الطوارئ العامة		
6			Couch Examination, Fold. Headrest Mattress	ER-1	
1			Stretcher for patient removable top complete with side rails and I.v. stand	ER-2	
1			Emergency Cart. (Crash Cart with complete accessories)	ER-3	
6			Double Foot Steps	ER-4	
6			Stand Drip I.V. On Castors, Double Hook, Adjust. Height	ER-5	
6			Ward Screen 4 section with wheel chrome plated	ER-6	
1			Patient wheel chair.	ER-7	
1			Instrument Cabinet 2-doors St .St, glass	ER-8	
1			Dressing Trolley, 2 Shelves St.Steel	ER-9	
1			Instrument Trolley, St.St.Shelves	ER-10	
1			Medicine Trolley	ER-11	
1			Medicine Cabinet.	ER-12	
2			Suction"Pump, mobile	ER-13	
1			Defibrillator Biphasic	ER-14	
1			X-Ray H.F Generator Mobile .	ER-15	
2			Stethoscope	ER-16	
1			Sphygmomanometer	ER-17	
2			Digital Thermometer	ER-18	
1			Torch Pen Light For Examination, Spot Light	ER-19	
1			Hammer percussion as Bapnski	ER-20	
2			Resuscitation Set (Adult)	ER-21	
3			Examination lamp, Mobile on Castors,	ER-22	

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

استمارة معايير تشغيل منشأة طبية خاصة (مستشفى عام)



الجمهورية اليمنية
وزارة الصحة العامة والسكان
قطاع الطب العلاجي
اع للخدمات الطبية والمنشآت الخاصة

المتوفر النمط

ملاحظات	لا يتوافق	يتوافق	المعايير التشغيلية للمستشفيات العامة ذات التخصصات الأساسية	
1			X-Ray Viewer	ER-23
2			Oxygen Cylinder (40) lit	ER-24
2			Oxygen Cylinder (10) lit	ER-25
8			Regulator O2 with Flowmeter and Humidifier	ER-26
3			Bowl Washing st.st 350 Mm Dia X120 Mm Deep	ER-27
3			Bowl Lotion st.st 250 Mm Dia, 120 Mm Deep	ER-28
3			Bowl Lotion st.st 150 Mm Dia, 60 Mm Deep	ER-29
3			St. Less St. Single Bowl Stand St. St.Foldable Base Complete w. Bowl	ER-30
3			Tray Instrument With Lid st.st	ER-31
1			ECG Apparatus	ER-32
2			Nebulizer	ER-33
1			Diagnostic Set	ER-34
2			Dressing Set	ER-35
2			Plus Oximeter	ER-36
1			Bench Top Steam Sterilizer	ER-37
1			Oven	ER-38
2			Oxygen concentrator	ER-39
			خدمات الأنتعاش القلبي والرئوية	CPR
1			Hospital bed three section on castors	CPR-1
1			Bed Side Locker Heard Metal Steel with overbed table	CPR-2
1			ECG Apparatus	CPR-3
1			Lung Ventilator	CPR-4
1			Defibrillator Biphasic	CPR-5
1			Patient Monitor	CPR-6
2			Oxygen Cylinder (40) lit	CPR-7
2			Regulator O2 with Flowmeter and Humidifier	CPR-8
1			Stethoscope	CPR-9
1			Sphygmomanometer	CPR-10

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

استمارة معايير تشغيل منشأة طبية خاصة (مستشفى عام)



الجمهورية اليمنية
وزارة الصحة العامة والسكان
قطاع الطب العلاجي
اع للخدمات الطبية والمنشآت الخاصة

المتوفر النمط

ملاحظات	لا يتوافق	يتوافق	المعايير التشغيلية للمستشفيات العامة ذات التخصصات الأساسية	
1			Resuscitation Set (Infant)	CPR-11
1			Resuscitation Set (Child)	CPR-12
1			Resuscitation Set (Adult)	CPR-13
1			Nebulizer	CPR-14
1			Oxygen concentrator, fl owsplitter for newborn/child	CPR-15
			خدمات جراحة الطوارئ والعمليات الصغرى	
1			Operation Light (Mobile)	OT-1
1			Operating theater Table "Minor"	OT-2
2			Disinfecter Ultraviolet Lamp	OT-3
1			Suction"Pump, mobile	OT-4
1			Suction Pump, Portable	OT-5
1			Steam Autoclave table top with dryer (B - Class)	OT-6
2			Oxygen Cylinder (40) lit	OT-7
2			Oxygen Cylinder (10) lit	OT-8
6			Regulator O2 with Flowmeter and Humidifier	OT-9
2			Bowl Washing st.st 350 Mm Dia X120 Mm Deep	OT-10
2			Bowl Lotion st.st 250 Mm Dia, 120 Mm Deep	OT-11
2			Bowl Lotion st.st 150 Mm Dia, 60 Mm Deep	OT-12
1			St. Less St. Single Bowl Stand St. St.Foldable Base Complete w. Bowl	OT-13
1			Jar Dressing with Lid	OT-14
1			Tray Instrument With Lid st.st	OT-15
2			Waste Bin Paddle Action S/S with removable Basket	OT-16
1			Mayo Table Stainless Steel	OT-17
1			Anaesthetist (OT) Trolley With Drawer	OT-18
1			Stool Anaesthetist, Revolving Type, St.st	OT-19
1			Instrument Cabinet (OT) 2-doors St .St, glass	OT-20
1			Rack (40) Swab (OT) Tubular Steel	OT-21
1			Stand Sterilizing Drums double (OT) Paddle System On Castors	OT-22

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

استمارة معايير تشغيل منشأة طبية خاصة (مستشفى عام)



الجمهورية اليمنية
وزارة الصحة العامة والسكان
قطاع الطب العلاجي
الخدمات الطبية والمنشآت الخاصة

المتوفر النمط

ملاحظات	لا يتوافق	يتوافق	المعايير التشغيلية للمستشفيات العامة ذات التخصصات الأساسية		
			سادسا: العيادات الخارجية		
			تشمل ممارسة التخصصات الموجودة في المستشفى والمسموحة بموجب الترخيص (لا تقل في العام عن 4 عيادات تخصصية).	*	V
			موقع العيادات:		
			1 أن يكون موقعها: في الدور الأول وان يكون لها مدخل مستقل.	1	E
			2 وأن يكون موقعها مستقل عن باقي أقسام المستشفى الداخلية.	2	V
			3 موقعها يسهل للمريض الانتقال الى قسم الاشعة والمختبر والصيدلية.	3	E
			عددها ومساحتها ومرافقها:	*	
			1 يتناسب عددها مع التخصصات المطلوب الترخيص لها.	1	V
			2 لا يقل مساحتها عن 9م ² ولا يقل طول أي من اضلاعها عن 3 م (لعيادة الاطفال والباطنة، 12م ² لعيادات النساء والجراحة والعظام، و15م ² لعيادات الاسنان).	2	V
			3 ارتفاع سقف العيادات لا يقل عن 2.7 م صافي (2.5م في حالة السقف المعلقة).	3	V
			4 عرض ابواب غرف الكشف لا تقل عن 1.2م صافي.	4	V
			5 أن يتوفر مغسلة للأيدي في كل عيادة.	5	V
			6 عرض الممر بين العيادات يسمح بالحركة للمرضى والعاملين بدون اعاقه.	6	E
			7 بها صالة انتظار بمساحة تكفي لعدد كاف من كراسي الانتظار.	7	E
			8 أن يتوفر مساحة لمكتب استقبال واستعلامات لتنظيم عمل العيادات.	8	E
			9 أن يتوفر حمام ومرحاض لكل 3 عيادات كحد أدنى خاص بالمرتردين.	9	V

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

استمارة معايير تشغيل منشأة طبية خاصة (مستشفى عام)



الجمهورية اليمنية
وزارة الصحة العامة والسكان
قطاع الطب العلاجي
الخدمات الطبية والمنشآت الخاصة

المتوفر النمط

ملاحظات	لا يتوافق	يتوافق	المعايير التشغيلية للمستشفيات العامة ذات التخصصات الأساسية		
			هناك أخصائي مؤهل ولديه خبرة ورخصة مزاولة المهنة سارية الصلاحية لديه عقد عمل يضمن تغطية ساعات العمل في كل عيادة بحسب تخصصه	10	v
			الممرضون مؤهلون لديهم عقود عمل ورخص مزاولة مهنة وعددهم كاف لتغطية ساعات العمل	11	v
			تتوفر تأثيثات عيادة الباطنية وحسب القائمة التالية:		
1			Couch Examination, Fold. Headrest Mattress	OPD-1	
1			Double Foot Steps	OPD-2	
1			Examination Light	OPD-3	
1			Ward Screen 4 section with wheel chrome plated	OPD-4	
1			Stethoscope	OPD-5	
1			Sphygmomanometer	OPD-6	
1			X-Ray Viewer, Fluorescent box	OPD-7	
1			Scale, for adult With Height Meter	OPD-8	
1			Office Desk small with one side drawer,	OPD-9	
1			Office chair with armrest based stabile	OPD-10	
2			Plastic chairs with armrest	OPD-11	
1			Instrument Cabinet (OT) 2-doors St .St, glass	OPD-12	
1			Waiting Bench for Patient (3 persons)	OPD-13	
1			waste Bin Paddle Action S/S with removable Basket	OPD-14	
			عيادة اطفال		
1			Couch Examination, Fold. Headrest Mattress	OPD-1	
1			Double Foot Steps	OPD-2	
1			Ward Screen 4 section with wheel chrome plated	OPD-3	
1			Stethoscope	OPD-4	
1			Sphygmomanometer	OPD-5	
1			X-Ray Viewer, Fluorescent box	OPD-6	

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

استمارة معايير تشغيل منشأة طبية خاصة (مستشفى عام)



الجمهورية اليمنية
وزارة الصحة العامة والسكان
قطاع الطب العلاجي
الخدمات الطبية والمنشآت الخاصة

المتوفر النمط

ملاحظات	لا يتوافق	يتوافق	المعايير التشغيلية للمستشفيات العامة ذات التخصصات الأساسية	
1			Scale,for baby with measuring the length of the baby	OPD-7
1			Office Desk small with one side drawer,	OPD-8
1			Office chair with armrest based stabile	OPD-9
2			Plastic chairs with armrest	OPD-10
1			Instrument Cabinet (OT) 2-doors St .St, glass	OPD-11
1			Waiting Bench for Patient (3 persons)	OPD-12
1			waste Bin Paddle Action S/S with removable Basket	OPD-13
			غرفة الختانة	CIC
1			Circumcision instruments sets+sundries	ختانة-1
1			Waiting Bench for Patient (3 persons)	ختانة-2
1			Ward Screen 4 section with wheel chrome plated	ختانة-3
1			Office Desk small with one side drawer,	ختانة-4
1			Office chair with armrest based on five caster	ختانة-5
2			Plastic chairs with armrest	ختانة-6
1			waste Bin Paddle Action S/S with removable Basket	ختانة-7
1			Instrument Cabinet (OT) 2-doors St .St, glass	ختانة-8
			عيادة نساء وولادة	
1			Gynecological Examination Couch	OPD-1
1			Examination Light	OPD-2
1			Double Foot Steps	OPD-3
1			Ward Screen 4 section with wheel chrome plated	OPD-4
1			Stethoscope	OPD-5
1			Sphygmomanometer	OPD-6
1			Cardio tocograph (CTG)	OPD-7
1			fetal Doppler	OPD-8

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

استمارة معايير تشغيل منشأة طبية خاصة (مستشفى عام)



الجمهورية اليمنية
وزارة الصحة العامة والسكان
قطاع الطب العلاجي
الخدمات الطبية والمنشآت الخاصة

المتوفر النمط

ملاحظات	لا يتوافق	يتوافق	المعايير التشغيلية للمستشفيات العامة ذات التخصصات الأساسية	
1			Ultrasound System	OPD-9
1			Office Desk small with one side drawer,	OPD-10
1			Office chair with armrest based stabile	OPD-11
2			Plastic chairs with armrest	OPD-12
1			Waiting Bench for Patient (3 persons)	OPD-13
1			Instrument Cabinet (OT) 2-doors St .St, glass	OPD-14
1			waste Bin Paddle Action S/S with removable Basket	OPD-15
			عيادة جراحة عامة	
1			Couch Examination, Fold. Headrest Mattress	OPD-1
1			Double Foot Steps	OPD-2
1			Ward Screen 4 section with wheel chrome plated	OPD-3
1			Suction Unit / Pump	OPD-4
1			Cast Cutter	OPD-5
1			Dressing Trolley	OPD-6
1			X-Ray Viewer, Fluorescent box	OPD-7
1			Resuscitation Set (Adult)	OPD-8
1			Resuscitation Set (child)	OPD-9
1			Diagnostic Set	OPD-10
1			Stethoscope	OPD-11
1			Sphygmomanometer	OPD-12
1			Office Desk small with one side drawer,	OPD-13
1			Office chair with armrest based stabile	OPD-14
2			Plastic chairs with armrest	OPD-15
1			Instrument Cabinet (OT) 2-doors St .St, glass	OPD-16
1			waste Bin Paddle Action S/S with removable Basket	OPD-17
			عيادة الأسنان	DEN
1			Dental Unit with Air Compressor and accessories	DEN-1
1			Dental X-ray With Sonsor	DEN-2

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

استمارة معايير تشغيل منشأة طبية خاصة (مستشفى عام)



الجمهورية اليمنية
وزارة الصحة العامة والسكان
قطاع الطب العلاجي
الخدمات الطبية والمنشآت الخاصة

المتوفر النمط

ملاحظات	لا يتوافق	يتوافق	المعايير التشغيلية للمستشفيات العامة ذات التخصصات الأساسية	
1			X-Ray Viewer, Fluorescent box	DEN-3
1			Sealing Machine	DEN-4
1			Amalgam Mixer	DEN-5
1			Scaling Unit	DEN-6
1			light Cure	DEN-7
1			Bench Top Steam Sterilizing	DEN-8
2			Extraction Set	DEN-9
2			Restorative Set	DEN-10
1			Drying Oven.	DEN-11
1			Office Desk small with one side drawer,	DEN-12
1			Office chair with armrest based stabile	DEN-13
2			Plastic chairs with armrest	DEN-14
1			Instrument Cabinet (OT) 2-doors St .St, glass	DEN-15
1			Waiting Bench for Patient (3 persons)	DEN-16
1			waste Bin Paddle Action S/S with removable Basket	DEN-17
			عيادة عظام	
0			Examination Couch	عيادة- عظام1
0			Diagnostic Set	عيادة- عظام2
0			Suction Unit / Pump	عيادة- عظام3
0			Examination Light	عيادة- عظام4
0			X-Ray Viewer, Fluorescent box	عيادة- عظام5
0			Oxygen Cylinder (10) lit	عيادة- عظام6
0			Regulator O2 with Flowmeter and Humidifier	عيادة- عظام7
0			Hammer percussion as Bapnski	عيادة- عظام8
0			Sphygmomanometer	عيادة- عظام9
0			Stethoscope	عيادة- عظام10
0			Office Desk small with one side drawer,	عيادة- عظام11
0			Office chair with armrest based on five caster	عيادة- عظام12

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

استمارة معايير تشغيل منشأة طبية خاصة (مستشفى عام)



الجمهورية اليمنية
وزارة الصحة العامة والسكان
قطاع الطب العلاجي
الخدمات الطبية والمنشآت الخاصة

المتوفر النمط

ملاحظات	لا يتوافق	يتوافق	المعايير التشغيلية للمستشفيات العامة ذات التخصصات الأساسية	
0			Plastic chairs with armrest	13 مادة-عظام
0			Instrument Cabinet (OT) 2-doors St .St, glass	14 مادة-عظام
0			Waiting Bench for Patient (3 persons)	15 مادة-عظام
0			waste Bin Paddle Action S/S with removable Basket	16 مادة-عظام
			عيادة جلدية	
0			Examination Couch	1 عيادة-جلدية
0			Examination Light	2 عيادة-جلدية
0			Sphygmomanometer	3 عيادة-جلدية
0			Stethoscope	4 عيادة-جلدية
0			X-Ray Viewer, Fluorescent box	5 عيادة-جلدية
0			Ward Screen 4 section with wheel chrome plated	6 عيادة-جلدية
0			Diagnostic Set	7 عيادة-جلدية
0			Office Desk small with one side drawer,	8 عيادة-جلدية
0			Office chair with armrest based on five caster	9 عيادة-جلدية
0			Plastic chairs with armrest	10 مادة-جلدية
0			Instrument Cabinet (OT) 2-doors St .St, glass	11 مادة-جلدية
0			Waiting Bench for Patient (3 persons)	12 مادة-جلدية
0			Double Foot Steps	13 مادة-جلدية
0			waste Bin Paddle Action S/S with removable Basket	14 مادة-جلدية
			عيادة امراض القلب والاورع الدمية	
0			Examination Couch	1 عيادة-قلب
0			Examination Light	2 عيادة-قلب
0			ECG Machine	3 عيادة-قلب
0			Stress ECG with Holter	4 عيادة-قلب
0			Echo (Color Doppler)	5 عيادة-قلب
0			Sphygmomanometer	6 عيادة-قلب
0			Stethoscope	7 عيادة-قلب
0			X-Ray Viewer, Fluorescent box	8 عيادة-قلب

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

استمارة معايير تشغيل منشأة طبية خاصة (مستشفى عام)



الجمهورية اليمنية
وزارة الصحة العامة والسكان
قطاع الطب العلاجي
الخدمات الطبية والمنشآت الخاصة

المتوفر النمط

ملاحظات	لا يتوافق	يتوافق	المعايير التشغيلية للمستشفيات العامة ذات التخصصات الأساسية	
0			Ward Screen 4 section with wheel chrome plated	عيادة-قلب 9
0			Diagnostic Set	عيادة-قلب 10
0			Office Desk small with one side drawer,	عيادة-قلب 11
0			Office chair with armrest based on five caster	عيادة-قلب 12
0			Plastic chairs with armrest	عيادة-قلب 13
0			Instrument Cabinet (OT) 2-doors St .St, glass	عيادة-قلب 14
0			Waiting Bench for Patient (3 persons)	عيادة-قلب 15
0			waste Bin Paddle Action S/S with removable Basket	عيادة-قلب 16
			عيادة الأمراض النفسية	
0			Office Desk small with one side drawer,	عيادة-نفسية 1
0			Office chair with armrest based on five caster	عيادة-نفسية 2
0			Plastic chairs with armrest	عيادة-نفسية 3
0			Instrument Cabinet (OT) 2-doors St .St, glass	عيادة-نفسية 4
0			Waiting Bench for Patient (3 persons)	عيادة-نفسية 5
0			waste Bin Paddle Action S/S with removable Basket	عيادة-نفسية 6
			عيادة القدم السكري	
0			Couch Examination, Fold. Headrest Mattress	عيادة-قدم-سكري 1
0			Double Foot Steps	عيادة-قدم-سكري 2
0			Ward Screen 4 section with wheel chrome plated	عيادة-قدم-سكري 3
0			Stethoscope	عيادة-قدم-سكري 4
0			Sphygmomanometer	عيادة-قدم-سكري 5
0			Scale, for adult With Height Meter	عيادة-قدم-سكري 6
0			Office Desk small with one side drawer,	عيادة-قدم-سكري 7
0			Office chair with armrest based stabile	عيادة-قدم-سكري 8
0			Plastic chairs with armrest	عيادة-قدم-سكري 9
0			Instrument Cabinet (OT) 2-doors St .St, glass	عيادة-قدم-سكري 10
0			waste Bin Paddle Action S/S with removable Basket	عيادة-قدم-سكري 11

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

استمارة معايير تشغيل منشأة طبية خاصة (مستشفى عام)



الجمهورية اليمنية
وزارة الصحة العامة والسكان
قطاع الطب العلاجي
الخدمات الطبية والمنشآت الخاصة

المتوفر النمط

ملاحظات	لا يتوافق	يتوافق	المعايير التشغيلية للمستشفيات العامة ذات التخصصات الأساسية	
			العيادات الاستشارية	
			عيادة استشارية لأمراض الكلى	
0			Ultrasound (Color Doppler)	عيادة-كلى1
0			X-Ray Viewer, Fluorescent box	عيادة-كلى2
0			Couch Examination, Fold. Headrest Mattress	عيادة-كلى3
0			Double Foot Steps	عيادة-كلى4
0			Ward Screen 4 section with wheel chrome plated	عيادة-كلى5
0			Stethoscope	عيادة-كلى6
0			Sphygmomanometer	عيادة-كلى7
0			Scale, for adult With Height Meter	عيادة-كلى8
0			Office Desk small with one side drawer,	عيادة-كلى9
0			Office chair with armrest based stable	عيادة-كلى10
0			Plastic chairs with armrest	عيادة-كلى11
0			Instrument Cabinet (OT) 2-doors St .St, glass	عيادة-كلى12
0			waste Bin Paddle Action S/S with removable Basket	عيادة-كلى13
			عيادة استشارية لأمراض المخ والأعصاب	
0			Examination Couch	ة-مخ-وأعصاب1
0			EEG Machine	ة-مخ-وأعصاب2
0			EMG Machine	ة-مخ-وأعصاب3
0			Scale, for adult With Height Meter	ة-مخ-وأعصاب4
0			Examination Light	ة-مخ-وأعصاب5
0			Sphygmomanometer	ة-مخ-وأعصاب6
0			Stethoscope	ة-مخ-وأعصاب7
0			X-Ray Viewer, Fluorescent box	ة-مخ-وأعصاب8
0			Ward Screen 4 section with wheel chrome plated	ة-مخ-وأعصاب9
0			Diagnostic Set	مخ-وأعصاب10
0			Office Desk small with one side drawer,	مخ-وأعصاب11
0			Office chair with armrest based on five caster	مخ-وأعصاب12

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

استمارة معايير تشغيل منشأة طبية خاصة (مستشفى عام)



الجمهورية اليمنية
وزارة الصحة العامة والسكان
قطاع الطب العلاجي
إع للخدمات الطبية والمنشآت الخاصة

المتوفر النمط

ملاحظات	لا يتوافق	يتوافق	المعايير التشغيلية للمستشفيات العامة ذات التخصصات الأساسية	
0			Plastic chairs with armrest	مخ-وأعصاب 13
0			Instrument Cabinet (OT) 2-doors St .St, glass	مخ-وأعصاب 14
0			Waiting Bench for Patient (3 persons)	مخ-وأعصاب 15
0			Double Foot Steps	مخ-وأعصاب 16
0			waste Bin Paddle Action S/S with removable Basket	مخ-وأعصاب 17
			عيادة استشارية للفحص المبكر لسطان الثدي وعنق الرحم	
0			X-Ray Viewer, Fluorescent box	1-الفحص-المبكر
0			Couch Examination, Fold. Headrest Mattress	2-الفحص-المبكر
0			Double Foot Steps	3-الفحص-المبكر
0			Ward Screen 4 section with wheel chrome plated	4-الفحص-المبكر
0			Stethoscope	5-الفحص-المبكر
0			Sphygmomanometer	6-الفحص-المبكر
0			Scale, for adult With Height Meter	7-الفحص-المبكر
0			Office Desk small with one side drawer,	8-الفحص-المبكر
0			Office chair with armrest based stabile	9-الفحص-المبكر
0			Plastic chairs with armrest	10-الفحص-المبكر
0			Instrument Cabinet (OT) 2-doors St .St, glass	11-الفحص-المبكر
0			waste Bin Paddle Action S/S with removable Basket	12-الفحص-المبكر
			عيادة استشارية للعقم والمساعدة على الحمل	
0			X-Ray Viewer, Fluorescent box	1-استشارية-العقم
0			Couch Examination, Fold. Headrest Mattress	2-استشارية-العقم
0			Double Foot Steps	3-استشارية-العقم
0			Ward Screen 4 section with wheel chrome plated	4-استشارية-العقم
0			Stethoscope	5-استشارية-العقم
0			Sphygmomanometer	6-استشارية-العقم
0			Scale, for adult With Height Meter	7-استشارية-العقم
0			Office Desk small with one side drawer,	8-استشارية-العقم
0			Office chair with armrest based stabile	9-استشارية-العقم

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

استمارة معايير تشغيل منشأة طبية خاصة
(مستشفى عام)



الجمهورية اليمنية
وزارة الصحة العامة والسكان
قطاع الطب العلاجي
الخدمات الطبية والمنشآت الخاصة

المتوفر النمط

ملاحظات	لا يتوافق	يتوافق	المعايير التشغيلية للمستشفيات العامة ذات التخصصات الأساسية		
			سابعا: قسم العمليات الجراحية		
			يجب ان يضم المرافق الآتية:	*	
			1 - صالة العمليات	V	
			2 - حجرتا الغسيل والتعقيم	V	
			3 - حجرة لغسيل الايدي وارتداء الجبب	V	
			4 - حجرات الغيار والراحة	V	
			5 مخزن قسم العمليات	V	
			6 - وحدة انعاش وافاقة	V	
			7 - حجرة التخدير - ان وجدت فيجب ان تحتوي على سرير متحرك وملحقات أخرى.	N	
			هناك أخصائي يشرف على قسم العمليات والافاقة مؤهل ولديه خبرة ورخصة مزاوله المهنة سارية الصلاحية لديه عقد عمل يضمن تغطية العمل	*	V
			الجراحون العاملون مؤهلون وبحسب التخصصات المرخص للمستشفى تقديمها ولديهم رخص مزاوله مهنة وعقود عمل لتغطية العمل على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع	*	V
			الفنيون والتمريض العاملون في العمليات والافاقة مؤهلون ولديهم عقود عمل ورخص مزاوله مهنة وعددهم كاف لتغطية العمل على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع	*	V

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

استمارة معايير تشغيل منشأة طبية خاصة (مستشفى عام)



الجمهورية اليمنية
وزارة الصحة العامة والسكان
قطاع الطب العلاجي
الخدمات الطبية والمنشآت الخاصة

المتوفر النمط

ملاحظات	لا يتوافق	يتوافق	المعايير التشغيلية للمستشفيات العامة ذات التخصصات الأساسية		
			وأن تتوفر المواصفات الفنية المطلوبة لكل مما يأتي:	*	
			- الفتحات	1	V
تشغيل			- الأبواب	2	V
تشغيل			- البلاط والطلاء	3	V
تشغيل			- الكهرباء	4	V
			- شبكة مركزية لغازات التخدير	5	N
تشغيل			- المعالجة الصوتية	6	N
			الفتحات	1	
			غرف العمليات وغرف التعقيم ومرافق قسم العمليات بعد الخط الأحمر تكون مصممة ولا يسمح فيها بنوافذ أو قمریات أو فتحات تصريف مياه مجاري.		V
			الابواب	2	
			لا يقل عرضها عن 1.5م عند التشغيل.		V
			الطلاء والبلاط	3	
			ارضيات غرف العمليات مكسية بمادة الايبوكسي وبألوان فاتحة وكذلك جدرانها الى مستوى السقف.	3	V
			سقف غرف العمليات مطلي بطلاء مضاد للبكتيريا سهل التنظيف.		V
			الارضيات في باقي مرافق قسم العمليات مكسية بالايوكسي وجدرانها مطلية بطلاء مضاد للبكتيريا سهل التنظيف.		V

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

استمارة معايير تشغيل منشأة طبية خاصة (مستشفى عام)



الجمهورية اليمنية
وزارة الصحة العامة والسكان
قطاع الطب العلاجي
الخدمات الطبية والمنشآت الخاصة

المتوفر النمط

ملاحظات	لا يتوافق	يتوافق	المعايير التشغيلية للمستشفيات العامة ذات التخصصات الأساسية		
			الكهرباء	4	
تشغيل			المخارج الكهربائية عازلة مغطاة.	1	V
			امدادات الأوكسجين وغازات التخدير	5	
			تزود صالة العمليات بجهاز خاص بشفط غازات التخدير قرب مستوى أرضية الصالة.	1	N
			في حال وجود شبكة امدادات مركزية لغازات التخدير يجب ان تكون مصنوعة من مواسير نحاسية خاصة بالغازات (مواسير متقنة ومانعة للتسرب وقابلة للصيانة).	2	N
			ان تكون تغطية الامدادات المركزية لتلك الغازات قريبة من مكان استلام الاسطوانات.	3	N
تشغيل			ان تكون نهاية الامدادات في غرفة العمليات والتخدير مزودة بجهاز تحكم تلقائي.	4	N
			OXYGEN GENERATOR		
1			Oxygen generator () cylinder on 24 h		لد-أكسجين1
			المعالجة الصوتية	6	
			تصميم الحوائط الخارجية والداخلية للقسم ان تكون مزدوجة. وتحصر بينها فراغ هواء متصل او تملأ بمواد ماصة للصوت.	1	N
			استعمال مواد العزل الصوتي بالأسقف.	2	N
تشغيل			تزويد الراس السفلي لظف الابواب بقسم العمليات بشرائح من المطاط ترتفع ميكانيكيا مع مقبض الابواب عند الفتح.	3	V
تشغيل			توضع قطع من المطاط او الاسفنج كمصدات تثبت في حلق الابواب.	4	V
تشغيل			توضع مواد رغوية من المطاط او مربعات من الصوف الزجاجي اسفل مواد التغطية للأرضيات.	5	V

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

استمارة معايير تشغيل منشأة طبية خاصة (مستشفى عام)



الجمهورية اليمنية
وزارة الصحة العامة والسكان
قطاع الطب العلاجي
الخدمات الطبية والمنشآت الخاصة

المتوفر النمط

ملاحظات	لا يتوافق	يتوافق	المعايير التشغيلية للمستشفيات العامة ذات التخصصات الأساسية		
			حجرة لغسيل الايدي وارتداء الجيب	1	✓
			لها مدخل من حجرة التغيير والراحة ومخرج مباشر الى صالة العمليات.		✓
			بها متسع لحوضي غسيل لكل صالة عمليات او 3 أحواض لصالتي عمليات.		✓
تشغيل			تزود الاحواض بصنابير مياه يمكن ان تدار بالمرفق او القدم او تزود بخلايا كهروضوئية. ومزودة أيضا بحمالات مغناطيسية للصابون. او بخزانات للصابون السائل يمكن تفريغها بالمرفق او بالقدم.		✓
			حجرات الغيار والراحة	2	
			لها مدخل مستقل وتفتح الى غرفة غسيل الايدي.		✓
			حجرة للرجال وأخرى للنساء.		✓
			بها دورة مياه. بها مرحاض وحوض غسيل للأيدي. ودش للاغتسال.		✓
			مخزن قسم العمليات	3	
			داخل الخط الأحمر.		✓
			مساحته لا تقل عن 2م4.		✓
			صالة العمليات	4	
			صالة عمليات لكل 30 سرير كحد أدنى (عدا صالة عمليات الطوارئ التوليدية).		✓
			مساحتها لا تقل عن 33-36م2.		✓
			لا يقل المحور الطولي عن 6م.		✓
			ارتفاع صالة العمليات لا يقل عن 3.5م عند التشغيل.		✓
			يخصص جزء منها لاجهزة ومستلزمات التخدير. (في حالة عدم وجود غرفة تخدير مستقلة).		✓

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

استمارة معايير تشغيل منشأة طبية خاصة (مستشفى عام)



الجمهورية اليمنية
وزارة الصحة العامة والسكان
قطاع الطب العلاجي
الخدمات الطبية والمنشآت الخاصة

المتوفر النمط

ملاحظات		لا يتوافق	يتوافق	المعايير التشغيلية للمستشفيات العامة ذات التخصصات الأساسية	
Serial Number				تتوفر تجهيزات غرفة العمليات الكبرى التالية:	
1				Anesthesia Machine with Ventilator& monitor	عمليات-1
1				Operation Light (Ceiling)	عمليات-2
1				Operation Light (Mobile)	عمليات-3
1				Operating Theater Table "Major"	عمليات-4
0				Operating Theater Table "Orthopaedic"	عمليات-5
2				Disinfecter Ultraviolet Lamp	عمليات-6
1				Electro Surgical Unit,Generator High Frequency	عمليات-7
0				C-arm with two monitor	عمليات-8
0				Electrical POP Plaster Cutter	عمليات-9
1				Double Foot Steps	عمليات-10
1				Defibrillator Biphasic	عمليات-11
0				Electric Drill complete	عمليات-12
1				Suction"Pump, mobile	عمليات-13
1				Suction Pump, Portable	عمليات-14
1				Laryngoscope for adult & child	عمليات-15
1				X-Ray Viewer	عمليات-16
4				Oxygen Cylinder (40) lit	عمليات-17
2				Cylinder Nitrous Oxide, Bull Nose BOP-Valve 40 liters	عمليات-18
8				Regulator O2 with Flowmeter and Humidifier	عمليات-19
2				Bowl Washing st.st 350 Mm Dia X120 Mm Deep	عمليات-20
2				Bowl Lotion st.st 250 Mm Dia, 120 Mm Deep	عمليات-21
2				Bowl Lotion st.st 150 Mm Dia, 60 Mm Deep	عمليات-22
1				St. Less St. Single Bowl Stand St. St.Foldable Base Complete w. Bowl	عمليات-23
2				kick pucket	عمليات-24
1				Jar Dressing with Lid	عمليات-25
1				Tray Instrument With Lid st.st	عمليات-26

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

استمارة معايير تشغيل منشأة طبية خاصة (مستشفى عام)



الجمهورية اليمنية
وزارة الصحة العامة والسكان
قطاع الطب العلاجي
الخدمات الطبية والمنشآت الخاصة

المتوفر النمط

ملاحظات	لا يتوافق	يتوافق	المعايير التشغيلية للمستشفيات العامة ذات التخصصات الأساسية	
2			waste Bin Paddle Action S/S with removable Basket	عمليات-27
1			Mayo Table Stainless Steel	عمليات-28
1			Anesthetist (OT) Trolley With Drawer	عمليات-29
1			Stool Anesthetist, Revolving Type, St.st	عمليات-30
2			Surgeon Lockers	عمليات-31
1			Instrument Cabinet (OT) 2-doors St .St, glass	عمليات-32
1			D. D. A. Cupboard	عمليات-33
1			Dressing Trolley	عمليات-34
1			Instrument Trolley	عمليات-35
1			Medicine Cabinet.	عمليات-36
2			General Surgical set large	عمليات-37
2			minor inst. Large set	عمليات-38
2			Cut down set	عمليات-39
2			Large Dressing set	عمليات-40
2			Suture instruments and dressing set	عمليات-41
2			Dilation & curettage & biopsy set	عمليات-42
1			Plaster shear	عمليات-43
0			Orthopaedic surgical set	عمليات-44
2			Diagnostic set	عمليات-45
2			Tonsillectomy Set	عمليات-46
2			Puncture Set	عمليات-47
2			Abdominal set	عمليات-48
2			Appendectomy set	عمليات-49
1			Minilap (Sterilization) Set	عمليات-50
1			Resusitator, manual,adult, complete	عمليات-51
1			Stethoscope	عمليات-52
1			Sphygmomanometer	عمليات-53
1			Scale for Adult	عمليات-54

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

استمارة معايير تشغيل منشأة طبية خاصة (مستشفى عام)



الجمهورية اليمنية
وزارة الصحة العامة والسكان
قطاع الطب العلاجي
الخدمات الطبية والمنشآت الخاصة

المتوفر النمط

ملاحظات	لا يتوافق	يتوافق	المعايير التشغيلية للمستشفيات العامة ذات التخصصات الأساسية	
0			Gastroscope Complete System with Monitor (Diagnostic)	عمليات-55
0			E.N.T Rigid Indoscopy	عمليات-56
0			E.N.T Operative microscope	عمليات-57
0			Orthroscope Complete System	عمليات-58
0			E.N.T Surgical set	عمليات-59
1			Blood Gas Analyser	عمليات-60
Serial Number			تتوفر تجهيزات غرفة عمليات الطوارئ التوليدية (المخصصة للقيصرية) التالية:	
1			Anesthesia Machine with Ventilator& monitor	قيصرية-1
1			Operation Light (Ceiling)	قيصرية-2
1			Operation Light (Mobile)	قيصرية-3
1			Gyneacology (EMO) Operation Table	قيصرية-4
1			Electro Surgical Unit,Generator High Frequency	قيصرية-5
1			Double Foot Steps	قيصرية-6
1			Defibrillator Biphasic	قيصرية-7
2			Disinfecter Ultraviolet Lamp	قيصرية-8
1			Suction Pump, mobile	قيصرية-9
1			Suction Pump, Portable	قيصرية-10
1			Infant Vacuum Extractor	قيصرية-11
1			Infant Bassinet, Mobile.	قيصرية-12
1			Infant Warmer	قيصرية-13
2			kick pucket	قيصرية-14
1			Laryngoscope for adult & child	قيصرية-15
1			X-Ray Viewer	قيصرية-16
4			Oxygen Cylinder (40) lit	قيصرية-17
2			Cylinder Nitrous Oxide, Bull Nose BOP-Valve 40 liters	قيصرية-18
10			Regulator O2 with Flowmeter and Humidifier	قيصرية-19

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

استمارة معايير تشغيل منشأة طبية خاصة (مستشفى عام)



الجمهورية اليمنية
وزارة الصحة العامة والسكان
قطاع الطب العلاجي
الخدمات الطبية والمنشآت الخاصة

المتوفر النمط

ملاحظات	لا يتوافق	يتوافق	المعايير التشغيلية للمستشفيات العامة ذات التخصصات الأساسية	
2			Bowl Washing st.st 350 Mm Dia X120 Mm Deep	قيصرية-0
2			Bowl Lotion st.st 250 Mm Dia, 120 Mm Deep	قيصرية-1
2			Bowl Lotion st.st 150 Mm Dia, 60 Mm Deep	قيصرية-2
1			St. Less St. Single Bowl Stand St. St.Foldable Base Complete w. Bowl	قيصرية-3
1			Jar Dressing with Lid	قيصرية-4
1			Tray Instrument With Lid st.st	قيصرية-5
2			waste Bin Paddle Action S/S with removable Basket	قيصرية-6
1			Mayo Table Stainless Steel	قيصرية-7
1			Anaesthetist (OT) Trolley With Drawer	قيصرية-8
1			Stool Anaesthetist, Revolving Type, St.st	قيصرية-9
1			Surgeon Lockers	قيصرية-0
1			Instrument Cabinet (OT) 2-doors St .St, glass	قيصرية-1
1			D. D. A. Cupboard	قيصرية-2
1			Dressing Trolley	قيصرية-3
1			Instrument Trolley	قيصرية-4
1			Medicine Cabinet.	قيصرية-5
2			General Surgical set large	قيصرية-6
2			Cut down set	قيصرية-7
2			Large Dressing set	قيصرية-8
2			Suture instruments and dressing set	قيصرية-9
2			Puncture Set	قيصرية-0
2			Evacuation set	قيصرية-1
2			Minilap (Sterilization) Set	قيصرية-2
2			S.M.R (SUB-MUCOSA RESECTION) SET	قيصرية-3
2			Gyn. Examination Set	قيصرية-4
2			Vaginal Speculum Set	قيصرية-5
2			Caesarian surgical set	قيصرية-6
2			Circumcision instruments sets+sundries	قيصرية-7

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

استمارة معايير تشغيل منشأة طبية خاصة (مستشفى عام)



الجمهورية اليمنية
وزارة الصحة العامة والسكان
قطاع الطب العلاجي
الخدمات الطبية والمنشآت الخاصة

المتوفر النمط

ملاحظات	لا يتوافق	يتوافق	المعايير التشغيلية للمستشفيات العامة ذات التخصصات الأساسية	
1			Steam Autoclave Vertical Type (70-90lit)	تعقيم-مركزي 3
0			Ultrasonic Cleaner	تعقيم-مركزي 4
0			Transfer Cart	تعقيم-مركزي 5
1			Working Table stainless steel	تعقيم-مركزي 6
2			Square basket stainless steel	تعقيم-مركزي 7
1			Wash basin stainless steel	تعقيم-مركزي 8
1			Hot air sterilizer 40 lit. with timer	تعقيم-مركزي 9
4			Drum Sterilizing Instruments, Cylinder st.st.240 Dia X 160 Mm H.	تعقيم-مركزي 10
4			Drum Sterilizing Instruments, Cylinder st.st 340 Dia X 235 Mm H.	تعقيم-مركزي 11
4			Drum Sterilizing Instruments, Cylinder st.st 390 Dia X 280 Mm H.	تعقيم-مركزي 12
4			Bowl Lotion st.st 150 Mm Dia, 60 Mm Deep	تعقيم-مركزي 13
4			Bowl Lotion st.st 250 Mm Dia, 120 Mm Deep	تعقيم-مركزي 14
4			Bowl Washing st.st 350 Mm Dia X120 Mm Deep	تعقيم-مركزي 15
5			Tray (Receiver) Kidney W/O Lid st.st 200 Mm X 30mm	تعقيم-مركزي 16
5			Tray (Receiver) Kidney W/O Lid st.st 300 Mm X 55mm	تعقيم-مركزي 17
5			Tray Instrument Plastic (Autocl) 4 Comp. 200x150x52mm	تعقيم-مركزي 18
5			Tray Instrument Plastic (Autocl) 4 Comp. 305x225x52mm	تعقيم-مركزي 19
5			Tray Instrument With Lid st.st 310X196X63 Mm	تعقيم-مركزي 20
5			Tray Instrument With Lid st.st 225X125X50 Mm	تعقيم-مركزي 21
1			Cupboard metal Steel 2-Doors Storage 6-Shelves 45x67x210cm	تعقيم-مركزي 22

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

استمارة معايير تشغيل منشأة طبية خاصة (مستشفى عام)



الجمهورية اليمنية
وزارة الصحة العامة والسكان
قطاع الطب العلاجي
اع للخدمات الطبية والمنشآت الخاصة

المتوفر النمط

ملاحظات	لا يتوافق	يتوافق	المعايير التشغيلية للمستشفيات العامة ذات التخصصات الأساسية		
			تاسعا: قسم العناية المركزة		
			يحتوي على مساحة تتسع لعدد يوازي 20% كحد أدنى من اجمالي السعة السريرية للمستشفى المساحة لكل سرير لا تقل عن 6 م ² .	1	v
			تحتوي على مكان مخصص لحالات العزل في العناية بمساحة لا تقل عن 3*4م للسرير الواحد.	2	v
			تتوفر مساحة للمراقبة تمكن من ملاحظة جميع الأسرة لا تقل عن مساحة 4*3م.	3	v
			تتوفر مساحة عند مدخل العناية كافية لاستقبال الاسرة وانعاش الحالات الطارئة لا تقل عن 3*4م.	4	v
			تحتوي على حمامات للعاملين والمرضى.	5	v
			تحتوي على مخزن للأدوية والمستلزمات.	6	v
			تحتوي على غرفة للعاملين (3 غرف للأطباء والتمريض رجال ونساء).	7	v
			تحتوي على مغسل للأيدي وآخر لغسل الأدوات.	8	v
			غرفة واحدة خاصة بالرعاية التنفسية لا تقل مساحتها عن 4*4م حتى في حال تعددت أقسام العناية.	9	E
			هناك أخصائي يشرف على عمل العناية المركزة مؤهل ولديه خبرة ورخصة مزاوله المهنة سارية الصلاحية لديه عقد عمل يضمن تغطية العمل على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع	10	v
			الأطباء العاملون في العناية مؤهلون ولديهم عقود عمل ورخص مزاوله مهنة وعددهم كاف لتغطية العمل على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع	11	v
			التمريض العاملون في العناية مؤهلون ولديهم عقود عمل ورخص مزاوله مهنة وعددهم كاف لتغطية العمل على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع	12	v

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

استمارة معايير تشغيل منشأة طبية خاصة (مستشفى عام)



الجمهورية اليمنية
وزارة الصحة العامة والسكان
قطاع الطب العلاجي
الخدمات الطبية والمنشآت الخاصة

المتوفر النمط

ملاحظات	لا يتوافق	يتوافق	المعايير التشغيلية للمستشفيات العامة ذات التخصصات الأساسية		
			فنيو المعالجة التنفسية العاملون في العناية مؤهلون ولديهم عقود عمل ورخص مزاولة مهنة وعددهم كاف لتغطية العمل على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع	13	v
Serial Number			تتوفر تجهيزات العناية المركزة (سعة 10 أسرة) التالية:		
8			Lung Ventilator	1-عناية	
1			ECG Apparatus	2-عناية	
1			Defibrillator Biphasic	3-عناية	
10			Patient Monitor	4-عناية	
1			Central Monitor Station () Beds	5-عناية	
6			Nebulizer Ultrasonic	6-عناية	
18			Syringe Pump W/ holder	7-عناية	
24			Infusion Pump	8-عناية	
10			Pulse Oximeter (Finger Sensor)	9-عناية	
20			Oxygen Cylinder (40) lit	10-عناية	
8			Oxygen Cylinder (10) lit	11-عناية	
20			Regulator O2 with Flowmeter and Humidifier	12-عناية	
2			Stethoscope	13-عناية	
2			Sphygmomanometer	14-عناية	
4			Resuscitation Set (Adult)	15-عناية	
2			Laryngoscope for adult & child	16-عناية	
1			X-Ray Viewer, Fluorescent box, Table Top	17-عناية	
10			Electric I.C.U. Bed with Bed Side Locker & Over bed table and all other accessories	18-عناية	
6			Ward Screen 4 section with wheel chrome plated	19-عناية	
1			Medical Refrigerator.	20-عناية	
10			waste Bin Paddle Action S/S with removable Basket	21-عناية	
2			Instrument Cabinet (OT) 2-doors St .St, glass	22-عناية	
4			Medicine Trolley	23-عناية	

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

استمارة معايير تشغيل منشأة طبية خاصة (مستشفى عام)



الجمهورية اليمنية
وزارة الصحة العامة والسكان
قطاع الطب العلاجي
اع للخدمات الطبية والمنشآت الخاصة

المتوفر النمط

ملاحظات	لا يتوافق	يتوافق	المعايير التشغيلية للمستشفيات العامة ذات التخصصات الأساسية		
			عاشرا: قسم التوليد ورعاية المواليد (الحضانة)		
			قسم التوليد		
			موقعه: مستقل عن الاقسام الاخرى. وأن تتوفر فيه الغرف التالية:	*	√
			منطقة استقبال.	1	√
			غرفة الكشف الأولي لا تقل مساحتها عن 3*3م.	2	√
			غرفة الى غرفتين توليد لا تقل مساحة الغرفة عن 4*5م تتسع لسريري ولادة مع معداتها.	3	√
			غرفة الى غرفتين مخاض (قبل الولادة) لا يقل عدد الاسرة فيها عن 3 أسرة ولا تقل المساحة المخصصة للسريير الواحد عن 2م4.	4	√
			غرفة الى غرفتين ملاحظة ما بعد الولادة لا تقل المساحة لكل سريير عن 2م4 (3 أسرة كحد أدنى).	5	√
			غرفة مظلمة لحالات التسمم الحمل تكفي لـ 2 أسرة كحد اقصى: المساحة المخصصة لكل سريير 5م2.	6	√
			غرفة للمواليد تتسع لعدد لا يقل عن 3 اسرة مواليد.	7	√
			غرفة تحتوي على حاضنات ناقصي النمو (الخدج) للرعاية الحرجة للخدج تتسع لحاضنتين على الاقل.	8	√
			غرفة تعقيم خاصة - في حالة عدم وجود تعقيم مركزي -	9	√
			غرفة عزل للحالات المعدية	10	√
			غرفة استقبال وملاحظة الطبيب لا تقل مساحتها عن 12م2.	11	√
			غرفة تغيير ملابس للكادر.	12	√

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

استمارة معايير تشغيل منشأة طبية خاصة (مستشفى عام)



الجمهورية اليمنية
وزارة الصحة العامة والسكان
قطاع الطب العلاجي
إع للخدمات الطبية والمنشآت الخاصة

المتوفر النمط

ملاحظات	لا يتوافق	يتوافق	المعايير التشغيلية للمستشفيات العامة ذات التخصصات الأساسية	
			حمام ومغاسل للعاملين.	13 v
			مساحة لتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية بالقسم.	14 v
			جدران غرفة الولادة مطلية بطلاء مقاوم للبكتيريا.	15 v
			هناك أخصائي يشرف على عمل الطوارئ التوليدية مؤهل ولديه خبرة ورخصة مزاولة المهنة سارية الصلاحية لديه عقد عمل يضمن تغطية العمل على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع	16 v
			الأطباء العاملون في الطوارئ التوليدية مؤهلون ولديهم عقود عمل ورخص مزاولة مهنة وعددهم كاف لتغطية العمل على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع	17 v
			التمريض والقابلات العاملون في الطوارئ التوليدية مؤهلون ولديهم عقود عمل ورخص مزاولة مهنة وعددهم كاف لتغطية العمل على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع	18 v
			الطوارئ التوليدية والتوليدية الشاملة	Gyn
2			Gynecological Examination Couch	ط توليدية-1
0			Gynecological Labour Bed	ط توليدية-2
1			Delivery Table hydraulic	ط توليدية-3
3			Double Foot Steps	ط توليدية-4
3			Ward Screen 4 section with wheel chrome plated	ط توليدية-5
2			Gyn. Examination Set	ط توليدية-6
2			Vaginal Speculum Set	ط توليدية-7
2			Delivery set Normal + Forceps	ط توليدية-8
2			Delivery set	ط توليدية-9
1			Patient wheel chair.	ط توليدية-10
1			Instrument Cabinet 2-doors St .St, glass	ط توليدية-11
1			Emergency Cart. (Crash Cart with complete accessories)	ط توليدية-12

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

استمارة معايير تشغيل منشأة طبية خاصة (مستشفى عام)



الجمهورية اليمنية
وزارة الصحة العامة والسكان
قطاع الطب العلاجي
الخدمات الطبية والمنشآت الخاصة

المتوفر النمط

ملاحظات	لا يتوافق	يتوافق	المعايير التشغيلية للمستشفيات العامة ذات التخصصات الأساسية	
1			Defibrillator Biphasic	توليدية-13
1			Infant Bassinet, Mobile.	توليدية-14
1			Infant Warmer	توليدية-15
1			Dressing Trolley	توليدية-16
1			Instrument Trolley	توليدية-17
1			Medicine Cabinet.	توليدية-18
2			Suction"Pump	توليدية-19
2			Stethoscope	توليدية-20
1			Baby Stethoscope	توليدية-21
2			Sphygmomanometer	توليدية-22
1			Resuscitation Set (Infant)	توليدية-23
1			Resuscitation Set (Adult)	توليدية-24
2			Examination lamp, Mobile on Castors,	توليدية-25
2			Oxygen Cylinder (40) lit	توليدية-26
2			Oxygen Cylinder (10) lit	توليدية-27
6			Regulator O2 with Flowmeter and Humidifier	توليدية-28
2			Bowl Washing st.st 350 Mm Dia X120 Mm Deep	توليدية-29
2			Bowl Lotion st.st 250 Mm Dia, 120 Mm Deep	توليدية-30
2			Bowl Lotion st.st 150 Mm Dia, 60 Mm Deep	توليدية-31
2			St. Less St. Single Bowl Stand St. St.Foldable Base Complete w. Bowl	توليدية-32
2			Tray Instrument With Lid st.st	توليدية-33
1			Steam Autoclave table top with dryer (B - Class)	توليدية-34
1			Hot Air Oven	توليدية-35
1			Infant Vacuum Extractor	توليدية-36
1			Laryngoscope for adult & child	توليدية-37
1			Stretcher for patient removable top complete with side rails and I.v. stand	توليدية-38
1			ECG Apparatus	توليدية-39
1			Nebulizer	توليدية-40

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

استمارة معايير تشغيل منشأة طبية خاصة (مستشفى عام)



الجمهورية اليمنية
وزارة الصحة العامة والسكان
قطاع الطب العلاجي
الخدمات الطبية والمنشآت الخاصة

المتوفر النمط

ملاحظات	لا يتوافق	يتوافق	المعايير التشغيلية للمستشفيات العامة ذات التخصصات الأساسية	
2			Diagnostic Set	41-توليدية
2			Oxygen concentrator, flowsplitter for newborn/child	42-توليدية
1			Doppler Doppler	43-توليدية
1			Cardio tocograph (CTG)	44-توليدية
4			Stand Drip I.V. On Castors, Double Hook, Adjust. Height	45-توليدية
1			Infant warmer	46-توليدية
1			Baby scale	47-توليدية
1			Adult scale	48-توليدية
1			Ultrasound	49-توليدية
1			Pulse oximeter	50-توليدية
1			Digital Thermometer	51-توليدية
1			Midwife kit (unicef)	52-توليدية
1			Evacuation set	53-توليدية
1			Breast pump	54-توليدية
4			waste Bin Paddle Action S/S with removable Basket	55-توليدية
			قسم رعاية المواليد (الحاضنة)	* v
			غرفة تتسع لـ 3 حاضنات كحد أدنى (حضانة داخلية) لا تقل مساحتها عن 4*4م.	1 v
			غرفة تحتوي على حاضنات ناقصي النمو (الخدج) للرعاية الحرجة للخدج تتسع لحاضنتين على الأقل (داخلية) لا تقل مساحتها عن 4*4م.	2 v
			تتوفر مساحة لارضاع المواليد.	3 v
			غرفة تحضير الحليب لا تقل مساحتها عن 3*4م.	4 v
			غرفة استقبال وملاحظة الطبيب لا تقل مساحتها عن 12م2.	5 v
			غرفة تغيير ملابس للكادر.	6 v

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

استمارة معايير تشغيل منشأة طبية خاصة (مستشفى عام)



الجمهورية اليمنية
وزارة الصحة العامة والسكان
قطاع الطب العلاجي
إع للخدمات الطبية والمنشآت الخاصة

المتوفر النمط

ملاحظات	لا يتوافق	يتوافق	المعايير التشغيلية للمستشفيات العامة ذات التخصصات الأساسية		
			حمام ومغاسل للعاملين.	7	v
			مساحة لتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية بالقسم.	8	v
			مساحة إحصائية (مقابل مع خدج في حال وجدت عديم) يسرف على عمل الحضانة وعناية الخدج مومن وبنديه		
			خبرة ورخصة مزاولة المهنة سارية الصلاحية لديه عقد عمل يضمن تغطية العمل على مدار 24 ساعة 7 أيام	9	v
			الأطباء العاملون في الحضانة وعناية الخدج مؤهلون ولديهم عقود عمل ورخص مزاولة مهنة و عددهم كاف لتغطية العمل على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع	10	v
			التمريض العاملون في الحضانة وعناية الخدج مؤهلون ولديهم عقود عمل ورخص مزاولة مهنة و عددهم كاف لتغطية العمل على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع	11	v
			قسم حديثي الولادة (الحضانات) داخلي		
2			Nebulizer		حضانة-داخلية1
2			Syringe Pump W/ holder		حضانة-داخلية2
2			Infusion Pump		حضانة-داخلية3
2			Pulse Oximeter (Finger Sensor)		حضانة-داخلية4
2			Oxygen Cylinder (40) lit		حضانة-داخلية5
2			Regulator O2 with Flowmeter and Humidifier		حضانة-داخلية6
2			Stethoscope		حضانة-داخلية7
2			Sphygmomanometer		حضانة-داخلية8
2			Resuscitation Set (Infant)		حضانة-داخلية9
1			Laryngoscope for child		حضانة-داخلية10
2			waste Bin Paddle Action S/S with removable Basket		حضانة-داخلية11
1			Instrument Cabinet (OT) 2-doors St .St, glass		حضانة-داخلية12
1			Medicine Cabinet.		حضانة-داخلية13
2			Infant Incubator		حضانة-داخلية14
1			Lung Ventilator		حضانة-داخلية15

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

استمارة معايير تشغيل منشأة طبية خاصة (مستشفى عام)



الجمهورية اليمنية
وزارة الصحة العامة والسكان
قطاع الطب العلاجي
الخدمات الطبية والمنشآت الخاصة

المتوفر النمط

ملاحظات	لا يتوافق	يتوافق	المعايير التشغيلية للمستشفيات العامة ذات التخصصات الأساسية	
1			Infant Warmer	حضانة-داخلية16
1			Phototherapy	حضانة-داخلية17
2			Oxygen concentrator	حضانة-داخلية18
1			Milk suction automatic (for mother)	حضانة-داخلية19
1			Autoclave for breast feeding	حضانة-داخلية20
1			Bilirubin Meter	حضانة-داخلية21
1			Chairs with armrest for mother (wet nurses)	حضانة-داخلية22
1			waste Bin Paddle Action S/S with removable Basket	حضانة-داخلية23
			قسم حديثي الولادة (الحضانات) خارجي	
2			Nebulizer	حضانة-خارجية1
2			Syringe Pump W/ holder	حضانة-خارجية2
2			Infusion Pump	حضانة-خارجية3
2			Pulse Oximeter (Finger Sensor)	حضانة-خارجية4
2			Oxygen Cylinder (40) lit	حضانة-خارجية5
2			Regulator O2 with Flowmeter and Humidifier	حضانة-خارجية6
2			Stethoscope	حضانة-خارجية7
2			Sphygmomanometer	حضانة-خارجية8
2			Resuscitation Set (Infant)	حضانة-خارجية9
1			Laryngoscope for child	حضانة-خارجية10
2			waste Bin Paddle Action S/S with removable Basket	حضانة-خارجية11
1			Instrument Cabinet (OT) 2-doors St .St, glass	حضانة-خارجية12
1			Medicine Cabinet.	حضانة-خارجية13
2			Infant Incubator	حضانة-خارجية14
1			Lung Ventilator	حضانة-خارجية15
1			Infant Warmer	حضانة-خارجية16
1			Phototherapy	حضانة-خارجية17
2			Oxygen concentrator	حضانة-خارجية18
1			Milk suction automatic (for mother)	حضانة-خارجية19

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

استمارة معايير تشغيل منشأة طبية خاصة (مستشفى عام)



الجمهورية اليمنية
وزارة الصحة العامة والسكان
قطاع الطب العلاجي
الخدمات الطبية والمنشآت الخاصة

المتوفر النمط

ملاحظات	لا يتوافق	يتوافق	المعايير التشغيلية للمستشفيات العامة ذات التخصصات الأساسية	
1			Autoclave for breast feeding	ضمانة-خارجية20
1			Bilirubin Meter	ضمانة-خارجية21
1			Chairs with armrest for mother (wet nures)	ضمانة-خارجية22
1			waste Bin Paddle Action S/S with removable Basket	ضمانة-خارجية23
			عناية مركزة حديثي الولادة	
2			Lung Ventilator	ع مواليد-1
1			Defibrillator Biphasic	ع مواليد-2
4			Patient Monitor	ع مواليد-3
1			Central Monitor Station () Beds	ع مواليد-4
1			ECG Apparatus	ع مواليد-5
4			Nebulizer	ع مواليد-6
4			Syringe Pump W/ holder	ع مواليد-7
4			Infusion Pump	ع مواليد-8
4			Pulse Oximeter (Finger Sensor)	ع مواليد-9
4			Oxygen Cylinder (40) lit	ع مواليد-10
2			Oxygen Cylinder (10) lit	ع مواليد-11
10			Regulator O2 with Flowmeter and Humidifier	ع مواليد-12
4			Stethoscope	ع مواليد-13
2			Sphygmomanometer	ع مواليد-14
2			Resuscitation Set (Infant)	ع مواليد-15
1			Laryngoscope for child	ع مواليد-16
6			Waste Bin Paddle Action S/S with removable Basket	ع مواليد-17
1			Instrument Cabinet (OT) 2-doors St .St, glass	ع مواليد-18
1			Medicine Cabinet.	ع مواليد-19
4			Infant Incubator ICU	ع مواليد-20
2			Infant Warmer	ع مواليد-21
4			Phototherapy	ع مواليد-22
4			Oxygen concentrator	ع مواليد-23

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

استمارة معايير تشغيل منشأة طبية خاصة (مستشفى عام)



الجمهورية اليمنية
وزارة الصحة العامة والسكان
قطاع الطب العلاجي
الخدمات الطبية والمنشآت الخاصة

المتوفر النمط

ملاحظات	لا يتوافق	يتوافق	المعايير التشغيلية للمستشفيات العامة ذات التخصصات الأساسية	
1			Milk suction automatic (for mother)	ع مواليد-24
1			Autoclave for breast feeding	ع مواليد-25
1			Bilirubin Meter	ع مواليد-26
1			Chairs with armrest for mother (wet nures)	ع مواليد-27
2			Suction Machine	ع مواليد-28
1			Blood Gas Analyser	ع مواليد-29
1			Emergency Cart. (Crash Cart with complete accessories)	ع مواليد-30
			الاسعاف وطوارئ الاطفال	EMC
2			Couch Examination, Fold. Headrest Mattress	ط أطفال-1
1			Stretcher for patient removable top complete with side rails and I.v. stand	ط أطفال-2
1			Emergency Cart. (Crash Cart with complete accessories)	ط أطفال-3
3			Stand Drip I.V. On Castors, Double Hook, Adjust. Height	ط أطفال-4
2			Double Foot Steps	ط أطفال-5
2			Ward Screen 4 section with wheel chrome plated	ط أطفال-6
1			Patient wheel chair.	ط أطفال-7
1			Instrument Cabinet (OT) 2-doors St .St, glass	ط أطفال-8
1			Dressing Trolley, 2 Shelves St.Steel	ط أطفال-9
1			Instrument Trolley, St.St.Shelves	ط أطفال-10
1			Medicine Trolley	ط أطفال-11
1			Medicine Cabinet.	ط أطفال-12
1			Suction"Pump, mobile	ط أطفال-13
1			Defibrillator Biphasic	ط أطفال-14
1			Stethoscope	ط أطفال-15
1			Sphygmomanometer	ط أطفال-16
1			Digital Thermometer	ط أطفال-17
1			Torch Pen Light For Examination, Spot Light	ط أطفال-18

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

استمارة معايير تشغيل منشأة طبية خاصة (مستشفى عام)



الجمهورية اليمنية
وزارة الصحة العامة والسكان
قطاع الطب العلاجي
اع للخدمات الطبية والمنشآت الخاصة

المتوفر النمط

ملاحظات	لا يتوافق	يتوافق	المعايير التشغيلية للمستشفيات العامة ذات التخصصات الأساسية	
1			Hammer percussion as Bapnski	ط أطفال-19
1			Resuscitation Set (Infant)	ط أطفال-20
1			Resuscitation Set (Child)	ط أطفال-21
1			Examination lamp, Mobile on Castors,	ط أطفال-22
1			X-Ray Viewer	ط أطفال-23
2			Oxygen Cylinder 10 LIT.	ط أطفال-24
4			Regulator O2 with Flowmeter and Humidifier	ط أطفال-25
1			Bowl Washing st.st 350 Mm Dia X120 Mm Deep	ط أطفال-26
1			Bowl Lotion st.st 250 Mm Dia, 120 Mm Deep	ط أطفال-27
1			Bowl Lotion st.st 150 Mm Dia, 60 Mm Deep	ط أطفال-28
1			St. Less St. Single Bowl Stand St. St.Foldable Base Complete w. Bowl	ط أطفال-29
1			Tray Instrument With Lid st.st	ط أطفال-30
1			ECG Apparatus	ط أطفال-31
1			Nebulizer	ط أطفال-32
1			Diagnostic Set	ط أطفال-33
1			Oxygen concentrator	ط أطفال-34
2			Dressing Set	ط أطفال-35
1			Plus Oximeter	ط أطفال-36
1			Steam Autoclave 2 Trays, table top with dryer	ط أطفال-37
1			Oven	ط أطفال-38
			عناية مركزة اطفال	
0			Lung Ventillator	ع أطفال-1
0			ECG Apparatus	ع أطفال-2
0			Defibrillator Biphasic	ع أطفال-3
0			Patient Monitor	ع أطفال-4
0			Central Monitor Station () Beds	ع أطفال-5
0			Nebulizer Ultrasonic	ع أطفال-6
0			Syringe Pump W/ holder	ع أطفال-7

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

استمارة معايير تشغيل منشأة طبية خاصة (مستشفى عام)



الجمهورية اليمنية
وزارة الصحة العامة والسكان
قطاع الطب العلاجي
الخدمات الطبية والمنشآت الخاصة

المتوفر النمط

ملاحظات	لا يتوافق	يتوافق	المعايير التشغيلية للمستشفيات العامة ذات التخصصات الأساسية		
			احدى عشر: الخدمات التشخيصية:		
			المختبر وبنك الدم	*	
			موقعه مستقل عن الاقسام الداخلية.	1	√
			يسهل الوصول اليه من قسمي الاسعاف والرقود والعيادات.	2	√
			ان يكون فيه مختبر عام/تخصصي بالشروط الاتية:	*	√
			ان لا تقل مساحة الغرفة الواحدة منه عن 4*4م.	1	√
			تبطن جدران واسقف المختبر بطلاء ابيض مقاوم للبكتيريا يسهل تنظيفها.	2	√
			ارضية المختبر مبلطة ببلاط ابيض سهل تنظيفه مانع للانزلاق الفواصل بين البلاط لا تسمح بمرور السوائل فيها.	3	√
			يتوفر فيه حمام طوارئ ووسائل لغسل العين.	4	√
			التوصيلات الكهربائية مأمونة.	5	√
			تتوفر فيه وسائل السلامة من الحريق (مركزية).	6	√
			في حال وجود المناضد (البنشات) اثناء تقييم التأثيث يجب أن تكون أسطح المناضد البنشات من الرخام او الجرانيت او الاستيل غير مسامية لا تتسرب فيها السوائل مقاومة لتأثير المطهرات والاحماض والمواد الكيميائية الاخرى المستخدمة في المختبر.	*	√
			ان تكون الفراغات بين المناضد وتحتها سهلة التنظيف.	*	√
			يتوفر حمام ومرحاض للعاملين.	*	√
			تتوفر غرفة للمناوب في المختبر وبنك الدم.	*	√

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:



استمارة معايير تشغيل منشأة طبية خاصة
(مستشفى عام)

المتوفر النمط

ملاحظات	لا يتوافق	يتوافق	المعايير التشغيلية للمستشفيات العامة ذات التخصصات الأساسية		
			المختبر العام: (3 غرف، وصالة انتظار (لا تقل عن 3*3م)، وحمام ومرحاض للمتريدين).	*	v
			الغرفة الاولى غرفة الفحص (الأجهزة).	1	v
			الغرفة الثانية التحضير (لتحضير العينات).	2	v
			الغرفة الثالثة غرفة أخذ العينات (لا تقل عن 3*4م).	3	v
اختياري			المختبر التخصصي: (4 غرف، وصالة انتظار (لا تقل عن 3*3م)، وحمام ومرحاض للمتريدين).	*	v
			الغرفة الاولى للطبيب (مكتب وكربي وعلاقة ملابس).	1	v
			الغرفة الثانية غرفة الفحص (الأجهزة).	2	v
			الغرفة الثالثة التحضير (لتحضير العينات).	3	v
			الغرفة الرابعة غرفة أخذ العينات.	4	v
			ان يضم الى حرمه غرفة استقبال متبرعي الدم (مع غرفة لثلاجة خاصة ببنك الدم) مساحة الغرفة لا تقل عن 4*4م.	*	v
			هناك مخبري مؤهل (بك فأعلى) يشرف على عمل المختبر ولديه خبرة ورخصة مزاوله مهنة سارية الصلاحية لديه عقد عمل يضمن تغطية العمل على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع	5	v
			المخبريون العاملون في المختبر مؤهلون ولديهم رخص مزاوله مهنة سارية الصلاحية وعقود عمل تضمن تغطية العمل على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع	6	v
			تتوفر التجهيزات الأساسية في المختبر وبحسب القائمة التالية:	LAB	
2			Binocular Microscope	المختبر1	
0			Lab Incubator	المختبر2	
1			Drying Oven	المختبر3	

استمارة معايير تشغيل منشأة طبية خاصة (مستشفى عام)



الجمهورية اليمنية
وزارة الصحة العامة والسكان
قطاع الطب العلاجي
الخدمات الطبية والمنشآت الخاصة

المتوفر النمط

ملاحظات	لا يتوافق	يتوافق	المعايير التشغيلية للمستشفيات العامة ذات التخصصات الأساسية	
1			Water Bath	المختبر 4
1			Hot Plate	المختبر 5
1			Hemoglobin Meter	المختبر 6
1			Spectrophotometer	المختبر 7
1			PH Meter	المختبر 8
2			Lab. Centrifuge	المختبر 9
1			Hematocrit Centrifuge	المختبر 10
1			Shaker for Tubes	المختبر 11
1			Analytical Balance	المختبر 12
1			Water Distiller	المختبر 13
1			Differential Counter	المختبر 14
2			Test Tube Rack Set	المختبر 15
1			Gas Burner	المختبر 16
1			Flamme Photometer	المختبر 17
1			Bench Top Steam Sterilizer	المختبر 18
1			Pro thrombin unstirred Water Bath	المختبر 19
4			Laboratory Stool Swivel Adj.On Castors/Foot Rest	المختبر 20
1			Laboratory Medical Refrigerator 350 -400 lit	المختبر 21
2			Automated Micropipette, Fixed type (20, 50, 100, 1000 micr-lit.), 2 each	المختبر 22
2			Automated Micropipette, Variable type (100-1000, 20-200, 10-50, 2-20 micr-lit.), 2 each	المختبر 23
1			Glass Ware Complete Set (Delivered as WHO Standard)	المختبر 24
1			Blood Cell Counter manule.(Fuchs Rosenthal)	المختبر 25
1			Blood Cell Counter manule.(Improved Neubauer)	المختبر 26
1			Stop Watch (Digital)	المختبر 27
1			Timer, Interval Timing 60 Minutes.	المختبر 28
1			Donor Chair	المختبر 29
1			Deionizer	المختبر 30
1			Elisa Machine	المختبر 31

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:



استمارة معايير تشغيل منشأة طبية خاصة
(مستشفى عام)

المتوفر النمط

ملاحظات	لا يتوافق	يتوافق	المعايير التشغيلية للمستشفيات العامة ذات التخصصات الأساسية		
			الأشعة	*	
			موقعه: في ركن مستقل من المبنى ضمن حرم المنشأة وغير متصل بسكن أو أي عمل آخر.	1	✓
			يفضل ان يكون في الطابق الأرضي.	2	✓
			يسهل الوصول اليه من قسم الطوارئ، الرقود والعيادات باستخدام عربة واسرة نقل المرضى.	3	✓
			أن يتسع لمساحة كافية لجميع وحدات الخدمة المطلوب الترخيص لها فيه (تصوير أشعة سينية، تلفزيونية، مقطعية، بالرنين المغناطيسي)	4	✓
			تتوفر غرفة المناوب لا تقل مساحتها عن 2م6، ولا يقل طول احد من اضلاعها عن 2م.	5	✓
			تتوفر غرفتين للانتظار احدهما للرجال والآخرى للنساء مخرجها الى غرفة تغيير الملابس.	6	✓
			تتوفر غرفتين لتغيير الملابس مدخلهما من غرفة الانتظار ومخرجهما الى غرفة الاشعة.	7	✓
			وحدة الأشعة السينية	*	
			غرفة للتصوير بالأشعة السينية: لا تقل مساحتها عن 2م30. ولا يقل طول أي من اضلاعها عن 5م. وارتفاعها لا يقل عن 4م مالم فيتم طلاء سقف الغرفة بمادة الرصاص العازلة -الباريوم- (بحيث لا يقل ارتفاعها عن 3م). متصلة بغرفة تغيير الملابس وغرفة التحميص ان وجدت.	1	
			باب غرفة الأشعة لا يقل عن 1.5م ويتكون من صلفتين احدهما 0.9م والآخرى 0.6م.	2	
			غرفة للتحميص: المظلمة ان وجدت ابعادها 2*2.5م على الاقل.	3	
			غرفة تحكم مدعمة بها نافذة من زجاج مرصص (بمساحة لا تقل عن 50*50سم): لا تقل مساحة الغرفة عن 2م6. ولا يقل طول أي من اضلاعها عن 2م. معزولة بحائل مبطن بالرصاص عن غرفة الاشعة.	4	
			غرفة لفرز الافلام	5	

استمارة معايير تشغيل منشأة طبية خاصة (مستشفى عام)



الجمهورية اليمنية
وزارة الصحة العامة والسكان
قطاع الطب العلاجي
الخدمات الطبية والمنشآت الخاصة

المتوفر النمط

ملاحظات	لا يتوافق	يتوافق	المعايير التشغيلية للمستشفيات العامة ذات التخصصات الأساسية		
			مكتب استقبال	6	
			حمام ومرحاض للعاملين	7	
			يوجد فني أشعة مؤهل يشرف على عمل الأشعة ولديه خبرة ورخصة مزاولة مهنة سارية الصلاحية لديه عقد عمل يضمن تغطية العمل على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع		
			فنيو الأشعة العاملون في القسم مؤهلون ولديهم رخص مزاولة مهنة سارية الصلاحية وعقود عمل تضمن تغطية العمل على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع		
			وحدة الأشعة المقطعية	*	
			غرفة للتصوير بالأشعة المقطعية: لا تقل مساحتها عن 30م ² . ولا يقل طول أي من اضلاعها عن 5م. وارتفاعها لا يقل عن 4م مالم فيتم طلاء سقف الغرفة بمادة الرصاص العازلة -الباريوم- (بحيث لا يقل ارتفاعها عن 3م). متصلة بغرفة تغيير الملابس وغرفة التحميص ان وجدت.	1	
			باب غرفة الأشعة لا يقل عن 1.5م ويتكون من صلفتين احدهما 0.9م والاخرى 0.6م	2	
			غرفة تحكم مدعمة بها نافذة من زجاج مرصص (بمساحة لا تقل عن 1*1.5م): لا تقل مساحة الغرفة عن 6م ² . ولا يقل طول أي من اضلاعها عن 2م. معزولة بحائل مبطن بالرصاص عن غرفة الاشعة.	3	
			غرفة خازن الكهرباء (UPS): لا تقل مساحتها عن 6م ² .	4	
			غرفة كتابة التقارير	5	
			مكتب استقبال	6	
			حمام ومرحاض للعاملين	7	

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:



استمارة معايير تشغيل منشأة طبية خاصة
(مستشفى عام)

المتوفر النمط

ملاحظات	لا يتوافق	يتوافق	المعايير التشغيلية للمستشفيات العامة ذات التخصصات الأساسية
			هناك أخصائي أشعة مؤهل يشرف على عمل الأشعة المقطعية ولديه خبرة ورخصة مزاولة مهنة سارية الصلاحية لديه عقد عمل يضمن تغطية العمل على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع
اختياري			وحدة التصوير للثدي بالأشعة (ماموجراف): غرفة للتصوير بالأشعة لا تقل مساحتها عن 2*3م.
اختياري			وحدة تشخيص هشاشة العظام (ديكسا): غرفة للتصوير لا تقل مساحتها عن 3*3م.
اختياري			وحدة الرنين المغناطيسي: موقعها بعيدا (بما لا يقل عن 2م) عن أي مصنوعات معدنية او حديدية كمواقف السيارات او اسطوانات الاكسجين والحريق. غرفة التصوير لا تقل مساحتها عن 2*3م.
			باب غرفة الرنين لا يقل عن 1.5م ويتكون من صلفتين احدهما 0.9م والاخرى 0.6م
			غرفة تحكم مدعمة بها نافذة من زجاج مخلوط بالنحاس (بمساحة لا تقل عن 1*1.5م): لا تقل مساحة الغرفة عن 6م2. ولا يقل طول أي من اضلاعها عن 2م.
			غرفة خازن الكهرباء (UPS): لا تقل مساحتها عن 6م2.
			غرفة كتابة التقارير
			مكتب استقبال
			حمام ومرحاض للعاملين

استمارة معايير تشغيل منشأة طبية خاصة (مستشفى عام)



الجمهورية اليمنية
وزارة الصحة العامة والسكان
قطاع الطب العلاجي
اع للخدمات الطبية والمنشآت الخاصة

المتوفر النمط

المعايير التشغيلية للمستشفيات العامة ذات التخصصات الأساسية			ملاحظات
يتوافق	لا يتوافق	ملاحظات	
		اثني عشر: الصيدلية	
		1 داخل المبنى ليس لها أي اتصال بخارج المستشفى.	
		2 موقع مناسب يسهل على المريض في الاسعاف والعيادات الخارجية الحصول على الدواء منها.	
		3 لا تقل مساحتها عن 24م ² .	
		4 ان تكون ارضيتها مبلطة ببلاط سهل التنظيف مانع للانزلاق.	
		5 ان تكون اضائتها كافية.	
		6 مزودة بوسائل التكييف في المناطق الحارة.	
		هناك صيدلي مؤهل يشرف على عمل الصيدلية ولديه خبرة ورخصة مزاوله مهنة سارية الصلاحية وعقد عمل يضمن تغطية العمل	
		الصيدلية	
12		Stand Shelves for pharmacy	صيدلية1
2		Medical Refrigerator 400 lit	صيدلية2
2		Office Desk with Chair	صيدلية3

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

استمارة معايير تشغيل منشأة طبية خاصة (مستشفى عام)



الجمهورية اليمنية
وزارة الصحة العامة والسكان
قطاع الطب العلاجي
الخدمات الطبية والمنشآت الخاصة

المتوفر النمط

ملاحظات	لا يتوافق	يتوافق	المعايير التشغيلية للمستشفيات العامة ذات التخصصات الأساسية	
			ثلاثة عشر: الرقود	
			* السعة السريرية لا تقل عن 30 سرير.	
			* غرف النساء منفصلة عن غرف الرجال.	
			1 غرف الدرجة الأولى: سرير لا تقل عن 12م2. درجة أولى	
			2 غرف الدرجة الثانية: سريرين لا تقل عن 12م2. درجة ثانية	
			3 غرف الدرجة الثالثة: أكثر من سريرين المساحة المخصصة للمريض لا تقل عن 6م2 لكل مريض.	
			* اقل عرض في غرف المرضى لا يقل عن 3.5م.	
			* عرض الممرات لا يقل عن 2م يسهل فيه حركة السرير الواحد.	
			* عرض الباب في غرف الرقود لا يقل عن 1.5م.	
			* الا تقل مساحة الجناح الواحد بغرفتين منفصلتين عن 20م2.	
			* الجدران مطلية بطلاء ابيض سهل التنظيف.	
			* الارضية مبلطة ببلاط سهل التنظيف.	
			* التهوية والانارة الطبيعية كافية.	
			* غرفة الرقود مزودة بوسائل تكييف (مركزي) بحسب مناخ المنطقة.	
			1 تتوفر حمام ومغسل داخل كل غرفة خاصة.	
			2 يتوفر حمام ومغسل للغرف المشتركة (حمام لكل 5 أسرة).	
			* عرض ابواب الحمامات لا يقل عن 1م.	
			* في حرمه ما يأتي:	
			1 غرف الطبيب المناوب بجانب اقسام الرقود وفيها حمام ومرحاض.	

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

استمارة معايير تشغيل منشأة طبية خاصة (مستشفى عام)



الجمهورية اليمنية
وزارة الصحة العامة والسكان
قطاع الطب العلاجي
الخدمات الطبية والمنشآت الخاصة

المتوفر النمط

ملاحظات	لا يتوافق	يتوافق	المعايير التشغيلية للمستشفيات العامة ذات التخصصات الأساسية	
			غرفة التمريض يفضل ان تتوسط قسم الرقود متصلة بجرس الاستدعاء.	2
			صالة جلوس في كل دور تتسع لعدد من الكراسي.	3
			غرفة عزل واحدة على الاقل للحالات المعدية ولها حمام ومرحاض خاص بها.	4
			الابواب والنوافذ عازلة للضجيج وممانعة للتسرب.	5
			التمريض العاملون في القسم مؤهلون ولديهم رخص مزاولة مهنة سارية الصلاحية و عقود عمل تضمن تغطية العمل على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع	6
			رقود عام	
24			Hospital bed three section on castors	رقود-عام1
24			Bed Side Locker Heard Metal Steel with overbed table	رقود-عام2
4			Suction Pump, Portable	رقود-عام3
4			Stethoscope	رقود-عام4
4			Sphygmomanometer	رقود-عام5
48			Blanket Mixed fibers, Washable Adult Brown .	رقود-عام6
48			Pillow Cases Dark Green	رقود-عام7
48			Pillow Foam With Plastic Cover	رقود-عام8
48			Sheet Draw Dark Green	رقود-عام9
48			Sheet Plastic Clear Pvc Boilable	رقود-عام10
8			waste Bin Paddle Action S/S with removable Basket	رقود-عام11
			رقود باطنية	
0			Hospital bed three section on castors	رقود-باطنة1
0			Bed Side Locker Heard Metal Steel with overbed table	رقود-باطنة2
0			Suction Pump, Portable	رقود-باطنة3
0			Stethoscope	رقود-باطنة4
0			Sphygmomanometer	رقود-باطنة5
0			Blanket Mixed fibers, Washable Adult Brown .	رقود-باطنة6

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

استمارة معايير تشغيل منشأة طبية خاصة (مستشفى عام)



الجمهورية اليمنية
وزارة الصحة العامة والسكان
قطاع الطب العلاجي
إع للخدمات الطبية والمنشآت الخاصة

المتوفر النمط

ملاحظات	لا يتوافق	يتوافق	المعايير التشغيلية للمستشفيات العامة ذات التخصصات الأساسية	
0			Pillow Cases Dark Green	رقود-باطنة7
0			Pillow Foam With Plastic Cover	رقود-باطنة8
0			Sheet Draw Dark Green	رقود-باطنة9
0			Sheet Plastic Clear Pvc Boilable	رقود-باطنة10
0			waste Bin Paddle Action S/S with removable Basket	رقود-باطنة11
			رقود جراحة	
0			Hospital bed three section on castors	رقود-جراحة1
0			Bed Side Locker Heard Metal Steel with overbed table	رقود-جراحة2
0			Suction Pump, Portable	رقود-جراحة3
0			Stethoscope	رقود-جراحة4
0			Sphygmomanometer	رقود-جراحة5
0			Blanket Mixed fibers, Washable Adult Brown .	رقود-جراحة6
0			Pillow Cases Dark Green	رقود-جراحة7
0			Pillow Foam With Plastic Cover	رقود-جراحة8
0			Sheet Draw Dark Green	رقود-جراحة9
0			Sheet Plastic Clear Pvc Boilable	رقود-جراحة10
0			waste Bin Paddle Action S/S with removable Basket	رقود-جراحة11
			رقود نساء	
0			Hospital bed three section on castors	رقود-نساء1
0			Bed Side Locker Heard Metal Steel with overbed table	رقود-نساء2
0			Suction Pump, Portable	رقود-نساء3
0			Stethoscope	رقود-نساء4
0			Sphygmomanometer	رقود-نساء5
0			Blanket Mixed fibers, Washable Adult Brown .	رقود-نساء6
0			Pillow Cases Dark Green	رقود-نساء7
0			Pillow Foam With Plastic Cover	رقود-نساء8
0			Sheet Draw Dark Green	رقود-نساء9
0			Sheet Plastic Clear Pvc Boilable	رقود-نساء10

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

استمارة معايير تشغيل منشأة طبية خاصة (مستشفى عام)



الجمهورية اليمنية
وزارة الصحة العامة والسكان
قطاع الطب العلاجي
الخدمات الطبية والمنشآت الخاصة

المتوفر النمط

ملاحظات	لا يتوافق	يتوافق	المعايير التشغيلية للمستشفيات العامة ذات التخصصات الأساسية	
0			waste Bin Paddle Action S/S with removable Basket	قود-تساءه 11
			رقود أطفال	
0			Hospital bed three section on castors	قود-أطفال 1
0			Bed Side Locker Heard Metal Steel with overbed table	قود-أطفال 2
0			Suction Pump, Portable	قود-أطفال 3
0			Stethoscope	قود-أطفال 4
0			Sphygmomanometer	قود-أطفال 5
0			Blanket Mixed fibers, Washable Adult Brown .	قود-أطفال 6
0			Pillow Cases Dark Green	قود-أطفال 7
0			Pillow Foam With Plastic Cover	قود-أطفال 8
0			Sheet Draw Dark Green	قود-أطفال 9
0			Sheet Plastic Clear Pvc Boilable	قود-أطفال 10
0			waste Bin Paddle Action S/S with removable Basket	قود-أطفال 11
			رقود عظام	
0			Hospital bed three section on castors FOR Orthopaedic	رقود-عظام 1
0			Bed Side Locker Heard Metal Steel with overbed table	رقود-عظام 2
0			Suction Pump, Portable	رقود-عظام 3
0			Stethoscope	رقود-عظام 4
0			Sphygmomanometer	رقود-عظام 5
0			Blanket Mixed fibers, Washable Adult Brown .	رقود-عظام 6
0			Pillow Cases Dark Green	رقود-عظام 7
0			Pillow Foam With Plastic Cover	رقود-عظام 8
0			Sheet Draw Dark Green	رقود-عظام 9
0			Sheet Plastic Clear Pvc Boilable	رقود-عظام 10
0			waste Bin Paddle Action S/S with removable Basket	رقود-عظام 11
			رقود انف واذن وحجرة	
0			Hospital bed three section on castors	-انف-و اذن 1
0			Bed Side Locker Heard Metal Steel with overbed table	-انف-و اذن 2

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

استمارة معايير تشغيل منشأة طبية خاصة (مستشفى عام)



الجمهورية اليمنية
وزارة الصحة العامة والسكان
قطاع الطب العلاجي
الخدمات الطبية والمنشآت الخاصة

المتوفر النمط

ملاحظات	لا يتوافق	يتوافق	المعايير التشغيلية للمستشفيات العامة ذات التخصصات الأساسية	
			ثلاثة عشر: الخدمات المساعدة	
			يوجد قسم للارشيف والاحصاء	
			يوجد قسم للمغسلة	
			تتوفر ثلاجة لحفظ الموتى بسعة تتناسب مع اجمالي سعة المستشفى (لا تقل عن 4 جثامين).	
			ثلاجة الموتى	
0			Mortuary Refrigerator (4 Bodies)	ثلاجة-موتى 2
0			Mortuary Refrigerator (6 Bodies)	ثلاجة-موتى 3
			المغسلة	
1			Industrial laundry washer / Extractor	مغسلة 1
1			Trumble Drayer Unt	مغسلة 2
1			Trolley Dry Linen Light Meterial (Truck Linen)	مغسلة 3
1			Washing Basin Double Stainless Steel On Stand Type	مغسلة 4
1			Iron Electrically Heated (Handheld)	مغسلة 5
1			Ironing table	مغسلة 6
1			Receiving Table Tubular Frame Metal	مغسلة 7
1			Electric Iron Roller	مغسلة 8
4			Storing Shelves Appr. (H 200cmX100cmX D50cm)	مغسلة 9
1			Swing Machine	مغسلة 10
			المطبخ	
1			Flambeau With Oven,Cooker Stainless Steel 6 burner Gas Range. Unit st.st	مطبخ 1
1			Gas boiling Pan. Unit st.st	مطبخ 2
1			Rerigerator freezer	مطبخ 3
1			Electric water boiler. Unit st.st	مطبخ 4
2			Stainless steel Shelves . Unit st.st	مطبخ 5
2			Pressure cooker	مطبخ 8
2			Patient food Trolley with heating Facility st.st	مطبخ 10

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

الاسم:
التوقيع:

